



Katowice 9.01.2019r.

DO WSZYSTKICH
ZAINTERESOWANYCH

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego: **Dostawa mebli medycznych II - DZP/381/128B/2018**

Do Zamawiającego wpłynęło pytanie:

PYTANIE

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości stół zabiegowy dla pacjentów bariatrycznych oparty na czterech kołach o średnicy 125 mm, z czego dwa koła posiadają blokadę centralną i kierunkową? Jest to parametr lepszy od opisanego przez Zamawiającego. pozostałych wymaganych parametrów.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza stół zabiegowy z funkcją transportu chorych oparty na czterech kołach o średnicy 125 mm z czego dwa koła posiadają blokadę centralną i kierunkową, przy zachowaniu pozostałych parametrów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z załącznikiem 5.1 do SIWZ

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Nade
mgr Karina Madaj
Kierownik Działu Zamówień Publicznych