



DZP.381.22.EAT.2022

Katowice, dn. 11.01.2023 r.

Kierownik Działu
Zamówień
Publicznych

Karina Madej
ul. Ceglana 35
40-514 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 358 14 60
tel.: (32) 358 12 00
fax : (32) 251 84 37
sekretariat@uck.katowice.pl

Dotyczy postępowania na Dostawę mikroskopu laboratoryjnego.

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści także mikroskop równoważny o cechach:

- bez diodowego wskaźnika natężenia oświetlenia – jest to funkcja zbędna ponieważ diodowy wskaźnik i tak nie pokazuje dokładnie ustawionej jasności natomiast zgrubnie jest to widoczne także bez takiego wskaźnika
- oświetlacz LED o mocy min. 3 W - temperatura barwowa ok. 5200 K – zbliżona do naturalnego światła dziennego – lepsza. Być może w opisie jest pomyłka ponieważ temperatura barwowa 3200 K daje światło żółtopomarańczowe jak przy żarówce halogenowej ustawionej na niepełną moc.
- tubus binokularowy nieobrotowy zamiast obrotowego - jest to funkcja mało istotna i bez znaczenia dla jakości urządzenia
- obiektywy klasy planachromat z korekcją aberracji chromatycznej i planatycznej:
4x / N.A. 0,10 / W.D. 12 mm
10x/N.A. 0,25 / W.D. 12 mm
40x/N.A. 0,65 / W.D. 0,41 mm
100x/N.A. 1,25 / W.D. 0,21 mm / Oil
- stolik mechaniczny, zamontowany na stałe, rozmiar co najmniej 140x 132 mm; jednak z lepszym uchwytem, mieszczącym dwa preparaty oraz lepszym zakresem przesuwu w osiach X i Y 76 x 50 mm umożliwiającym przeszukanie całej powierzchni dwu szkiełek podstawowych,
- spełniający pozostałe, nie wspomniane w pytaniach wymagania Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zgodnie z dołączoną modyfikacją załącznika nr 2 (ZPT)

XXXXXXXXXX

1. Jednocześnie Zamawiający modyfikuje wzór umowy zgodnie z dołączonym załącznikiem nr 3 – wzór umowy
2. Zamawiający informuje iż przesuwa termin **składania ofert:**
z 12.01.2023r. godz. 12⁰⁰ na 13.01.2023r. godz. 12⁰⁰

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. Prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Karina Madej
mgr Karina Madej
Kierownik Działu Zamówień Publicznych