



Katowice 28.06.2019r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego p.n.: Dostawa jednorazowych obłożeń operacyjnych – DZP/381/51A/2019

Do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

PYTANIE NR 1

Załącznik nr 4.14 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy

Pytanie 1 – pkt.1.

Prosimy Zamawiającego o podanie nazwy producenta i modelu mikroskopu, do którego sterylne jednorazowe osłony są wymagane – każdy producent mikroskopów wymaga indywidualnego mocowania osłony obiektywu i własnego mocowania do mikroskopu z racji różnic w średnicach obiektywów. Osłony zamiennie i tzw. uniwersalne nie zawsze pasują do różnych mikroskopów.

Odpowiedź:

OPMI Pentero 900 firmy Carl Zeiss

Pytanie 2 – pkt. 1.

Jak w pytaniu nr 1, jeśli osłony mają współpracować z mikroskopem producenta LEICA, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie osłon, jak poniżej:

„Sterylna jednorazowa osłona na mikroskop o wymiarach 122cm x 304cm. Wykonana z foli PE, wyposażona w trzy wprowadzenia na podglądy, które posiadają perforowane końcówki i uchwyty do mocowania w postaci rzepów. Osłona dodatkowo wyposażona jest w pięć taśm samoprzylepnych każda o długości min. 100cm, rozmieszczone w odstępach 70cm, 49cm, 35cm i 49cm i pozwalają na prawidłowe zabezpieczenie mikroskopu. Sposób złożenia osłony umożliwia aseptyczną aplikację. Opakowania jednostkowe oznakowane niezależnie informacją o wymiarze osłony, numerze ref., dacie ważności i pasowaniu do konkretnego modelu i producenta mikroskopu. Opakowanie zbiorcze posiada czytelną etykietę określającą wymiary osłony, numer ref., ilość sztuk, datę ważności i pasowanie do konkretnego modelu i producenta mikroskopu. Dodatkowo, z każdą osłoną, zestaw 9szt. sterylnych gumek ściągających do zabezpieczenia osłony na rękojeściach i głowicy mikroskopu.

Wyrób spełniający wymogi normy wyrobu medycznego CE.”

Wymagana dla produktu norma PN-EN 13795-3 została w dniu 16-11-2009r. wycofana i przynajmniej kilkakrotnie zastępowana innymi.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza wyżej opisanej osłony

Zamawiający dokonuje korekty zapisu w zał. 4.14 w następujący sposób: Wyrób spełniający wymogi normy PN-EN 13795-1:2019-05

PYTANIE NR 2

dotyczące zapisów SIWZ Czy Zamawiający dopuści do oceny próbki niejałowe?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza do oceny próbki niejałowe



PYTANIE NR 3

Dot. Pakietu nr 1, 2,3,4, 5, 6, 10 Czy Zamawiający wymaga aby użyte laminaty wykorzystane do produkcji wyżej wymienionych zestawów nie powodowały drażnienia i uczulenia zgodnie z norma PN –EN ISO 10993-10 potwierdzone Kartą Danych Technicznych wystawioną przez producenta?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga

PYTANIE NR 4

Dot. Pakietu nr 1, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści zestaw

- 1.Serweta operacyjną 150x180 cm, dwuwarstwową wykonaną z laminatu polipropylen/polietylen o gram 43 g/m2 na całej powierzchni , z otworem 7x10 cm , otwór wypełniony folią chirurgiczną , warstwa klejowa na całej folii chirurgicznej, kolor niebieski , nieprzemakalność: powyżej 200 słupa wody – 1 sztuka
 2. kieszeń przylepna do przechwytywania płynów, sterylna, 35 x18,5 cm, wykonaną z folii przezroczystej, wyposażoną w taśmę mocującą i sztywnik utrzymujący kształtowanie otworu,– 1 sztuka
 - 3.Serweta na stół instrumentalny 90 x 130cm wykonana z laminatu 43g/m2 – zawinięcie zestawu – 1 sztuka
 - 4.Ręcznik włókninowy 20x40 cm – 4 sztuk
 - 5.Fartuch chirurgiczny rozmiar L – 2 sztuki
 - 6.Serweta 80 x 130cm 1 sztuka
 - 7.Osłona na tackę fako 45 x 75cm– 1 sztuka
 - 8.Osłona na podłokietnik 40 x 60cm– 2 sztuki
 - 9.Osłona foliowa na ekran 30 cm (połowa obwodu gumki w stanie swobodnym)x 72 (połowa obwodu gumki w stanie rozciągniętym) x 36 cm (głębokość) – 1 sztuka
 - 10.Pojemnik plastikowy 60ml – 1 sztuka
 - 12.Mayo 80 x 145 cm– 1 sztuka
 - 13.Miseczka plastikowa 120 ml zawierająca:
 14. Strzykawka 3ml Luer Lock – 1 sztuka
 - 15.Strzykawka 5ml Luer Lock – 2 sztuki
 - 16.Kocher plastikowy 14 cm – 1 szt
 - 17.Gąbki mikrochirurgiczne, strzałki – 5 sztuk
 - 18.Kompresy z włókniny 7,5 x 7,5cm – 10 sztuk
 - 19.Opatrunek 6,5x9,5 cm na oko samoprzylepny – 1 sztuka
- Zestaw zapakowany w torebkę papierowo-foliową , etykieta w języku polskim z czterema naklejkami typu TAG

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wyżej opisany zestaw

PYTANIE NR 5

Dot. Pakietu nr 2, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści :

- 1.Serweta operacyjną 150x180 cm, dwuwarstwową wykonaną z laminatu polipropylen/polietylen o gram 43 g/m2 na całej powierzchni , z otworem 7x10 cm , otwór wypełniony folią chirurgiczną , warstwa klejowa na całej folii chirurgicznej, kolor niebieski , nieprzemakalność: powyżej 200 słupa wody – 1 sztuka
2. kieszeń przylepna do przechwytywania płynów, sterylna, 35 x18,5 cm, wykonaną z folii przezroczystej, wyposażoną w taśmę mocującą i sztywnik utrzymujący kształtowanie otworu,– 1 sztuka ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

PYTANIE NR 6

Dot. Pakietu nr 5, poz. 1 Czy Zamawiający nie popełnił omyłki i w zestawie wymaga większej ilości kompresów gazowych 7,5 x 7,5 cm ?



Odpowiedź:

Zamawiający poprawia omyłkę: w zestawie Zamawiający wymaga 6 sztuk kompresów 7,5cm x 7,5 cm

PYTANIE NR 7

Dot. Pakietu nr 6, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści serwetę o otworze 8 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

PYTANIE NR 8

Dot. Pakietu nr 6, poz. 2 Czy Zamawiający dopuści serwetę o rozmiarze 50 x60 cm z otworem 8x6 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

PYTANIE NR 9

Dot. Pakietu nr 6, poz. 2 Czy Zamawiający dopuści serwetę o rozmiarze 45x75 cm z otworem 8 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

PYTANIE NR 10

Dot. Pakietu nr 6, poz. 3 Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem 8 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

PYTANIE NR 11

Dot. Pakietu nr 6, poz. 4 Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem 8 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

PYTANIE NR 12

Dot. Pakietu nr 6, poz. 5 Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem 8 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

PYTANIE NR 13

Dot. Pakietu nr 8, poz. 16-17 Czy Zamawiający wyłączy wyżej wymienione pozycje do osobnego pakietu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie

PYTANIE NR 14

Dot. Pakietu nr 10, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw do embolizacji i angiografii o składzie:

- serweta na stół instrumentariuszki jako owinięcie zestawu , wykonana z nieprzemakalnego dwuwarstwowego laminatu o wymiarach 150cmx190cmobszar wzmocniony o wymiarach min.66x190 cm. Gramatura w strefie wzmocnionej min 80g/m2, grubość folii w obszarze nie wzmocnionym 47 mikronów-1 sztuka
- Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze min. 35g/m2, elastyczny mankiet poliestrowy, konstrukcja fartucha, sposób składania oraz system troków i rzepów pozwalający na aseptyczną aplikację , rozmiar L-2 sztuki do każdego fartucha dołączone 2 ściereczki włókninowe o wym. 20x40 cm
- sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze min.35g/m2, elastyczny mankiet poliestrowy, konstrukcja fartucha, sposób składania oraz system troków i rzepów pozwalających na



aseptyczną aplikację rozm. XL-1 szt do każdego fartucha dołączone 2 ściereczki włókninowe o wym 20x40cm

- serweta 150x180cm, z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze min 56 g/m²-1 szt
 - organizator przewodów typu velcro 25x2 cm-2 szt
 - Serweta główna o wym. 235 x 320cm uzupełniona wzdłuż dłuższych boków foliowanymi, przezroczystymi wstawkami o wym. min. 60 x 320 cm służącymi do zabezpieczenia pulpów sterowniczych. Serweta z włókniny dwuwarstwowej podfoliowanej min. 56 g/m² i odporności na przenikanie płynów min. 200 cm H₂O z 2 otworami z wejściem na tętnice udowe o $\varnothing$ 12 cm , otoczone taśmą lepłą , odległość między otworami ok. 17 cm, dookoła otworów warstwa wysokochłonna o wym. min. 75 x 100 cm.
 - osłona w kształcie prostokąta z gumką na aparaturę medyczną w rozmiarze (28÷102)x91cm (połowa obwodu w stanie swobodnym :połowa obwodu w stanie spoczynku) x wysokość , wykonana z transparentnej folii PE-1 szt
 - osłona w kształcie czepka z gumką na aparaturę medyczną w rozmiarze (30÷72)x36cm x91cm (połowa obwodu w stanie swobodnym :połowa obwodu w stanie spoczynku) x wysokość wykonana z transparentnej folii PE -1 szt
 - osłona w kształcie czepka z gumką na aparaturę medyczną w rozmiarze (33÷112)x56cm (połowa obwodu w stanie swobodnym :połowa obwodu w stanie spoczynku) x wysokość wykonane z transparentnej folii PE-1 szt
 - kleszcze blokowane , opatrunkowe do dezynfekcji 23 cm-1 szt
 - kompres gazowy 7,5cmx7,5cm 17 nitkowy 12 warstwowy-80 szt
 - miska 250 ml w kolorze np. -1 szt
 - miska 250ml transparentna-1 szt
 - miska na prowadnik 2500ml w kolorze np. niebieska średnica min 22 cm-1 szt
 - strzykawka 3 częściowa typu luer-lock 20 ml, transparentna-1 szt
 - strzykawka 3 częściowa typu luer-lock 20 ml w kolorze
 - naklejka samoprzylepna, biała-2 szt
 - osłona na uchwyt do lampy operacyjnej wykona z polipropylenu oraz folii PE o grubości min. 41 mikronów.
- Górna część w kształcie koła o średnicy 12 cm, w części centralnej znajduje się otwór wyposażony w 16 ząbków, które gwarantują sztywne mocowanie osłony na uchwycie lampy. Dolna część wykonana z folii w kształcie worka o długości 15 cm i szerokości 10 cm, umożliwiające zabezpieczenie uchwytu zgodnie z zasadami aseptyki-1 szt
- serwety chłonne min 45x45 cm – 2 szt
 - wszystkie składowe zestawu ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Elementy zestawu zgodne z normą PN EN 13795 1-3, parametry serwet wzmocnionych stanowiących obłożenie pacjenta w strefie krytycznej: odporność na przenikanie cieczy min 250 cm H₂O odporność na rozerwanie suchy/mokro min 400/330 kPa Opakowanie typu torebka papierowo-foliowa powinno posiadać prawidłowe oznaczenie informujące o sposobie użycia oraz min. 2 etykiety samoprzylepne typu TAG do archiwizacji danych zawierające następujące dane : kod produktu (nr ref), kod kreskowy, nr lot. Oraz datę ważności. Zestaw oznaczony kolorystycznie celem jego łatwej identyfikacji. Wymagany kolor czerwony-napis Angiografia w czerwonej ramce lub na czerwonym tle.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza

PYTANIE NR 15

Dot. Pakietu nr 11, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści organizator na przewody o rozmiarze 15 x10 cm z trzema otworami o śr. 2 cm, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ?

Odpowiedź:



Zamawiający nie dopuszcza

PYTANIE NR 16

Dot. Pakietu nr 13, poz. 3 Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na ramię C o rozmiarze 183 x 104 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza

PYTANIE NR 17

Dot. Pakietu nr 13, poz. 4 Czy Zamawiający dopuści kieszeń dwukomorową o rozmiarze 42x35 cm (rozmiar 1 komory 21x35 cm) ?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza

PYTANIE NR 18

Dot. Pakietu nr 13, poz. 5 Czy Zamawiający dopuści kieszeń o rozmiarze 40 x30 cm ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza

PYTANIE NR 19

Dot. Pakietu nr 14, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści osłonę na mikroskop o rozmiarze 117 x 267 cm o grubości 45 um?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza

PYTANIE NR 20

Dot. Pakietu nr 16, poz. 5 Czy Zamawiający wyłączy wyżej wymienioną pozycję?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie

PYTANIE NR 21

Dot. Pakietu nr 16, poz. 5 Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny podfoliowany o rozmiarze 60x90 cm: (+/2 cm) wkład chłonny wyposażony w superabsorbent umożliwiający trwałe zatrzymanie płynów w rdzeniu, redukuje zapach, chłonność ok 2500 g . podkład nie zapewnia trwałego zatrzymania bakterii, w tym MRSA, Ecoli w chłonnym rdzeniu. łączna gramatura podkładu 114 g?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza

PYTANIE NR 22

Dot. Pakietu nr 17, poz. 1 Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pieluchomajtek posiadających osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz, co zmniejsza możliwość wycieków? Osłonki boczne skierowane na zewnątrz nie powodują niebezpiecznych zagięć, które niosą za sobą ryzyko wystąpienia dodatkowych miejsc ucisku. Z wieloletniego doświadczenia użytkowego wiemy, że falbanki takie w tylnej części (pośladkowej pieluchy) dopasowują się do ciała od zewnątrz i łagodnie przechodzą do pozycji pionowej w części krocza, by skutecznie chronić przed bocznymi wyciekami i podnoszą komfort użytkowania przez pacjenta w odróżnieniu od falbanek skierowanych do wewnątrz.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga

PYTANIE NR 23



Dot. Pakietu nr 17, poz. 1 Czy Zamawiający wymaga zaoferowania dwóch różnych produktów odpowiadających rozmiarom L i XL o dwóch różnych zakresach obwodów dających pacjentowi komfort użytkowania? Na rynku polskim pojawiły się oferty proponujące w rozmiarze XL pieluchomajtki w rozmiarze L, które wg oferenta mają maksymalny obwód 160cm. W wyniku czego dany wykonawca oferuje dwa razy ten sam produkt w rozmiarze L. Maksymalny obwód pieluchomajtek wyznaczony jedynie ze zsumowania szerokości produktu w części tylnej i przedniej nie jest optymalnym rozmiarem, gdyż pacjent będzie odczuwał dyskomfort i ucisk. Wtenczas zaleca się rozmiar o większym obwodzie. Dlatego, jak wynika z opis przedmiotu zamówienia, zawartym w SIWZ, zakres obwodów różnych produktów jest inny i częściowo na siebie zachodzi, w celu optymalnego dopasowania i komfortu użytkującego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga

PYTANIE NR 24

Dot. Pakietu nr 17, poz. 1 Czy Zamawiający wymaga aby elastyczny ściągacz miał rozciągliwość co najmniej 3 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga

PYTANIE NR 25

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź:

Tak

PYTANIE NR 26

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 1 lit. a) i b) wzoru umowy słowa „opóźnienia” zostały zastąpione słowami „zwłoki”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

PYTANIE NR 27

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 1 lit. d) wzoru umowy wyrażenie „10% kwoty wynagrodzenia brutto za daną część zamówienia określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy” zostało zastąpione wyrażeniem „10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

PYTANIE NR 28

dotyczy pakietu 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie SERWETY SMS 150 x 150 cm z otworem 7x9cm z torebką na płyny 20x30cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

PYTANIE NR 29

dotyczy pakietu 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie SERWETY SMS 150 x 160 cm z otworem 7x9cm z torebką na płyny 20x30cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody



PYTANIE NR 30

dotyczy pakietu 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony Mayo zgodnej z SIWZ o wzmocnieniu szerszym o 1cm od opisanego, tj. 65 x 85cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

PYTANIE NR 31

Pakiet 2 Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści obłożenie o składzie i parametrach:

1 x serweta okulistyczna wzmocniona o wymiarach 120 cm x 170 cm z otworem o wymiarach 10 cm x 10 cm wypełnionym folią operacyjną, zintegrowana z 2 torbami do zbiórki płynów, wyposażona w 1 sztywnik o wymiarach 4cm x 50cm. Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m².

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 100 cm x 150 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m².

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza

PYTANIE NR 32

Pakiet 4 Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści osłonę na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m² oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m². Nie piaskowana. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

PYTANIE NR 33

Pakiet 6 Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną jałową 45cm x 45cm 2 warstwową, z centralnym otworem przylepnym o śr. 5 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza

PYTANIE NR 34

Pakiet 6 Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną jałową 50cm x 60cm 2 warstwową, z centralnym otworem przylepnym o śr. 6 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza

PYTANIE NR 35

Pakiet 8 Poz. 12 Czy Zamawiający dopuści sterylną serwetę w rozmiarze 45x45cm z otworem przylepnym o średnicy 6cm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza

PYTANIE NR 36

Pakiet 8 Poz. 12 Czy Zamawiający dopuści sterylną serwetę w rozmiarze 50x75cm z otworem przylepnym o średnicy 7cm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:



Zamawiający nie dopuszcza

PYTANIE NR 37

Pakiet 8 Poz. 16 Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną 17 nitkową 4 warstwową, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza

PYTANIE NR 38

Pakiet 8 Poz. 16 Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną pakowaną po 2szt z przeliczeniem podanych ilości i podaniem ceny za opakowanie?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

PYTANIE NR 39

Pakiet 8 Poz. 17 Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną pakowaną po 3szt z przeliczeniem podanych ilości i podaniem ceny za opakowanie?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

PYTANIE NR 40

Pakiet 12 Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści *zestawy zabiegowe bez konieczności podania klasy wyrobu medycznego*, zestawiane pod nadzorem jednostki notyfikowanej, co jest potwierdzone odpowiednim certyfikatem - zestawy są wytwarzane na podstawie Art. 11, pkt 2, Art. 30, pkt 1 i 4 Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych oraz Artykułu 12 Dyrektywy Rady 93/42/EWG, i posiadają następujące dokumenty:

- zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
- oświadczenie o którym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych.

Przy odmownej odpowiedzi proszę powołać się na podstawę prawną, która zabrania wprowadzania do obrotu pakietów zestawianych w oparciu o ww. Ustawę i Dyrektywę

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

PYTANIE NR 41

Pakiet 13 Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści sterylną osłonę na przewody z taśmami przyklepnymi o wymiarach 2,5cm x 26cm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza

PYTANIE NR 42

Pakiet 13 Poz. 2 Czy Zamawiający dopuści pokrowce na aparaturę RTG typu "beret" z przezroczystej folii polietylenowej, o gramaturze 35g/m², spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza

PYTANIE NR 43

Pakiet 13 Poz. 3 Czy Zamawiający dopuści osłonę 3 -częściową z folii polietylenowej na ramię C RTG o parametrach:

- * część górna o wym. 100 cm x 160 cm o gramaturze 65 g/m². Posiada gumkę ściągającą umożliwiającą stabilizację osłony na urządzeniu



* część dolna o wym. 80 cm x 150 cm o gramaturze 65 g/m². Posiada gumkę ściągającą umożliwiającą stabilizację osłony na urządzeniu

* 2 x taśma przylepna o wym. 3 cm x 100 cm

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza

PYTANIE NR 44

Pakiet 16 Poz. 2 Czy Zamawiający dopuści podkład higieniczny na rolce z perforacją co 38cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

PYTANIE NR 45

Pakiet 16 Poz. 4 Czy Zamawiający dopuści podkład w rolce 38cm x 40m z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

PYTANIE NR 46 **Pakiet 9 i 10**

Prosimy o dopuszczenie dostarczenia 1 niesterylnej próbki.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

PYTANIE NR 47 **Pakiet 9 pozycja 1**

Prosimy o dopuszczenie sterylного, jednorazowego zestawu do kraniotomii o następującym składzie i parametrach:

1. Serweta na stolik instrumentariuszki jako owinięcie zestawu, wykonana z nieprzemakalnego dwuwarstwowego laminatu o wymiarach 150cm x 200cm, obszar wzmocniony o wymiarach min. 66 x 200cm. Gramatura w strefie wzmocnionej min. 80g/m ² , grubość folii w obszarze nie wzmocnionym min. 50 mikronów. - 1 szt
2. Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wymiarach 75cm x 150cm, z warstwą chłonną o szerokości min. 60 cm na całej długości osłony, gramatura warstwy chłonnej min. 30 g/m ² , grubość folii osłony min. 50 mikronów. - 1 szt
3. Serweta 100 x 150 cm, z trójwarstwowego laminatu o gramaturze min. 70 g/m ² - 1 szt.
4. Serweta samoprzylepna 75 x 75 cm, z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze min. 56 g/m ² - 2 szt.
5. Serweta samoprzylepna 50 x 50 cm, z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze min. 56 g/m ² - 2 szt.
6. wzmocniona serweta do operacji neurochirurgicznych 260 x 375 cm z otworem 30x20 cm wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowana z organizatorami przewodów oraz torbą do przechwytywania płynów o grubości min. 80 um wyposażoną w podłączenie drenu. Serweta wykonana z dwuwarstwowego laminatu PE/PP o gramaturze min. 56 g/m ² wyposażona w dodatkowe wzmocnienie wyskochłonne w strefie krytycznej o wymiarach min. 53 x 85 cm o gramaturze min. 63 g/m ² . Łączna gramatura w strefie krytycznej min. 119 g/m ² - 1 szt.
7. Taśma lepna o wymiarach 9cm x 51cm, wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze min. 60 g/m ² . - 2 szt
8. Ściereczka do rąk min. 30 x 34 cm o gramaturze min. 60 g/m ² . - 2 szt.



9. Kompres gazowy 10cm x 10cm, 17-nitkowy 12-warstwowy z nitką RTG - 50 szt.
10. Tupfer gazowy 25 mm z nitką RTG - 10 szt.
11. Kieszon jednodukowa 40 x 40 cm z dwoma taśmami lepnyymi, wykonana z transparentnej folii PE o grubości 80 um - 1 szt.
12. Kieszon dwukukowa 35 x 35 cm z dwoma taśmami lepnyymi, wykonana z transparentnej folii PE o grubości 80 um - 1 szt.
13. Taca 14 x 24 x 2,5 cm niebieska - 2 szt.
14. Miska 250 ml niebieska - 1 szt.
15. Miska 250 ml czerwona - 1 szt.
16. Miska 250 ml transparentna - 1 szt.
17. Kleszcze blokowane, opatrunkowe, do dezynfekcji 24 cm - 1 szt.
18. Tupfery włókniowy 50 mm typu kula do dezynfekcji - 5 szt.
19. Licznik igieł z wkładem magnetycznym - 1 szt.
20. Marker skórnny z linijką - 1 szt.
21. Strzykawka z gruszką do irygacji - 1 szt.
22. Czyścik do elektrody - 1 szt.
23. Organizator przewodów typu Velcro 14 x 2,5 cm - 2 szt.
24. Ostrze chirurgiczne nr. 11 z nasadką i osłonką - 1 szt.
25. Ostrze chirurgiczne nr. 23 z nasadką i osłonką - 1 szt.
26. Osłona na uchwyt do lampy operacyjnych wykonana z polipropylenu oraz folii PE o grubości 41 mikronów. Górna część w kształcie koła o średnicy 12 cm, w części centralnej znajduje się otwór wyposażony w 16 zębów, które gwarantują sztywne mocowanie osłony na uchwycie lampy. Dolna część wykona z folii w kształcie worka o długości 15 cm i szerokości 10 cm, umożliwiające zabezpieczenie uchwytu zgodnie z zasadami aseptyki - 2 szt
Wszystkie składowe zestawu ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stół instrumentariuszki. Elementy zestawu podlegające normie PN EN 13795 1-3 muszą być z nią zgodne. Parametry serwet wzmocnionych stanowiących obłożenie pacjenta w strefie krytycznej : odporność na przenikanie cieczy min.390 cmH ₂ O, odporność na rozerwanie sucho/mokro min. 400/330 kPa
Opakowanie typu TYVEC powinno posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia oraz min. 2 etykiety samoprzylepne typu TAG do archiwizacji danych zawierające następujące dane: kod produktu (nr. ref), kod kreskowy, nr. lot oraz datę ważności. Zestaw oznaczony kolorystycznie celem jego łatwej identyfikacji. Wymagany kolor zielony - napis KRANIOTOMIA w zielonej ramce lub na zielonym tle.



Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

PYTANIE NR 48 dotyczy: Pakiet 10 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie sterylnego, jednorazowego zestawu do embolizacji i angiografii o następującym składzie i parametrach:

1. Serweta na stolik instrumentariuszki jako owinięcie zestawu, wykonana z nieprzemakalnego dwuwarstwowego laminatu o wymiarach 150cm x 200cm, obszar wzmocniony o wymiarach min. 66 x 200cm. Gramatura w strefie wzmocnionej min. 80g/m ² , grubość folii w obszarze nie wzmocnionym min. 50 mikronów. - 1 szt
2. Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS o gamaturze min. 35g/m ² . Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, elastyczny mankiet poliestrowy, konstrukcja fartucha, sposób składania oraz system troków i rzepów pozwalających na aseptyczną aplikację. Rozmiar L - 2 szt. Do każdego fartucha dołączone 2 ściereczki celulozowe 30 x 34 cm.
3. Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS o gamaturze min. 35g/m ² . Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, elastyczny mankiet poliestrowy, konstrukcja fartucha, sposób składania oraz system troków i rzepów pozwalających na aseptyczną aplikację. Rozmiar XL - 1 szt. Do każdego fartucha dołączone 2 ściereczki celulozowe 30 x 34 cm.
4. Serweta 150 x 200 cm, z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze min. 56 g/m ² - 1 szt.
5. Organizator przewodów typu Velcro 23 x 2,5 cm - 2 szt.
6. Wzmocniona serweta do angiografii o wymiarach min. 230 x 350 cm z dwoma otworami samoprzylepnymi w okolicy tętnic udowych, w części krytycznej wykonana z min. 3 warstwowego, chłonnego i nieprzemakalnego laminatu. Całkowity rozmiar strefy przylepnej wokół otworów min. 16 x 16 cm (+/- 2 cm), średnica całkowita otworu częściowo wypełnionego folią chirurgiczną 12,5 cm (+/- 1 cm), średnica dostępu 7,5 cm (+/- 0,5 cm) Po obu stronach serweta zintegrowana z transparentną osłoną na pulpit sterowniczy o szerokości min. 65 cm i grubości min. 60u. W części podstawowej o wymiarach min. 100 x 350 cm wykonana z min. dwuwarstwowego laminatu PE/PP o gramaturze min. 56 g/m ² wyposażona w dodatkowe wzmocnienie wyskochłonne w strefie krytycznej o wymiarach min. 100 x 120 cm o gramaturze min. 51 g/m ² . Łączna gramatura w strefie krytycznej min. 107 g/m ² - 1 szt.
7. Osłona w kształcie prostokąta z gumką na aparaturę medyczną w rozmiarze 95 x 115 cm wykonana z transparentnej folii PE - 1 szt.
8. Osłona w kształcie czepek z gumką na aparaturę medyczną w rozmiarze 120 x 60 cm wykonana z transparentnej folii PE - 1 szt.
9. Osłona w kształcie czepek z gumką na aparaturę medyczną w rozmiarze 150 x 75 cm wykonana z transparentnej folii PE - 1 szt.
10. Kleszcze blokowane, opatrunkowe, do dezynfekcji 24 cm - 1 szt.
11. Kompres gazowy 7,5cm x 7,5cm, 17-nitkowy 12-warstwowy - 80 szt.
12. Miska 250 ml niebieska - 1 szt.
13. Miska 250 ml transparentna - 1 szt.



14. Miska na przewodnik 2500 ml niebieska, średnica min. 22 cm. - 1 szt.
15. Strzykawka 3 częściowa typu luer-lock 20 ml, transparentna - 1 szt.
16. Strzykawka 3 częściowa typu luer-lock 20 ml, zielona - 1 szt.
17. Naklejka samoprzylepna, biała - 2 szt.
18. Osłona na uchwyt do lampy operacyjnych wykonana z polipropylenu oraz folii PE o grubości 41 mikronów. Górna część w kształcie koła o średnicy 12 cm, w części centralnej znajduje się otwór wyposażony w 16 ząbków, które gwarantują sztywne mocowanie osłony na uchwycie lampy. Dolna część wykonana z folii w kształcie worka o długości 15 cm i szerokości 10 cm, umożliwiające zabezpieczenie uchwytu zgodnie z zasadami aseptyki - 1 szt
19. 6 warstwowa, samoprzylepna, wysokochłonna serweta operacyjna wiskozowo poliestrowa (70% wiskoza, 30% poliester) o wymiarach 48 x 40 cm z taśmą samoprzylepną na dłuższym boku o szerokości 2,5. Minimalna chłonność 770%. Opakowanie zewnętrzne wyposażone w min. 2 etykiety samoprzylepne typu TAG do archiwizacji danych.
Wszystkie składowe zestawu ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Elementy zestawu podlegające normie PN EN 13795 1-3 muszą być z nią zgodne. Parametry serwet wzmocnionych stanowiących obłożenie pacjenta w strefie krytycznej : odporność na przenikanie cieczy min.390 cmH ₂ O, odporność na rozerwanie sucho/mokro min. 400/330 kPa
Opakowanie typu TYVEC powinno posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia oraz min. 2 etykiety samoprzylepne typu TAG do archiwizacji danych zawierające następujące dane: kod produktu (nr. ref), kod kreskowy, nr. lot oraz datę ważności. Zestaw oznaczony kolorystycznie celem jego łatwej identyfikacji. Wymagany kolor czerwony - napis ANGIOGRAFIA w czerwonej ramce lub na czerwonym tle.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

PYTANIE NR 49 dotyczy: **pakiet nr 10 pozycja 1**

Prosimy o doprecyzowanie koloru miski 250 ml. Zapis opisu przedmiotu zamówienie nie wskazuje jednoznacznie jakiego koloru Zamawiający wymaga.

Odpowiedź:

Zamawiający nie określa koloru miski

PYTANIE NR 50 dotyczy: **pakiet nr 10 pozycja 1**

Prosimy o doprecyzowanie koloru strzykawki 3 częściowej typu luer-lock 20ml. Zapis opisu przedmiotu zamówienie nie wskazuje jednoznacznie jakiego koloru Zamawiający wymaga.

Odpowiedź:

Zamawiający nie określa koloru strzykawki

PYTANIE NR 51 dot. **pakietu nr 1 pozycja 1**

Prosimy o dopuszczenie zestawu okulistycznego o następującym składzie i parametrach:

1.Serweta operacyjna z otworem o wymiarach 150 x 180 cm, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego PE/PP o gramaturze 56g/m² na całej powierzchni, wymiary otworu wypełnionego folią chirurgiczną 9cm (+/-1 cm) x 12 cm (+/-1cm), warstwa klejowa na całej folii chirurgicznej, kolor niebieski. Serweta zintegrowana z kieszenią do przechwytywania płynów o wymiarach nie mniej niż 30cm (+/-10cm) x 30cm (+/-10cm) wykonaną z folii przeźroczystej PE o grubości 80um



wyposażoną w sztywnik utrzymujący kształtowanie otworu. Nieprzemakalność: powyżej 51cm słupa wody – 1 sztuka

2. Serweta na stolik 100 x 150cm (zawinięcie zestawu) wykonana z folii PE w strefie bocznej o grubości 50μ oraz dwuwarstwowego laminatu w strefie wzmocnionej o gramaturze 80g/m² – 1 sztuka

3. Ręcznik – 4 sztuk

4. Fartuch chirurgiczny rozmiar L – 2 sztuki

5. Serweta 100 x 150cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego PE/PP o gramaturze 56g/m² na całej powierzchni – 1 sztuka

6. Osłona na tackę fako 40-45 x 60-65 cm – 1 sztuka

7. Osłona na podłokietnik 61 x 87cm – 2 sztuki

8. Osłona na ekran 50 x 50cm – 1 sztuka

9. Kieliszek plastikowy 60ml – 1 sztuka

10. Metki do dokumentacji pacjenta, z nazwą zestawu – 3 sztuki

11. Mayo 75 x 150 cm – 1 sztuka

12. Miseczka plastikowa zawierająca:

13. Strzykawka 2,5-3 ml Luer Lock – 1 sztuka

14. Strzykawka 5ml Luer Lock – 2 sztuki

15. Kocher plastikowy

16. Gąbki mikrochirurgiczne, strzałki – 5 sztuk

17. Kompresy z włókniny 7,5 x 7,5cm – 10 sztuk

18. Opatrunek na oko samoprzylepne – 1 sztuka

Zestaw zawinięty w serwetę przeznaczoną na stół instrumentalny, zapakowany w opakowanie typu Tyvec, karton zewnętrzny oraz wewnętrzne opakowanie foliowe.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

PYTANIE NR 52 dot. pakietu nr 2 pozycja 1

Prosimy o dopuszczenie serwety okulistycznej o następujących parametrach:

Serweta operacyjna z otworem o wymiarach 150 x 180 cm, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego PE/PP o gramaturze 56g/m² na całej powierzchni, wymiary otworu wypełnionego folią chirurgiczną 9cm (+/-1 cm) x 12 cm (+/-1cm), warstwa klejowa na całej folii chirurgicznej, kolor niebieski. Serweta zintegrowana z kieszenią do przechwytywania płynów o wymiarach nie mniej niż 30cm (+/-10cm) x 30cm (+/-10cm) wykonaną z folii przeźroczystej PE o grubości 80um wyposażoną w sztywnik utrzymujący kształtowanie otworu. Nieprzemakalność: powyżej 51cm słupa wody

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

PYTANIE NR 53 dot. pakietu nr 4 pozycja 1

Prosimy o dopuszczenie serwety na stolik Mayo, sterylnej, wykonanej z niewchłaniającego, matowego (chropowaty, piaskowany), nieprzemakalnego laminatu, z wywinięciem, wymiary 75 cm x 150 cm, jedna powierzchnia serwety powinna zawierać środkową dodatkową część wchłaniającą o wymiarach nie mniej niż 60cm (szerokość) x min.80cm

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

PYTANIE NR 54 dot. pakietu nr 5 pozycja 1

Prosimy o dopuszczenie zestawu do wkłucia doszkliskowego o następującym składzie i parametrach:

1. kocher plastikowy 19cm – 1szt

2. miarka plastikowa – 1szt



3. rozwórka metalowa jednorazowego użytku – 1szt
4. patyczki spongostanowe – 3szt
5. pojemnik 60ml – 1szt
6. opatrunek oczny samoprzylepny 1w – 1szt
7. opatrunek samoprzylepny 6cm x 10cm – 1szt
8. kompresy gazowe 17n8w 7,5 x 7, 5cm – 1szt
9. serweta 75 x 75cm z otworem 10 x10cm wypełniony folią chirurgiczną oraz zintegrowana z kieszenią na płyny
10. strzykawka 5ml – 1szt
11. serweta 90 x 70cm(±10%) - serweta na stolik instrumentalny
12. osłona na podłokietnik – 2 szt
13. fartuch chirurgiczny standard M – 1 szt

Serwety wykonane z laminatu dwuwarstwowego polipropylenowo, polietylenowego o gramaturze min. 56g/m², zgodne z normą PN-EN 13795 + A1:2013 dla wymagań wysokich powierzchni krytycznych i mniej krytycznych. Laminat wolny od lateksu. Opakowanietytu Tyvec wyposażone w etykietę w języku polskim, nazwę producenta, skład, informacje o sposobie użycia oraz min. 2 etykiety samoprzylepne typu TAG do archiwizacji danych zawierające następujące dane: kod produktu (nr. ref), kod kreskowy, nr. lot oraz datę ważności.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza

PYTANIE NR 55 dot. pakietu nr 1 i 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowanie serwety wykonane z chłonnego, nieprzemakalnego laminatu o gramaturze minimum 56 g/m² ?


Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

PYTANIE NR 56 PAKIET NR 2

Poz. nr 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego zestawu zawierającego:

- 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 160 cm
- 1 serweta okulistyczna w rozmiarze 150 x 150 cm, z otworem przylepnym wypełnionym folią operacyjną (otwór 10 x 12 cm) i przymocowanym workiem na płyny (worek min. 30x28cm) z foli przezroczystej ze sztywnikiem. Serwetawykonana z nieprzemakalnego dwuwarstwowego laminatu



Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza

PYTANIE NR 57 PAKIET NR 7

Poz. nr 1 – Czy Zamawiający dopuści zestaw w którym:

- serwety wykonane są z laminatu dwuwarstwowego (włóknina-folia) o gramaturze min. 55g/m²



- osłona na stół Mayo w kolorze aqua, wykonana jest z folii polietylenowej o grubości 60 mikronów i wzmocniona włókniną o gramaturze 30 g/m²
- taśma samoprzylepna wykonana jest z włókniny poliestrowej w rozmiarze 10x50cm
- rękawiczki wykonane są z celulozy w rozmiarze 30x33cm
- fartuchy z włókniny typu Spunlance posiadają odporność na przenikanie cieczy min. 80cm H₂O
- fartuch chirurgiczny wzmocniony z włókniny typu SMS zastąpiony jest fartuchem niewzmocnionym z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m²

Cały zestaw zapakowany jest w opakowanie foliowe VentBag, posiadające cztery samoprzylepne naklejki oraz dodatkowo w dwa kartony transportowe

Poz. nr 2 – Czy Zamawiający dopuści zestaw w którym:

- serwety wykonane są z laminatu dwuwarstwowego (włóknina-folia) o gramaturze min. 55g/m² wzmocnionego włókniną polipropylenową o gramaturze 55g/m², o odporności na przenikanie cieczy min. 200cm H₂O i chłonności w strefie niewzmocniona min. 285%, w strefie wzmocniona min. 350%
- osłona na stół Mayo w kolorze aqua, wykonana jest z folii polietylenowej o grubości 60 mikronów i wzmocniona włókniną o gramaturze 30 g/m²
- serwety boczne samoprzylepne 75x90cm posiadają wzmocnienie o wym. min. 36x90cm (zamiast 45x60cm)
- taśma samoprzylepna wykonana jest z włókniny poliestrowej w rozmiarze 10x50cm
- rękawiczki wykonane są z celulozy w rozmiarze 30x33cm
- fartuchy z włókniny typu Spunlance posiadają odporność na przenikanie cieczy min. 80cm H₂O
- fartuch chirurgiczny wzmocniony z włókniny typu SMS zastąpiony jest fartuchem niewzmocnionym z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m²

Cały zestaw zapakowany jest w opakowanie foliowe VentBag, posiadające cztery samoprzylepne naklejki oraz dodatkowo w dwa kartony transportowe.

Poz. nr 3 – Czy Zamawiający dopuści zestaw w którym:

- serwety wykonane są z laminatu dwuwarstwowego (włóknina-folia) o gramaturze min. 55g/m² wzmocnionego włókniną polipropylenową o gramaturze 55g/m², o odporności na przenikanie cieczy min. 200cm H₂O i chłonności w strefie niewzmocniona min. 285%, w strefie wzmocniona min. 350%
- osłona na stół Mayo w kolorze aqua, wykonana jest z folii polietylenowej o grubości 60 mikronów i wzmocniona włókniną o gramaturze 30 g/m²
- rękawiczki wykonane są z celulozy w rozmiarze 30x33cm
- zamiast 2 taśm samoprzylepnych zestaw zawiera jedną taśmę samoprzylepną wykonaną z włókniny poliestrowej w rozmiarze 10x50cm oraz jedną sztukę uchwytu Velcro w rozmiarze 2x23cm
- fartuchy chirurgiczne w rozmiarze L wzmocniony w części przedniej punktowo i na całej długości rękawów
- fartuch chirurgiczny w rozmiarze M wzmocniony zastąpiony jest fartuchem niewzmocnionym

Cały zestaw zapakowany jest w opakowanie foliowe VentBag, posiadające cztery samoprzylepne naklejki oraz dodatkowo w dwa kartony transportowe.

Poz. nr 4 – Czy Zamawiający dopuści zestaw w którym:

- serwety wykonane są z laminatu dwuwarstwowego (włóknina-folia) o gramaturze min. 55g/m² wzmocnionego włókniną polipropylenową o gramaturze 55g/m², o odporności na przenikanie cieczy min. 200cm H₂O i chłonności w strefie niewzmocniona min. 285%, w strefie wzmocniona min. 350%
- osłona na stół Mayo w kolorze aqua, wykonana jest z folii polietylenowej o grubości 60 mikronów i wzmocniona włókniną o gramaturze 30 g/m²
- serwetę w rozmiarze 260x300cm zastąpiona jest serwetą w rozmiarze 250x300 z przylepnym oknem 32x28cm
- rękawiczki wykonane są z celulozy w rozmiarze 30x33cm
- zamiast 2 taśm samoprzylepnych zestaw zawiera jedną taśmę samoprzylepną wykonaną z włókniny poliestrowej w rozmiarze 10x50cm oraz jedną sztukę uchwytu Velcro w rozmiarze 2x23cm



- fartuchy chirurgiczne w rozmiarze L wzmocniony w części przedniej punktowo i na całej długości rękawów

- fartuch chirurgiczny w rozmiarze M wzmocniony zastąpiony jest fartuchem niewzmocnionym

Cały zestaw zapakowany jest w opakowanie foliowe VentBag, posiadające cztery samoprzylepne naklejki oraz dodatkowo w dwa kartony transportowe.

Poz. nr 5 – Czy Zamawiający dopuści zestaw w którym:

- serwety wykonane są z laminatu dwuwarstwowego (włókna-folia) o gramaturze min. 55g/m² wzmocnionego włókna polipropylenową o gramaturze 55g/m², o odporności na przenikanie cieczy min. 200cm H₂O i chłonności w strefie niewzmocniona min. 285%, w strefie wzmocniona min. 350%

- osłona na stół Mayo w kolorze aqua, wykonana jest z folii polietylenowej o grubości 60 mikronów i wzmocniona włókna o gramaturze 30 g/m²

- serweta główna wzmocniona o min. rozmiarze 230x260cm posiada zintegrowane nogawice, dwa okna przylepne (jama brzuszna, krocze), wbudowane obustronnie kieszenie 3 sekcyjne oraz zamiast 3 uchwytów do mocowania kabli trzy dodatkowo dołączone uchwyty Vellco nie będące częścią serwety

- ręczniki wykonane są z celulozy w rozmiarze 30x33cm

- taśma samoprzylepna wykonana jest z włókna poliestrowej w rozmiarze 10x50cm

- fartuchy z włókna typu Spunlace posiadają odporność na przenikanie cieczy min. 80cm H₂O

- fartuch chirurgiczny wzmocniony z włókna typu SMS zastąpiony jest fartuchem niewzmocnionym z włókna SMS o gramaturze 35 g/m²

Cały zestaw zapakowany jest w opakowanie foliowe VentBag, posiadające cztery samoprzylepne naklejki oraz dodatkowo w dwa kartony transportowe.

Poz. nr 1 -5 – Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia niesterylnych próbek zaoferowanego asortymentu w celu weryfikacji jego zgodności z opisami zawartymi w SIWZ?

Odpowiedź:

Poz. 1-5 zgodnie z opisem SIWZ **wyjątek:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane wymiary taśmy samoprzylepnej, pod warunkiem zachowania opisanych parametrów włókna, Zamawiający dopuszcza wymiary ręczników z zachowaniem pozostałych opisanych parametrów.

Zamawiający dopuszcza złożenie niesterylnych próbek

PYTANIE NR 58 **PAKIET NR 9**

Poz. nr 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu w którym:

- osłona na stół Mayo jest w rozmiarze 80x145cm

- serwety 100x150cm oraz 75x75cm wykonane są z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 55g/m²

- wzmocniona serweta do operacji neurochirurgicznych jest w rozmiarze 245x320cm z otworem 30x19cm wypełnionym folią chirurgiczną bez wbudowanych organizatorów przewodów, a w zamiast zestaw posiada dodatkowo dołączone uchwyty Vellco nie będące częścią serwety. Serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego (PE/PP) o gramaturze min. 55g/m² wzmocnionego włókna polipropylenową o gramaturze 55g/m² (rozmiar wzmocnienia 50x80cm), łączna gramatura w strefie krytycznej 110g/m²

- taśma samoprzylepna wykonana jest z włókna poliestrowej w rozmiarze 10x50cm

- ściereczki do rąk w postaci ręczników celulozowych w rozmiarze 30x33cm o gramaturze min. 55 g/m²

- kieszeń jednokomorowa jest w rozmiarze 43x38cm z jedną taśmą lepłą

- kieszeń dwukomorowa jest w rozmiarze 30x32cm z jedną taśmą lepłą

- taca o wymiarach 13x11x2,5 zamiast 14x14x2,5cm

- osłona na uchwyt do lampy operacyjnej jest w rozmiarze 14x12,5x6cm (rozmiar uniwersalny)

- serwety wzmocnione stanowiące obłożenie pacjenta w strefie krytycznej mają odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H₂O i odporność na rozzerwanie sucho/mokro min. 361/384 kPa.

Cały zestaw zapakowany jest w opakowanie VentBag (folia plus ventyletyvec). Brak oznaczenia kolorystycznego zestawu bez napisu Kraniotomia.

Odpowiedź:



Zamawiający nie dopuszcza

2. Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia niesterylnych próbek zaoferowanego asortymentu w celu weryfikacji jego zgodności z opisami zawartymi w SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

PYTANIE NR 59 **PAKIET NR 10**

Poz. nr 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu w którym:

- ściereczki celulozowe dołączone do fartuchów są w rozmiarze min. 30x33cm
- serweta w rozmiarze 150x200cm wykonana jest z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 55g/m²
- organizator przewodów typu Velcro jest w rozmiarze 2x23cm
- serweta wzmocniona do angiografii jest w rozmiarze 220x340cm. Po obu stronach serweta zintegrowana jest z transparentną osłoną na pulpit sterowniczy o szerokości min. 60cm (zamiast 65cm), gramatura laminatu min. 55g/2 (zamiast 56g/m²)
- osłony na aparaturę medyczną są w rozmiarze 95x130cm (zamiast 95x115cm), 122x65cm (zamiast 120x60cm), 152x76cm (zamiast 150x75cm)
- osłona na uchwyt do lampy operacyjnej jest w rozmiarze 14x12,5x6cm (rozmiar uniwersalny)
- zamiast serwety 6 warstwowej w zestawie znajduje się serweta 2 warstwowa samoprzylepna, wysokochłonna wiskozowa o wymiarach 50x50cm z taśmą samoprzylepną na dłuższym boku o szerokości 4cm
- serwety wzmocnione stanowiące obłożenie pacjenta w strefie krytycznej mają odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H₂O i odporność na rozerwanie sucho/mokro min. 361/384 kPa.

Cały zestaw zapakowany jest w opakowanie VentBag (folia plus ventyletyvec). Brak oznaczenia kolorystycznego zestawu bez napisu Angiografia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza

2. Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia niesterylnych próbek zaoferowanego asortymentu w celu weryfikacji jego zgodności z opisami zawartymi w SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

PYTANIE NR 60

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”? Uzasadnione jest aby przesłanką naliczenia kary umownej była zwłoka (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

PYTANIE NR 61

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 1 lit. d) wzoru umowy wyrażenie „10% kwoty wynagrodzenia brutto za daną część zamówienia określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy” zostało zastąpione wyrażeniem „10% niezrealizowanej części umowy brutto”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody



UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE
IM. PROF. K. GIBIŃSKIEGO
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach