



DZP/381 / 47/EAT/2018

Katowice 31.11.2018

Do wszystkich Wykonawców

Odpowiedzi na pytania

Dot. postępowania na dostawę elektrokardiografu

Kierownik Działu
Zamówień
Publicznych

mgr Karina Madej

ul. Ceglana 35
40-514 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 358 14 60
tel.: (32) 358 12 00
fax : (32) 251 84 37

sekretariat@uck.katowice.pl

1 PYTANIE

Czy Zamawiający dopuści Aparat EKG, który posiada automatyczny filtr izolinii?

ODPOWIEDZ:

Zamawiający dopuszcza Aparat EKG, który posiada automatyczny filtr izolinii.

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

mgr Karina Madej
Kierownik Działu Zamówień Publicznych