



DZP.381.39.EAT.2021

Katowice /24.08.2021

Do wszystkich wykonawców
biorących udział w postępowaniu

**Dotyczy odpowiedzi na pytania w postępowaniu prowadzonym do 130 000 zł
na
dostawę pomp dwustrzykawkowych**

**Kierownik Działu
Zamówień
Publicznych**

mgr Karina Madej
ul. Ceglana 35
40-514 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 358 14 60
tel.: (32) 358 12 00
fax : (32) 251 84 37
sekretariat@uck.katowice.pl

1. **Pytanie** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy dwustrzykawkowej składającej się z dwóch pomp jedno strzykawkowych które można połączyć bez dodatkowych uchwytów i narzędzi.
Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza
2. **Pytanie** – dotyczy poz. 3 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy dwustrzykawkowej o wadze 5 kg.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
3. **Pytanie** – dotyczy poz. 4- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy o stopniu ochrony IP23.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
4. **Pytanie** – dotyczy poz. 5 - Czy przez duży, czytelny wyświetlacz Zamawiający rozumie wyświetlacz o przekątnej większej niż 3"?
Odpowiedź: Zamawiający nie określił rozmiaru. Wyświetlacz powinien być czytelny dla użytkownika, co najmniej dwuwierszowy, który pomieści min 12 znaków w wierszu.
5. **Pytanie** – Pkt. 18 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy dwustrzykawkowe z ustawianiem wartości ciśnienia okluzji na 4 poziomach w zakresie od 150 do 900 mmHg ? Wymagany przez Zamawiającego zakres jest spełniony, a liczba poziomów okluzji jest dostosowana do nawet najbardziej wymagającego leku.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
K. Madej
mgr Karina Madej
Kierownik Działu Zamówień Publicznych