



DZP.381.66B.2023

Katowice 13.07.2023 r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

**Kierownik Działu
Zamówień
Publicznych**

Karina Madej
ul. Ceglana 35
40-514 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 358 14 60
tel.: (32) 358 12 00
fax : (32) 251 84 37

sekretariat@uck.katowice.pl

Dotyczy postępowania w trybie w trybie podstawowym z możliwością negocjacji p.n.
Obsługa serwisowa aparatury anestezyjologicznej II - L

Do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania :

PYTANIE 1

Pakiet nr 1

Załącznik nr 3 wzór umowy
dot umowy par 4 pkt 1 a, b

Celem miarkowania kar prosimy o zmianę wysokości kary z 0,5% wynagrodzenia umownego brutto do 0,2%. Kary mają na celu dyscyplinowanie Wykonawcy. Kara w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto jest zbyt wygórowana w stosunku do ewentualnego uchybienia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 2

dot umowy par 2 pkt 4

Interwały czasowe na wykonanie przeglądu zgodnie z instrukcją producenta przypadają na ostatni dzień danego miesiąca. Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikacje zapisów w tym punkcie lub zgodzi się na wystanie zleceń do wykonawcy w miesiącu poprzedzającym dany przegląd. Czas 10 dni z uwagi na obecne globalne problemy z dostawą części i poszczególnymi komponentami do zestawów przeglądowych jest w niektórych przypadkach zbyt krótkim terminem lub czy Zamawiający zgodzi się na wykonanie harmonogramu do umowy w który w danym miesiącu Wykonawca wykona przegląd aparatów.

Odpowiedź:

Wykonawca wykonuje u Zamawiającego przeglądy więc odgórnie zna termin kolejnego przeglądu technicznego. Zamawiający nie zgadza się na zmiany w zapisach. Na prośbę Wykonawcy pracownik Działu Aparatury Medycznej może przestać harmonogram planowanych terminów przeglądów.

PYTANIE 3

dot formularza cenowego pakietu 1

Zgodnie z instrukcją obsługi i wytycznymi producenta przeglądy Delt przypadają co 24 miesiące a analizatorów gazu SClo co 12 miesięcy. Czy Zamawiający zmieni w formularzu ilość przeglądów w ciągu trwania umowy w Deltach z 4 na 1 a w Scio z 4 na 2?

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia ilość przeglądów w formularzu cenowym.
Zmieniony formularz cenowy w załączeniu.

PYTANIE 4

pakiet 1

W przedmiotowym pakiecie znajdują się aparaty Fabius Tiro w których podczas procedury przeglądowej należy wykonać kalibrację czujników ciśnienia, poprawności wskazań, szczelności zaworu zwrotnego, sprawdzenie poprawnego podawania przepływu przez zawór bezpieczeństwa. Sprawdzenie i ewentualna kalibracja możliwa jest do wykonania z poziomu oprogramowania serwisowego. Czy Zamawiający w związku z powyższym by mieć pewność wykonania pełnej procedury przeglądowej będzie wymagał od Wykonawców legalnego oprogramowania serwisowego pozwalającego na przeprowadzenie kalibracji?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami § 2 ust.7 wzoru umowy obsługa serwisowa będzie realizowana zgodnie z zaleceniami producenta aparatów.

PYTANIE 5

Załącznik nr 3 umowa

§4 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie łącznej maksymalnej wysokości kar umownych do 10%?

KRS: 0000049660

Księga rej.: 000000018597



UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE
IM. PROF. K. GIBIŃSKIEGO
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
[Signature]
mgr Karina Miodaj
Kierownik Działu Zamówień Publicznych