



DZP.381.43B.2022

Katowice 30.06.2022 r.

Kierownik Działu
Zamówień
Publicznych

Karina Madej
ul. Ceglana 35
40-514 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 358 14 60
tel.: (32) 358 12 00
fax: (32) 251 84 37
sekretariat@uck.katowice.pl

SZANOWNI WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym (z możliwością negocjacji) p.n.:
Dostawa mebli medycznych - wózki DZP.381.43B.2022

Pytanie nr 1: Dotyczy: Pakiet 1: Wózek transportowo – zabiegowy (1)

Czy (w pkt. 1 dot. wymiarów) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka z dopuszczalnym całkowitym obciążeniem 310 kg?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w związku z powyższym zmianie ulega załącznik 4 – Opis Przedmiotu Zamówienia (dalej w treści: OPZ) – w załączeniu.

Pytanie nr 2: Dotyczy: Pakiet 1: Wózek transportowo – zabiegowy (1)

Czy (w pkt. 1 dot. leża czterosekcyjnego) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w materac o długości 1900 mm i szerokości 660 mm, co będzie traktowane jako wymiary leża, ponieważ pacjent zawsze będzie leżał na materacu, a nie bezpośrednio na leżu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3: Dotyczy: Pakiet 1: Wózek transportowo – zabiegowy (1)

Czy (w pkt. 2 dot. leża czterosekcyjnego) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego zmianę wysokości leża za pomocą hydraulicznej regulacji wysokości dostępnej z obu stron wózka przy pomocy pedału nożnego w zakresie 600 – 920 mm (+/- 10 mm) mierząc od podłoża do górnej płaszczyzny leża, nie uwzględniając materaca?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w związku z powyższym zmianie ulega załącznik 4 – OPZ – w załączeniu.

Pytanie nr 4: Dotyczy: Pakiet 1: Wózek transportowo – zabiegowy (1)

Czy (w pkt. 3 dot. leża czterosekcyjnego) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka, w którym segmenty leża są wypełnione zmywalnymi płytami HPL?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w związku z powyższym zmianie ulega załącznik 4 – OPZ – w załączeniu.

Pytanie nr 5: Dotyczy: Pakiet 1: Wózek transportowo – zabiegowy (1)

Czy (w pkt. 4 dot. leża czterosekcyjnego) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka, w którym leże posiada stały segment miednicy zapobiegający zsuwaniu się pacjenta w dół leża?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 6: Dotyczy: Pakiet 1: Wózek transportowo – zabiegowy (1)

Czy (w pkt. 1 dot. regulacji leża) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego oparcie pleców z regulacją manualną za pomocą sprężyn gazowych w zakresie 0° - 90° (+/- 20), która nie jest kompatybilna z automatycznym podnoszeniem i opuszczaniem się ruchomego segmentu miednicy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 7: Dotyczy: Pakiet 1: Wózek transportowo – zabiegowy (1)

Czy (w pkt. 2 dot. regulacji leża) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego regulację manualną segmentu (odcinka) nóg w zakresie 0° - 40° (+/- 20), przy wspomaganiu sprężyny gazowej dźwignią dostępną od strony stóp pacjenta?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 8: Dotyczy: Pakiet 1: Wózek transportowo – zabiegowy (1)

Czy (pkt. 8 dot. materaca) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego materac z krawędziami nie zgrzewanymi, ale zabezpieczonymi w sposób zapobiegający przedostaniu się płynów do wnętrza materaca?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.



Pytanie nr 9: Dotyczy: Pakiet 1: Wózek transportowo – zabiegowy (1)

Czy (w pkt. 2 dot. barierki) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego barierki wykonane ze stali chromowanej, górna część barierki wykończona estetycznym i antypoślizgowym tworzywem, bez wyprofilowanych uchwytów od strony nożnej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 10: Dotyczy: Pakiet 1: Wózek transportowo – zabiegowy (1)

Czy (w pkt. 5 dot. barierki) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego barierki składane wzdłuż ramy leżącej poniżej poziomu materaca w celu zminimalizowania przerw transferowych oraz umożliwienia łatwego przekładania pacjenta?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 11: Dotyczy: Pakiet 1: Wózek transportowo – zabiegowy (1)

Czy (w pkt. 6, 7, 8 dot. barierki) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego w szczytach elementy konstrukcyjne ramy leżącej osłonięte estetycznym tworzywem bez rogów i kątów prostych, zaprojektowane pod kątem bezpieczeństwa użytkownika oraz w celu łatwej i dokładnej dezynfekcji?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w związku z powyższym zmianie ulega załącznik 4 – OPZ – w załączeniu.

Pytanie nr 12: Dotyczy: Pakiet 1: Wózek transportowo – zabiegowy (1)

Czy (w pkt. 4 dot. dodatkowego wyposażenia) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego centralny system hamulcowy dostępny z obu stron wózka z możliwością równoczesnego blokowania wszystkich kół, co do obrotu wokół osi i toczenia się oraz dodatkowy system hamulcowy dostępny od strony nóg pacjenta z możliwością sterowania kierunkiem jazdy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 13: Dotyczy: Pakiet 1: Wózek transportowo – zabiegowy (1)

Czy (w pkt. 5 dot. dodatkowego wyposażenia) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego pedał centralnej blokady kół posiadający dwa położenia (jazda swobodna, wszystkie koła zablokowane) oraz dodatkowy pedał blokady do jazdy kierunkowej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 14: Dotyczy: Pakiet 1: Wózek transportowo – zabiegowy (1)

Czy (w pkt. 6 dot. dodatkowego wyposażenia) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w teleskopowy wykonany ze stali nierdzewnej składany w całości wieszak infuzyjny z regulacją wysokości (montaż stały) z 2 haczykami, obsługiwany oburącz w celach bezpieczeństwa, max. obciążenie 4 kg (do każdego wózka)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w związku z powyższym zmianie ulega załącznik 4 – OPZ – w załączeniu.

Pytanie nr 15: Dotyczy: Pakiet 1: Wózek transportowo – zabiegowy (1)

Czy (w pkt. 7 dot. dodatkowego wyposażenia) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w wieszak infuzyjny wykonany ze stali nierdzewnej z 2 haczykami z możliwością montażu we wszystkich narożach leżącej w dedykowanych tulejach (1 szt.)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w związku z powyższym zmianie ulega załącznik 4 – OPZ – w załączeniu.

Pytanie nr 16: Dotyczy: Pakiet 1: Wózek transportowo – zabiegowy (1)

Czy (w pkt. 9 dot. dodatkowego wyposażenia) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka bez miejsca / półki do pracy z kartami?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 17: Dotyczy: Pakiet 1: Wózek transportowo – zabiegowy (1)


Czy (w pkt. 12 dot. dodatkowego wyposażenia) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka bez pionowego uchwytu na butlę z tlenem ze względu na to, że w oferowanym wózku miejsce na butlę z tlenem (wraz z paskiem mocującym, zabezpieczającym przed przemieszczaniem się butli) będzie wyprofilowane w osłonie podstawy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 18: Dotyczy: Pakiet 1: Wózek transportowo – zabiegowy (1)

Czy (w pkt. 13 dot. dodatkowego wyposażenia) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka bez możliwości mycia konstrukcji myjką ciśnieniową?



Zdjęcie poglądowe oferowanego wózka)

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 19: Dotyczy: Pakiet 2: Wózek transportowo – zabiegowy (2)

Czy (w pkt. 1 dot. wymiarów) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego długość całkowitą 2143 mm (+/- 10 mm)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w związku z powyższym zmianie ulega załącznik 4 – OPZ – w załączeniu.

Pytanie nr 20: Dotyczy: Pakiet 2: Wózek transportowo – zabiegowy (2)

Czy (w pkt. 2 i 3 dot. wymiarów) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego szerokość zewnętrzną z poręczami (barierkami) 778 mm (+/- 10 mm) – w oferowanym wózku poręcze boczne będą zamocowane na stałe?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w związku z powyższym zmianie ulega załącznik 4 – OPZ – w załączeniu.

Pytanie nr 21: Dotyczy: Pakiet 2: Wózek transportowo – zabiegowy (2)

Czy (w pkt. 1 dot. leża dwusekcyjnego) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w materac o długości 1900 mm i szerokości 660 mm, co będzie traktowane jako wymiary leża, ponieważ pacjent zawsze będzie leżał na materacu, a nie bezpośrednio na leżu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w związku z powyższym zmianie ulega załącznik 4 – OPZ – w załączeniu.

Pytanie nr 22: Dotyczy: Pakiet 2: Wózek transportowo – zabiegowy (2)

Czy (w pkt. 2 dot. leża dwusekcyjnego) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego zmianę wysokości leża za pomocą hydraulicznej regulacji wysokości dostępnej z obu stron wózka przy pomocy pedału nożnego w zakresie 600 – 920 mm (+/- 10 mm) mierząc od podłoża do górnej płaszczyzny leża, nie uwzględniając materaca?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w związku z powyższym zmianie ulega załącznik 4 – OPZ – w załączeniu.

Pytanie nr 23: Dotyczy: Pakiet 2: Wózek transportowo – zabiegowy (2)

Czy (w pkt. 3 dot. leża dwusekcyjnego) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka, w którym segmenty leża są wypełnione płytami HPL z krawędziami i rogami zaokrąglonymi, łatwymi do dezynfekcji?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w związku z powyższym zmianie ulega załącznik 4 – OPZ – w załączeniu.

Pytanie nr 24: Dotyczy: Pakiet 2: Wózek transportowo – zabiegowy (2)

Czy (w pkt. 4 dot. leża dwusekcyjnego) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego płyty leża przeźierne dla promieni RTG na całej długości celem umożliwienia wykonania zdjęć (od stóp do głowy) oraz możliwość włożenia kasety RTG tylko od strony wezgłowia?



Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 25: Dotyczy: Pakiet 2: Wózek transportowo – zabiegowy (2)

Czy (w pkt. 5 dot. leża dwusekcyjnego) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego prześwit pomiędzy podstawą, a leżem umożliwiający wprowadzanie kasety RTG tylko od strony wezgłowia (bez podawania konkretnego wymiaru w cm)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 26: Dotyczy: Pakiet 2: Wózek transportowo – zabiegowy (2)

Czy (w pkt. 6 dot. leża dwusekcyjnego) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w tacę na kasety RTG posiadają specjalne paski ułatwiające pozycjonowanie kasety RTG (bez konieczności używania w tym celu podziatki)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 27: Dotyczy: Pakiet 2: Wózek transportowo – zabiegowy (2)

Czy (w pkt. 1 dot. regulacji leża) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego oparcie pleców z regulacją manualną za pomocą sprężyn gazowych w zakresie 0° - 90° ($\pm 2^{\circ}$)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 28: Dotyczy: Pakiet 2: Wózek transportowo – zabiegowy (2)

Czy (w pkt. 2 dot. regulacji leża) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego pozycję Trendelenburga i anty-Trendelenburga regulowaną hydraulicznie w zakresie 0° - 20° ($\pm 2^{\circ}$) ze sterowaniem nożnym po obu stronach wózka?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w związku z powyższym zmianie ulega załącznik 4 – OPZ – w załączeniu.

Pytanie nr 29: Dotyczy: Pakiet 2: Wózek transportowo – zabiegowy (2)

Czy (w pkt. 8 dot. materaca) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego materac z krawędziami nie zgrzewanymi, ale zabezpieczonymi w sposób zapobiegający przedostaniu się płynów do wnętrza materaca?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 30: Dotyczy: Pakiet 2: Wózek transportowo – zabiegowy (2)

Czy (w pkt. 2 dot. barierki) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego barierki wykonane ze stali chromowanej, górna część barierki wykończona estetycznym i antypoślizgowym tworzywem, bez wyprofilowanych uchwyty od strony nożnej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 31: Dotyczy: Pakiet 2: Wózek transportowo – zabiegowy (2)

Czy (w pkt. 5 dot. barierki) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego barierki składane wzdłuż ramy leża poniżej poziomu materaca w celu zminimalizowania przerwy transferowych oraz umożliwienia łatwego przekładania pacjenta?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 32: Dotyczy: Pakiet 2: Wózek transportowo – zabiegowy (2)


Czy (w pkt. 6, 7, 8 dot. barierki) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego w szczytach elementy konstrukcyjne ramy leża osłonięte estetycznym tworzywem bez rogów i kątów prostych, zaprojektowane pod kątem bezpieczeństwa użytkowania oraz w celu łatwej i dokładnej dezynfekcji?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w związku z powyższym zmianie ulega załącznik 4 – OPZ – w załączeniu.

Pytanie nr 33: Dotyczy: Pakiet 2: Wózek transportowo – zabiegowy (2)

Czy (w pkt. 2 dot. konstrukcji wózka) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie konstrukcji opartej na 2 kolumnach z osłonami jak na zdjęciu poniżej?



Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 34: Dotyczy: Pakiet 2: Wózek transportowo – zabiegowy (2)

Czy (w pkt. 4 dot. dodatkowego wyposażenia) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego centralny system hamulcowy dostępny z obu stron wózka z możliwością równoczesnego blokowania wszystkich kół, co do obrotu wokół osi i toczenia się oraz dodatkowy system hamulcowy dostępny od strony nóg pacjenta z możliwością sterowania kierunkiem jazdy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 35: Dotyczy: Pakiet 2: Wózek transportowo – zabiegowy (2)

Czy (w pkt. 5 dot. dodatkowego wyposażenia) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego pedał centralnej blokady kół posiadający dwa położenia (jazda swobodna, wszystkie koła zablokowane) oraz dodatkowy pedał blokady do jazdy kierunkowej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 36: Dotyczy: Pakiet 2: Wózek transportowo – zabiegowy (2)

Czy (w pkt. 6 dot. dodatkowego wyposażenia) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w teleskopowy wykonany ze stali nierdzewnej składany wszerz leża wieszak infuzyjny z regulacją wysokości (montaż stały) z 2 haczykami, obsługiwany oburącz w celach bezpieczeństwa, max. obciążenie 4 kg (do każdego wózka)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w związku z powyższym zmianie ulega załącznik 4 – OPZ – w załączeniu.

Pytanie nr 37: Dotyczy: Pakiet 2: Wózek transportowo – zabiegowy (2)

Czy (w pkt. 7 dot. dodatkowego wyposażenia) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w wieszak infuzyjny wykonany ze stali nierdzewnej z 2 haczykami z możliwością montażu we wszystkich narożach leża w dedykowanych tulejach (1 szt.)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w związku z powyższym zmianie ulega załącznik 4 – OPZ – w załączeniu.

Pytanie nr 38: Dotyczy: Pakiet 2: Wózek transportowo – zabiegowy (2)


Czy (w pkt. 9 dot. dodatkowego wyposażenia) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka bez miejsca / półki do pracy z kartami?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 39: Dotyczy: Pakiet 2: Wózek transportowo – zabiegowy (2)

Czy (w pkt. 12 dot. dodatkowego wyposażenia) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka bez pionowego uchwytu na butlę z tlenem ze względu na to, że w oferowanym wózku miejsce na butlę z tlenem (wraz z paskiem mocującym, zabezpieczającym przed przemieszczaniem się butli) będzie wyprofilowane w osłonie podstawy?



(Zdjęcie poglądowe oferowanego wózka)

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 40: Pakiet 1

Czy Zamawiający dopuści wózek z hydrauliczną regulacją wysokości, dostępna z obu stron wózka przy pomocy pedału nożnego w zakresie 565-890mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w związku z powyższym zmianie ulega załącznik 4 – OPZ – w załączeniu.

Pytanie nr 41: Pakiet 1

czy zamawiający dopuści wózek z materacem mocowanym na wózku za pomocą dolnej warstwy pokrowca pokrytej powłoką antypoślizgowa?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w związku z powyższym zmianie ulega załącznik 4 – OPZ – w załączeniu.

Pytanie nr 42: Pakiet 1

Czy Zamawiający dopuści wózek w którym krawędzie materaca są zszywane?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 43: Pakiet 1

Czy Zamawiający dopuści wózek z barierkami lakierowanymi z tworzywowa nakładką?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 44: Pakiet 1

Czy Zamawiający dopuści wózek z uchwytami do prowadzenia zamiast szczytów?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 45: Pakiet 1

Czy Zamawiający dopuści wieszak infuzyjny ze stali nierdzewnej, teleskopowy, składany?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem iż max. obciążenie wyniesie minimum 4 kg (do każdego wózka), w związku z powyższym zmianie ulega załącznik 4 – OPZ – w załączeniu.

Pytanie nr 46: Pakiet 1

Czy Zamawiający dopuści wózek bez dodatkowego, mobilnego wieszaka infuzyjnego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.



Pytanie nr 46: Pakiet 1

Czy Zamawiający dopuści wózek bez możliwości mycia konstrukcji wózka myjką ciśnieniową?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 47: Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści wózek o długości całkowitej 2050mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 48: Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści wózek o szerokości zewnętrznej z poręczami (barierkami) 755mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w związku z powyższym zmianie ulega załącznik 4 – OPZ – w załączeniu.

Pytanie nr 49: Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści wózek o szerokości zewnętrznej bez poręczy (barierki) 755mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w związku z powyższym zmianie ulega załącznik 4 – OPZ – w załączeniu.

Pytanie nr 50: Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści wózek o całkowitym obciążeniu 230kg?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 51: Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach leża 1920x650mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w związku z powyższym zmianie ulega załącznik 4 – OPZ – w załączeniu.

Pytanie nr 52: Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści wózek z hydrauliczną regulacją wysokości, dostępna z obu stron wózka przy pomocy pedału nożnego w zakresie 585-905mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w związku z powyższym zmianie ulega załącznik 4 – OPZ – w załączeniu.

Pytanie nr 53: Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści wózek w którym kasetę RTG wprowadza się tylko od strony głowy, bez podziałki?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 54: Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści regulację pozycji Trendelenburga/antyTrendelenburga regulowaną hydraulicznie w zakresie +/-12°?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 55: Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści materac o grubości 600mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 56: Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści wózek w którym krawędzie materaca są zszywane?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 57: Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści wózek z barierkami lakierowanymi z tworzywowa nakładką?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 58: Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści wózek z uchwytami do prowadzenia zamiast szczytów?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.



Pytanie nr 59: Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści wieszak infuzyjny ze stali nierdzewnej, teleskopowy, składany?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem iż max. obciążenie wyniesie minimum 4 kg (do każdego wózka), w związku z powyższym zmianie ulega załącznik 4 – OPZ – w załączeniu.

Pytanie nr 60: Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści wózek bez dodatkowego, mobilnego wieszaka infuzyjnego

Odpowiedź:


Zamawiający nie dopuszcza.

XXXXXXXXXXXXX

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje załącznik 1 – formularz ofertowy oraz załącznik nr 4 Opis Przedmiotu Zamówienia (dalej w treści: OPZ) w zakresie pakietu 1 i 2 – w załączeniu zmieniony formularz ofertowy oraz OPZ.

XXXXXXXXXXXXX

Zamawiający przesuwa termin składania ofert:
z 04.07.2022 r. godz. 10⁰⁰ na 06.07.2022 r. godz. 10⁰⁰
oraz przesuwa termin otwarcia ofert
z 04.07.2022 r. godz. 10³⁰ na 06.07.2022 r. godz. 10³⁰

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
Im. prof. K. Gibińskiego
w Katowicach

mgr Karina Małdej
Kierownik Działu Zamówień Publicznych