



DZP/381/24/EAT/2019

Katowice 18.07.2019r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Dotyczy postępowania p.n.: „Obsługa serwisowa tomografu komputerowego”
– DZP/381/24/EAT/2019

Informujemy, że w trakcie w/w postępowania do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie:

Pytanie nr 1:

W nawiązaniu do opublikowanych w dniu 16.07.2019 r. wyjaśnień na pytania do w/w postępowania, dotyczących zdalnej diagnostyki, zwracamy uwagę, iż treść tych odpowiedzi jednoznacznie wskazuje na możliwość wykonania zamówienia tylko przez **jeden podmiot tj. producenta aparatu**.

Zadane pytania zmierzają jedynie do wyeliminowania innych podmiotów, mogących wykonać przeglądy, diagnostykę, naprawę tomografu oraz zdalną diagnostykę opisaną w pierwotnej wersji zaproszenia do składania ofert z dnia 10.07.2019 r. za cenę znacznie niższą niż oferowaną przez autoryzowany serwis wytwórcy aparatu.

Z związku z powyższym, w celu zachowania konkurencyjności, prosimy o wycofanie się z udzielonych w dniu 16.07.2019 r. odpowiedzi lub pozostawienie proponowanego przez producenta rozwiązania jako opcji, którą **Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga**, co umożliwi Zamawiającemu zachowanie zasady konkurencyjności i dokonania znacznych oszczędności, z zachowaniem tej samej jakości usługi.

Odpowiedź:

Niniejszym Zamawiający modyfikuje odpowiedź udzieloną w dniu 16.07.2019 na pytanie nr 1 następująco:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający wymaga aby do usług zdalnej diagnostyki Wykonawca miał możliwość wykonania napraw z wykorzystaniem funkcjonalności: widzenie pulpitu użytkownika, wykorzystywanie do diagnostyki kluczy oraz narzędzi klasy M, dostęp do danych surowych, możliwość wyzwolenia promieniowania, wykonanie zdalnej kalibracji lampy czy innych elementów systemu, pobieranie obrazów do analizy artefaktów (dane są zanonimizowane dla bezpieczeństwa pacjentów), wykorzystywanie skryptów np. HV BAT, Console BAT do wirtualnej analizy danych z aparatu? Wykonanie napraw z wykorzystaniem powyższych funkcjonalności pozwoli na skrócenie czasów przestoju Tomografu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

UWAGA

**Zamawiający jednocześnie przesuwa termin składania ofert:
z 19.07.2019 r. godz. 12⁰⁰ na 22.07.2019 r. godz. 13³⁰**

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
K. M. Maj
mgr Karina Maj
Kierownik Działu Zamówień Publicznych