



DZP.381.101A.2022

Katowice 04.01.2023

**Do wszystkich wykonawców
biorących udział w postępowaniu**

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę soczewek wewnątrzgałkowych**

Kierownik Działu
Zamówień
Publicznych

mgr Karina Madej
ul. Ceglana 35
40-514 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 358 14 60
tel.: (32) 358 12 00
fax : (32) 251 84 37

sekretariat@ucc.katowice.pl

- 1. Pytanie – Dotyczy pakietu nr 2 pozycji 1** - Czy zamawiający dopuści również soczewkę o poniższych parametrach: Soczewka wewnątrzgałkowa, akrylowa, sferyczna, jednoczęściowa hydrofilna o ostrych krawędziach na pełnym obwodzie 360 stopni, dwie części haptyczne. Injector i kartridż dołączone do soczewki. Średnica części optycznej 6mm, średnica całkowita soczewki 12,5 mm, angulacja 5 stopni, uwodnienie 26%, indeks refrakcji 1,46. Stała A 118,0, zakres mocy od -10,00D do +30,00D co 0,5D w zakresie od +1,00 do 30,00D pozostałe co 1,00D?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zaoferowania soczewek zgodnych z opisem w załączniku 4.2 poz.1 do SWZ
- 2. Pytanie – Dotyczy pakietu nr 2 pozycji 2** - Czy zamawiający dopuści również soczewkę o poniższych parametrach: Soczewka wewnątrzgałkowa monofokalna, zwijalna, jednoczęściowa, wykonana z akrylu hydrofilnego, filtr UV, współczynnik refrakcji 1.459 w 35 C , stopień uwodnienia 26%. Cztery haptyki narożne z otworami fenestracyjnymi. Znaczniki poprawności położenia soczewki na obwodzie części optycznej. Konstrukcja zwiększająca docisk tylnej powierzchni części optycznej soczewki pod wpływem kurczącej się torby. Optyka asferyczna, bezaberracyjna o stałym zakresie mocy na całej części optycznej. Ostra krawędź o promieniu poniżej 5 mikrometrów. Angulacja 0 stopni. Średnica całkowita: 11.0mm w zakresie od -10.0D do 15.0D, 10.7mm w zakresie od 15.5D do 22.0D oraz 10.5mm w zakresie od 22.5D do 40.D Średnica części optycznej: 6.0mm. Zakres mocy od -10.0D do +40.0D, krok co 0.5D w zakresie od 10.0D do 30.0D, w pozostałych zakresach co 1.0D. Soczewka pakowana fabrycznie do kartridża. Implantacja przez cięcie 1.6mm (z przyłożenia), 1.8mm (przez port), 2.0mm (do komory). W zestawie jednorazowy injector?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zaoferowania soczewek zgodnych z opisem w załączniku 4.2 poz.2 do SWZ
- 3. Pytanie – Dotyczy pakietu nr 2 pozycji 3** - Czy zamawiający dopuści również soczewkę o poniższych parametrach: Soczewka hydrofobowa, jednoczęściowa, asferyczna z ujemną aberracją sferyczną w celu kompensacji pozytywnych aberracji sferycznych rogówki, tylnokomorowa, dwuhaptyczna typu zoptymalizowane C. Ostre krawędzie na 360 stopniach części optycznej. Soczewka z filtrem światła UV oraz filtrem światła fioletowego w zakresie 400-440nm. Soczewka pozbawiona efektu glisteningu tzw 'glistening-free'. Zakres dioptrażu od +5,00D do +30,00D co 0,5 D. Średnica części optycznej 6,0 mm, średnica całkowita 13,00 mm. Angulacja: 0 stopni. Soczewka z jednorazowym injectorem i kartridżem przeznaczona do cięcia 2,2mm. Uwodnienie 1-4%. Liczba Abbego 47. Współczynnik refrakcji 1.52.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zaoferowania soczewek zgodnych z opisem w załączniku 4.2 poz. 3 do SWZ
- 4. Pytanie – Dotyczy pakietu nr 2 pozycji 4** - Czy zamawiający dopuści również soczewkę o poniższych parametrach: Soczewka hydrofobowa, jednoczęściowa, asferyczna z ujemną aberracją sferyczną, tylnokomorowa do korekcji astygmatyzmu, dwuhaptyczna, zmodyfikowane C. Ostre krawędzie na 360 stopniach części optycznej. Soczewka z filtrem światła UV oraz filtrem światła fioletowego w zakresie 400-440nm. Zakres dioptrażu od +10,00D do +30,00D co 0,5 D. Moc cylindra: 1,00D, 1,50D, 2,25D, 3,00D, 3,75D, 4,50D, 5,25D, 6,00D. Średnica części optycznej 6,0 mm, średnica całkowita 13,00 mm. Soczewka z jednorazowym injectorem i kartridżem przeznaczona do cięcia 2,2-2,4mm. Uwodnienie 1-4%. Liczba Abbego 49. Współczynnik refrakcji 1.48.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zaoferowania soczewek zgodnych z opisem w załączniku 4.2 poz. 4 do SWZ
- 5. Pytanie – Dotyczy Części 2 poz.1** Czy Zamawiający zgodzi się na zmniejszenie depozytu soczewek w zakresie od +8,5 D do +10,0 D z 5 szt do 3 szt każdego dioptrażu?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę ilości soczewek w depozycie w załączeniu zmieniony załącznik 4.2



6. **Pytanie** - dot. wzoru umowy – część 1 (Załącznik nr 6)- Czy Zamawiający zgodzi się na określenie wszystkich terminów w umowie w jednostkach (dniach/godzinach) roboczych?
Uzasadnienie:
Wykonawca nie pracuje w weekendy ani w dni ustawowo wolne od pracy, wobec czego prosi o zmianę j.w.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wprowadza zmian do wzoru umowy, wszędzie tam gdzie nie określono jako dzień roboczy Zamawiający wskazuje, że jest to dzień kalendarzowy.
7. **Pytanie** - dot. wzoru umowy – część 1 (Załącznik nr 6)
Czy Zamawiający zgodzi się na wskazanie w §2 ust. 6 projektu umowy, że Zamawiający może wnioskować o wymianę towaru w depozycie na nowy najpóźniej na 9 miesięcy przed upływem jego terminu przydatności do użycia?
Uzasadnienie:
Towary o terminie przydatności do użycia krótszym niż 9 miesięcy są dla Wykonawcy praktycznie niezbywalne, wobec czego wymiana towaru o krótszej dacie ważności skutkowałaby powstaniem po stronie Wykonawcy nieuzasadnionej szkody. Zamawiający jest w zasadzie dysponentem towarów w depozycie, wobec czego może wnioskować o wymianę w ww. terminie.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wprowadza zmieniony zapis w §2 ust. 6 wzoru umowy. W załączeniu przekazuje zmieniony załącznik nr 6 wzór umowy.
8. **Pytanie** - dot. wzoru umowy – część 1 (Załącznik nr 6)
Czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie ust. 12 w §2 oraz na wskazanie w §2 ust.13 projektu umowy, że Zamawiający rozliczy się z Wykonawcą za wszystkie soczewki, których termin ważności w chwili likwidacji depozytu wynosi mniej niż 9 miesięcy a także za soczewki uszkodzone, zniszczone lub utracone?
Uzasadnienie:
Wykonawca nie może ponosić konsekwencji okoliczności, na które nie ma wpływu. Co więcej, Zamawiający jest dysponentem soczewek w depozycie, wobec czego powinien zapewnić ich bezpieczeństwo oraz zgłaszać Wykonawcy wnioski o wymianę na nowe – o dłuższym terminie ważności – pozwoli to na uniknięcie szkód dla każdej ze stron umowy. W przypadku uchybienia ww. obowiązkom, strony powinny dokonać rozliczenia (Zamawiający powinien ponieść koszty towarów, które wskutek jego zaniechania stały się dla Wykonawcy bezwartościowe).
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wprowadza zmian do wzoru umowy w zakresie objętym pytaniem.
9. **Pytanie** - wzoru umowy – część 1 (Załącznik nr 6)
Czy Zamawiający zgodzi się na wskazanie w §2 ust. 14 projektu umowy, że minimalna wartość zrealizowanego zamówienia wyniesie 80% wartości umowy i w tym zakresie Wykonawcy przysługuje roszczenie o realizację umowy?
Uzasadnienie:
Zagwarantowanie Wykonawcy realizacji umowy na poziomie niższym niż 80% uniemożliwia mu racjonalne skalkulowanie oferty i należytą ocenę ryzyka, co jest niekorzystne dla każdej ze stron. Co więcej, w ww. zakresie Wykonawcy powinno służyć roszczenie o realizację umowy, bowiem w innym przypadku ochrona interesów Wykonawcy byłaby w zasadzie jedynie iluzoryczna.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wprowadza zmian do wzoru umowy w zakresie objętym pytaniem.
10. **Pytanie** - dot. wzoru umowy – część 1 (Załącznik nr 6)
Czy Zamawiający zgodzi się na wskazanie w §2 ust. 15-16 projektu umowy, że zakup interwencyjny będzie możliwy jedynie w przypadku zwłoki w dostawie (tj. opóźnienie zawinione), po bezskutecznym upływie wyznaczonego dodatkowo terminu na dostawę oraz, że nie zmniejszy wartości umowy?
Uzasadnienie:
Wykonawca nie powinien ponosić negatywnych konsekwencji okoliczności, za które nie ponosi winy i na które nie ma wpływu oraz powinien mieć możliwość usunięcia uchybienia. Ponadto, dokonanie zakupu interwencyjnego nie powoduje powstania szkody po stronie Zamawiającego, wobec czego nie ma podstaw do zmniejszania wartości zamówienia.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wprowadza zmian do wzoru umowy w zakresie objętym pytaniem.
11. **Pytanie** - dot. wzoru umowy – część 1 (Załącznik nr 6)
Czy Zamawiający zgodzi się na wskazanie w §2 ust. 17 projektu umowy, że odmowa przyjęcia dostawy dotyczyć może jedynie tej części zamówienia, która została wadliwie oznaczona/opakowana bądź jest niezgodna z ofertą Wykonawcy?
Uzasadnienie:
Uprawnienie Zamawiającego do dokonania odmowy przyjęcia zamówienia dotyczyć powinno jedynie tej części dostawy, która została zrealizowana w nieprawidłowy sposób – towar dostarczony zgodnie z umową i nie noszący wad powinien zostać odebrany.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wprowadza zmian do wzoru umowy w zakresie objętym pytaniem.



12. **Pytanie** - dot. wzoru umowy – część 1 (Załącznik nr 6)
Czy Zamawiający zgodzi się na wskazanie w §3 ust. 5a projektu umowy, że Wykonawca gwarantuje bezpieczeństwo personelu oraz jakość świadczeń zdrowotnych jedynie w przypadku prawidłowego użytkowania aparatu?
Uzasadnienie:
Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za nieprawidłowe użytkowanie sprzętu przez personel Zamawiającego.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wprowadza zapis do wzoru umowy .W załączeniu zmieniony wzór umowy załącznik nr 6
13. **Pytanie** - dot. wzoru umowy – część 1 (Załącznik nr 6)
Czy Zamawiający zgodzi się na wskazanie w §3 ust. 9 projektu umowy, że naprawy spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem aparatu oraz udostępnienie aparatu zastępczego w takim wypadku zostaną wykonane na koszt Zamawiającego?
Uzasadnienie:
Wykonawca nie powinien być obciążany kosztami napraw i dostawy sprzętu zastępczego, jeśli będą one wynikać z nienależytego postępowania personelu Zamawiającego (np. niezgodnie z instrukcją obsługi) – koszty te powinien ponieść Zamawiający.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wprowadza zapis do wzoru umowy .W załączeniu zmieniony wzór umowy załącznik nr 6.
14. **Pytanie** - dot. wzoru umowy – część 1 (Załącznik nr 6)
Czy Zamawiający zgodzi się na wskazanie w §6 ust. 2 i 5 projektu umowy, że termin rozpatrzenia reklamacji jakościowej rozpoczyna bieg z chwilą dostarczenia Wykonawcy reklamowanego towaru a koszty wysyłki obciążają Wykonawcę tylko w przypadku reklamacji zasadnych?
Uzasadnienie:
Wykonawca nie może rozpatrzyć reklamacji jakościowej bez naocznego zbadania reklamowanego towaru. Zwrot kosztów wysyłki może nastąpić jedynie w przypadku reklamacji uzasadnionych – w innym bowiem wypadku Wykonawca ponosiłby straty wynikające ze składania przez Zamawiającego bezpodstawnych reklamacji.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wprowadza zmian we wzorze umowy w zakresie objętym pytaniem.
15. **Pytanie** - dot. wzoru umowy – część 1 (Załącznik nr 6)
Czy Zamawiający zgodzi się na wskazanie w §6 ust. 3 projektu umowy, że zamówienie będzie uważane za niezrealizowane co do wadliwej/brakującej części?
Uzasadnienie:
Część zamówienia zrealizowana prawidłowo powinna zostać przez Zamawiającego uwzględniona i rozliczona – bez oczekiwania na rozpatrzenie reklamacji dotyczącej jego wadliwej części.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wprowadza zmian we wzorze umowy w zakresie objętym pytaniem.
16. **Pytanie** - dot. wzoru umowy – część 1 (Załącznik nr 6)
Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę §7 ust. 1 projektu umowy, poprzez: obniżenie dziennej stawki kary umownej do 100 zł (lit. a), wykreślenie lit. d), naliczenie kary określonej w lit. g) od wartości niezrealizowanej części umowy?
Uzasadnienie:
Kara umowna w stawce dziennej na poziomie 1.000,00 zł jest wg Wykonawcy wygórowana i podlegać winna miarkowaniu. W sytuacji zwłoki w dostawie Zamawiający może naliczyć karę umowną wg lit. a), wobec czego brak jest podstaw do zastrzegania dodatkowej kary na wypadek dokonania zakupu zastępczego. Wykonawca i tak ma obowiązek zwrotu różnicy w cenie, wobec czego Zamawiający nie poniesie szkody. W przypadku zakończenia umowy kara powinna być naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, bowiem w innym wypadku byłaby taka sama niezależnie od tego, czy umowa została zrealizowana w 1% czy w 99
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wprowadza zmian we wzorze umowy w zakresie objętym pytaniem.
17. **Pytanie** - dot. wzoru umowy – część 1 (Załącznik nr 6)
Czy Zamawiający zgodzi się na wskazanie w §7 ust. 2 projektu umowy, że maksymalna wysokość kar umownych wyniesie 20% wartości umowy?
Uzasadnienie:
Wykonawca prosi o obniżenie limitu naliczana kar umownych w celu uniknięcia ich wygórowania.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wprowadza zmian we wzorze umowy w zakresie objętym pytaniem.



18. **Pytanie** - dot. wzoru umowy – część 1 (Załącznik nr 6)
Czy Zamawiający zgodzi się na wskazanie w §8 ust. 2 projektu umowy, że uprawnienie do rozwiązania umowy dotyczyć będzie tylko przypadków zawinionych przez Wykonawcę?
Uzasadnienie:
Wykonawca nie może ponosić negatywnych skutków okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności i na które nie ma wpływu
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wprowadza zmian we wzorze umowy w zakresie objętym pytaniem.
19. **Pytanie** - dot. wzoru umowy – część 1 (Załącznik nr 6)
Czy Zamawiający zgodzi się na wskazanie w treści projektu umowy, że wszelkie kary umowne i inne należności obciążające Wykonawcę będą płatne w terminie rozpoczynającym bieg od doręczenia noty obciążeniowej – a nie jej wystawienia?
Uzasadnienie:
Wykonawca nie może uiścić należności, o której naliczeniu nie ma wiedzy, wobec czego termin powinien rozpoczynać bieg od daty doręczenia Wykonawcy stosownego dokumentu.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wydłuża termin płatności z 7 na 14 dni – w załączeniu zmieniony wzór umowy załącznik nr 6.
20. **Pytanie** - dot. wzoru umowy – część 1 (Załącznik nr 6)
Czy Zamawiający zgodzi się na wskazanie w §9 ust. 9 lit. f) projektu umowy, że klauzula ta dotyczy zarówno podwyżki, jak i obniżki cen?
Uzasadnienie:
Wskazany limit powinien odnosić się zarówno do podwyżki cen, jak i ich obniżki – w celu zachowania równowagi kontraktowej stron.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wprowadza zmian we wzorze umowy w zakresie objętym pytaniem.
21. **Pytanie** - dot. wzoru umowy – część 1 (Załącznik nr 6)
Czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie ust. 17 w § 9 projektu umowy?
Uzasadnienie:
Nieodebranie aparatu może nastąpić wskutek okoliczności, które są niezależne od Wykonawcy. Zamawiający powinien zabezpieczyć sprzęt – na koszt Wykonawcy – do czasu jego odebrania.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający interpretuje, że pytanie dotyczy § 3 ust.17 .
Zamawiający nie wykreśla zapisu § 3 ust.17.
22. **Pytanie** - dot. wzoru umowy – część 1 (Załącznik nr 6)
Czy Zamawiający zgodzi się na wskazanie w §9 projektu umowy, że zmiana ceny brutto wynikająca z ustawowej zmiany stawki podatku VAT nastąpi z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego tę stawkę – bez konieczności zawarcia aneksu i bez dodatkowych obowiązków po stronie Wykonawcy?
Uzasadnienie:
Strony nie mają wpływu na wysokość stawki VAT. Wykonawca nie może też wystawić faktury z nieobowiązującą stawką podatku od towarów i usług.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wprowadza zmian we wzorze umowy w zakresie objętym pytaniem.
23. **Pytanie** - dot. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
Czy Zamawiający dopuści zmianę § 3 ust. 5 zd. ostatnie projektu umowy powierzenia poprzez przyjęcie następującej treści: „Jeśli Administrator w trakcie trwania umowy nie przedstawi, w ciągu 3 dni roboczych licząc od dnia zakończenia usługi związanej z przetwarzaniem powierzonych danych, na piśmie swojej decyzji co do usunięcia lub zwrotu danych przyjmuje się, iż oczekuje on ich usunięcia i wówczas, po upływie ww. terminu Procesor jest uprawniony do usunięcia danych.”?
Uzasadnienie: Propozycja ma na celu zapewnienie pewności stosunku umownego – dotychczasowa treść umowy nie wskazuje, w jakim terminie Procesor ma oczekiwać na decyzję Administratora, co w praktyce mogłoby prowadzić do zarzutu naruszenia umowy.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wprowadza zmian do wzoru umowy w zakresie objętym pytaniem.
24. **Pytanie** - dot. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
Czy Zamawiający dopuści zmianę § 3 ust. 9 zdanie pierwsze projektu umowy powierzenia poprzez przyjęcie następującej treści: „Procesor po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w ciągu 36 godzin od stwierdzenia zgłasza je Administratorowi w formie pisemnej na adres jego siedziby lub w formie mailowej na adres iod@uck.katowice.pl”?
Uzasadnienie: Zgodnie projektem umowy powierzenia, Podmiot przetwarzający jest zobowiązany przestać Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykonania przez niego obowiązków wynikających z RODO, co uzasadnia wydłużenie terminu na zgłoszenie do 36 godzin, albowiem zebranie i opisanie wszystkich informacji może okazać się czasochłonne. Propozycja wydłużenia czasu na zgłoszenie do 36 godzin stanowi połowę czasu przysługującego Administratorowi na ewentualne zgłoszenie do organu nadzorczego. Kolejne 36 godzin dla Administratora powinno być



zatem wystarczające – tym bardziej, iż będzie on dysponował pełną informacją od Podmiotu przetwarzającego

ODPOWIEDŹ: W odpowiedzi na pytanie Zamawiający wprowadza zmianę w § 3 ust. 9. W załączeniu zmieniony wzór umowy powierzenia przetwarzania danych.

25. **Pytanie** - dot. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
Czy Zamawiający dopuści dodanie ust. 13 do § 3 o następującej treści: „Procesor będzie przetwarzał dane wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora”?
Uzasadnienie: Wymóg taki wynika z art. 28 ust. 3 lit. a RODO.
ODPOWIEDŹ: W odpowiedzi na pytanie Zamawiający wprowadza w § 3 ust. 13. W załączeniu zmieniony wzór umowy powierzenia przetwarzania danych.
26. **Pytanie** - dot. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
Czy Zamawiający dopuści zmianę § 4 ust. 2 projektu umowy powierzenia poprzez przyjęcie następującej treści: „Administrator realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Procesora z minimum 7-dniowym jego uprzedzeniem dokonany na piśmie.”?
Uzasadnienie: Zachowanie formy pisemnej leży w interesie obu stron dla celów dowodowych. Wskazane jest także udzielenie dłuższego terminu na przygotowanie się przez Wykonawcę do kontroli.
ODPOWIEDŹ: W odpowiedzi na pytanie Zamawiający wprowadza zmianę w § 4 ust. 2. W załączeniu zmieniony wzór umowy powierzenia przetwarzania danych.
27. **Pytanie** - dot. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
Czy Zamawiający dopuści zmianę § 4 ust. 3 projektu umowy powierzenia poprzez przyjęcie następującej treści: „Procesor zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych pisemnie podczas kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie krótszym jednakże niż uzasadniony okres na usunięcie tych uchybień.”?
Uzasadnienie: Usunięcie niektórych uchybień może wymagać znacznie większego i pracochłonnego nakładu pracy, w tym wiązać się także z okolicznościami niezależnymi od Podmiotu przetwarzającego. Zasadne jest zatem elastyczne określenie terminu na usunięcie uchybień. Zasadne jest także, aby uchybienia były stwierdzone pisemnie – dla celów dowodowych.
ODPOWIEDŹ: W odpowiedzi na pytanie Zamawiający wprowadza zmianę w § 4 ust. 3. W załączeniu zmieniony wzór umowy powierzenia przetwarzania danych.
28. **Pytanie** - dot. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
Czy Zamawiający dopuści dodanie ust. 3 do § 8 projektu umowy powierzenia o następującej treści: „Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Rozwiązanie niniejszej umowy powoduje rozwiązanie umowy głównej, chyba świadczenie usług przewidzianych umową główną nie będzie wiązało się z przetwarzaniem danych przez Procesora lub pomiędzy Stronami dojdzie do zawarcia nowej umowy powierzenia.”?
Uzasadnienie: W umowie brakuje ww. postanowienia, który wskazywałby na okres wypowiedzenia umowy. Zasadne jest także określenie skutku rozwiązania umowy powierzenia.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wprowadza zmian do wzoru umowy w zakresie objętym pytaniem.
29. **Pytanie** - dot. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
Czy Zamawiający dopuści dodanie ust. 4 do § 9 umowy powierzenia o następującej treści: „Umowa reguluje kwestie związane z przetwarzaniem i bezpieczeństwem powierzonych Procesorowi przez Administratora danych osobowych. Ilekroć w umowie jest mowa o danych osobowych, należy rozumieć pod tym pojęciem dane osobowe powierzone Podmiotowi przetwarzającemu przez Administratora.”
Uzasadnienie: W wielu postanowienia mowy brakuje wyraźnego wskazania, iż chodzi o powierzone dane osobowe. Np. § 3 ust. 9 umowy powierzenia zobowiązuje Podmiot przetwarzający do informowania o stwierdzonym naruszeniu ochrony danych. Brak wskazania, iż chodzi o dane objęte powierzeniem może prowadzić do interpretacji, iż Podmiot przetwarzający ma obowiązek notyfikować Administratorowi o stwierdzonym naruszeniu danych nieobjętych powierzeniem (np. tych których administratorem jest Podmiot przetwarzający). Takie podejście byłoby nieuzasadnione i nadmiarowe.
ODPOWIEDŹ: W odpowiedzi na pytanie Zamawiający wprowadza w § 9 ust. 4. W załączeniu zmieniony wzór umowy powierzenia przetwarzania danych.

Zamawiający w załączeniu przekazuje zmieniony :

- Załącznik nr 4.2 do SWZ
- Załącznik nr 6 – wzór umowy do części nr 1
- Załącznik nr 6a – wzór umowy do części nr 2
- Załącznik nr 7 – wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych




W związku z art.137 ust.6) Zmianie ulegają następujące terminy:

Termin składania ofert upływa dnia 12.01.2023 o godz. 10:00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.01.2023 o godz. 10:30

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 11.04.2023

Sposób składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie obowiązują zgodnie z zapisem w pkt. XI SWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dokonał zmian w ogłoszeniu o zamówieniu w zakresie obejmującym powyższe informacje. Opublikowane Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

mgr Karina Madej
Kierownik Działu Zamówień Publicznych