

**Protokół z czynności wykonanych w trakcie udzielenia zamówienia o wartości  
nieprzekraczającej 130.000 złotych**

Nr postępowania: **DZP.381.50.EAT.2021**

Nazwa postępowania: **Dostawa misy do podgrzewania płynów oraz materacy i materacyków  
grzewczych.**

Dot. Wniosku nr **EAT/2404b/36/21, EAT/2404b/37/21, EAT/2404b/38/21**

**Opis wykonanych czynności:**

1. Zaproszenie do składania ofert zamieszczono na stronie internetowej Szpitala dnia 02.11.2021r.
2. W terminie składania ofert tj. dnia 15.11.2021r. do godz. 12:00 złożono następujące oferty:

**Pakiet 1**

**Oferta nr 1:**

ALVO Sp. z o.o. Sp. k.  
ul. Południowa 21A  
64-030 Śmigiel

cena brutto: 6 048,00 zł, gwarancja 37 miesięcy, suma przyznanych  
punktów = 100pkt.

**Pakiet 2**

**Oferta 1:**

Egerton Sp. z o.o.  
ul. Legnicka 21  
41-811 Zabrze

cena brutto: 23 652,00 zł, gwarancja 48 miesięcy, suma przyznanych  
punktów – nie dotyczy (oferta odrzucona zgodnie z punktem 3  
niniejszego protokołu)

**Oferta 2:**

Empireum Piotr Dopieralski  
ul. Chotomowska 30  
05-110 Jabłonna

cena brutto: 27 351,22 zł, gwarancja 48 miesięcy, suma przyznanych  
punktów = 85,87pkt.

**Oferta 3:**

MEDALIS Grażyna Wójcik  
ul. Waltera Janke 78  
41-215 Sosnowiec

cena brutto: 20 908,80 zł, gwarancja 48 miesięcy, suma przyznanych  
punktów = 100pkt.

**Pakiet 3**

**Oferta 1:**

Egerton Sp. z o.o.  
Ul. Legnicka 21  
41-811 Zabrze

cena brutto: 52 999,92 zł, gwarancja 48 miesięcy, suma przyznanych  
punktów – nie dotyczy (oferta odrzucona zgodnie z punktem 3  
niniejszego protokołu)

**Oferta 2:**

Empireum Piotr Dopieralski  
ul. Chotomowska 30  
05-110 Jabłonna

cena brutto: 38 791,87 zł, gwarancja 48 miesięcy, suma przyznanych  
punktów – nie dotyczy (oferta odrzucona zgodnie z punktem 3  
niniejszego protokołu)

**Oferta 3:**

MEDALIS Grażyna Wójcik

ul. Waltera Janke 78

41-215 Sosnowiec

cena brutto: 40 500,00 zł, gwarancja 36 miesięcy, suma przyznanych punktów = 100pkt.

**3. Po sprawdzeniu ofert proponuję:**

- a. Odrzucić ofertę firmy Egerton Sp. z o.o., ul. Legnicka 21, 41-811 Zabrze w pakiecie 2 z powodu niespełnienia wymaganego parametru wyszczególnionego w zestawieniu parametrów technicznych w punkcie 11. Zamawiający wymagał zakresu temperatury w zakresie od 34°C do 40°C z regulacją max co 1°C, dopuszczono również zakres regulacji temperatury 30-39°C co 0,1°C. Firma Egerton złożyła ofertę na urządzenie, które zgodnie z załączoną ulotką posiada zakres temperatury 34-39°C, który nie wpisuje się w zakresy wymagane przez Zamawiającego. W związku z powyższym oferta Wykonawcy w zakresie pakietu 2 podlega odrzuceniu.
- b. Odrzucić ofertę firmy Egerton Sp. z o.o., ul. Legnicka 21, 41-811 Zabrze w pakiecie 3 z powodu niespełnienia wymaganego parametru wyszczególnionego w zestawieniu parametrów technicznych w punkcie 10. Zamawiający wymagał zakresu temperatury w zakresie od 32°C do 40°C z regulacją max co 1°C, dopuszczono również zakres regulacji temperatury 30-40°C co 0,1°C. Firma Egerton złożyła ofertę na urządzenie, które zgodnie z załączoną ulotką posiada zakres temperatury 33-39°C, który nie wpisuje się w zakresy wymagane przez Zamawiającego. W związku z powyższym oferta Wykonawcy w zakresie pakietu 3 podlega odrzuceniu.
- c. Odrzucić ofertę firmy Empireum Piotr Dopieralski, ul. Chotomowska 30, 05-110 Jabłonna w pakiecie 3 z powodu niespełnienia wymaganego parametru wyszczególnionego w zestawieniu parametrów technicznych w pakiecie 3 pkt. 15. Zamawiający wymagał zaoferowania Zestawu funkcjonującego również w przypadku mechanicznego uszkodzenia materaca (np. przecięcie skalpelem). Zgodnie z informacją, która wpłynęła do Zamawiającego z anglojęzycznej instrukcji obsługi wynika, iż w przypadku przecięcia, uszkodzenia materaca, nie wolno używać urządzenia. W związku z powyższym Zamawiający prosił Wykonawcę o wyjaśnienie rozbieżności w zakresie możliwości funkcjonowania zestawu również w przypadku mechanicznego uszkodzenia materaca (np. przecięcie skalpelem). Firma złożyła wyjaśnienia, w których powołuje się na możliwość pracy urządzenia podczas uszkodzenia pokrowca do końca trwania operacji bez dalszej możliwości użycia materaca grzewczego podczas kolejnej operacji natomiast Zamawiający wymagał pracy zestawu podczas uszkodzenia materaca. W związku z powyższym oferta Wykonawcy w zakresie pakietu 3 podlega odrzuceniu.
- d. Udzielić zamówienia firmie:

**Pakiet 1:** ALVO Sp. z o.o. Sp. k., ul. Południowa 21A, 64-030 Śmigiel**Pakiet 2 oraz 3:** MEDALIS Grażyna Wójcik, ul. Waltera Janke 78, 41-215 Sosnowiec**Uzasadnienie wyboru oferty:**

**Pakiet 1:** Firma ALVO Sp. z o.o. Sp. k. ul. Południowa 21A, 64-030 Śmigiel złożyła prawidłową ofertę zgodną z wymaganiami Zamawiającego. Jest to jedyna złożona oferta, spełnia warunki określone w Zaproszeniu do składania ofert, a jej wartość mieści się w kwocie przeznaczony przez Zamawiającego na realizację zamówienia.

**Pakiet 2:** Firma MEDALIS Grażyna Wójcik ul. Waltera Janke 78, 41-215 Sosnowiec złożyła prawidłową ofertę zgodną z wymaganiami Zamawiającego. Jest to oferta najkorzystniejsza spośród złożonych ofert, spełnia warunki określone w Zaproszeniu do składania ofert, a jej wartość mieści się w kwocie przeznaczony przez Zamawiającego na realizację zamówienia.

**Pakiet 3:** Firma MEDALIS Grażyna Wójcik ul. Waltera Janke 78, 41-215 Sosnowiec złożyła prawidłową ofertę zgodną z wymaganiami Zamawiającego. Jest to jedyna oferta niepodlegająca odrzuceniu, spełnia warunki określone w Zaproszeniu do składania ofert, a jej wartość mieści się w kwocie przeznaczony przez Zamawiającego na realizację zamówienia.

Podpis Koordynatora

**Z-ca KIEROWNIKA**  
Dział Aparatury Medycznej  
*mgr inż. Małgorzata Hercka*

Podpis przedstawiciela DZP

**KIEROWNIK**  
Dział Zamówień Publicznych  
*mgr. Mody...*

Podpis Głównego Księgowego

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Beata Paszkowska*

Podpis Dyrektora

*[Signature]*  
**Z upoważnienia Dyrektora**  
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego  
im. prof. K. Gibińskiego  
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach  
*mgr Ewa Kopiec*  
**Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych**