



DZP.281.11.EAT.2024

Katowice 26.08.2024r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zaproszenia do składania ofert pn:
Obsługa serwisowa strzykawki automatycznej MISSOURI.

DYREKTOR

mgr Renata Wachowicz

Do wszystkich Wykonawców

ul. Ceglana 35
40-514 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 358 14 60
tel.: (32) 358 12 00
fax: (32) 251 84 37
sekretariat@uck.katowice.pl

Pytanie nr 1

Dotyczy: pakiet nr 2 - wzór umowy §2. WARUNKI REALIZACJI UMOWY, punkt 12, podpunkt a i b. Prosimy o wydłużenie terminu naprawy do 5 dni roboczych

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu naprawy wskazanego w pytaniu do 5 dni roboczych. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Pytanie nr 2

Dotyczy: pakiet nr 2 - wzór umowy §2. WARUNKI REALIZACJI UMOWY, punkt 4
Prosimy o korektę datę wykonania następnego przeglądu poprzez wpisanie terminu: wrzesień 2025. Przeglądy są wykonywane co do miesiąca, a nie dnia, tzn. jeśli ostatni przegląd odbył się w wrześniu 2024, to następny musimy wykonać do końca września 2025.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów

Pytanie nr 2

Dotyczy: pakiet nr 2 - wzór umowy §2. WARUNKI REALIZACJI UMOWY, punkt 4
Jeśli zamawiający nie zgodzi się na powyższe prosimy do dodanie zapisu „do 19.09.2025”, wówczas przegląd zostanie wykonany przed terminem wskazanym w umowie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów.

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

mgr Agata Choluż
Kierownik Działu Zamówień Publicznych