

ZAPYTANIE W CELU OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

DOTYCZY: Zakupu urządzenia do dekontaminacji pomieszczeń.

Uniwersyteckie Centrum kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w związku z zamiarem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego obejmującego zakup urządzenia do dekontaminacji pomieszczeń kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej w celu oszacowania wartości zamówienia na ww. usługę.

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zapytania jest dostawa urządzenia do dekontaminacji pomieszczeń o następujących funkcjach i parametrach technicznych :

- urządzenie fabrycznie nowe;
- rok produkcji nie wcześniej niż 2020;
- urządzenie automatyczne;
- urządzenie jezdne – fabrycznie wyposażone w kółka;
- waga urządzenia nie przekracza 60 kg;
- zasilane z sieci 230 V;
- wytwarza suchą mgłę, wielkość generowanych cząsteczek do 8 mikronów;
- wydajność - w jednym procesie/ cyklu dezynfekuje pomieszczenie o kubaturze nie mniej niż 200 m³;
- środek dezynfekujący – gotowy do użycia roztwór nadtlenu wodoru (H₂O₂) w stężeniu nie wyższym niż 7,5% kompatybilny z urządzeniem;
- dostawa środka dezynfekującego na 12 procesów dekontaminacji przestrzeni niemniejszej niż 200m³;
- urządzenie wytwarzające suchą mgłę nadtlenu wodoru, istnieje możliwość wytwarzania preoksonu;
- działanie urządzenia z preparatem dezynfekującym jako system przebadany zgodnie z normą NFT 72-281 (lub procedurą równoważną do tej normy), system gwarantujący redukcję drobnoustrojów nie mniej niż o 6 log;
- dodatkowe urządzenie do monitorowania stężenia nadtlenu wodoru w powietrzu o czułości nie mniejszej niż wartości NDS = 0,4 mg/m³;
- proces bezpieczny dla urządzeń elektrycznych i elektronicznych, nie uszkadza ekranów LCD, inkubatorów. Posiadający protokół z badania sprzętu medycznego potwierdzającego brak negatywnych oddziaływań na elektronikę i materiały konstrukcyjne;
- po procesie brak osadów na powierzchniach, brak konieczności zmywania powierzchni;
- urządzenie zapewnia połączenie przez WiFi z komputerem/ telefonem/ tabletem oraz przez kabel sieciowy do komputera. Wykonawca zapewni dodatkowo tablet;
- urządzenie zapewniające elektroniczne monitorowanie, walidację i archiwizację danych całego procesu. Możliwość drukowania przebiegu procesu. Program zapewniający zapamiętywanie danych operatorów. Minimalny zakres danych na wydruku to: identyfikator operatora, data i godzina rozpoczęcia procesu, data i godzina jego zakończenia, numer cyklu, nazwa i ilość zużytego preparatu dezynfekcyjnego oraz jego numer seryjny, temperatura i wilgotność powietrza

- w pomieszczeniu podczas procesu;
- urządzenie monitoruje warunki otoczenia (temperaturę, wilgotność) do prawidłowego przebiegu procesu;
- urządzenie zapewniające zapamiętywanie kubatury pomieszczeń;
- miarkę laserową do pomiaru długości;
- urządzenie wyposażone w czujnik ruchu, gwarantowane przerwanie procesu podczas wykrycia ruchu osób;
- urządzenie wyposażone w programator czasowy do włączenia procesu - zaprogramowanie daty i godziny włączenia;
- po zakończonym procesie automatyczne wyłączenie urządzenia;
- urządzenie identyfikuje nr seryjny, ilość płynu dezynfekującego oraz jego datę ważności;
- urządzenie zapewnia automatyczną blokadę przed uruchomieniem procesu przy braku wystarczającej ilości preparatu dezynfekującego;
- urządzenie spełniające standardy bezpieczeństwa.

W ramach zawartej umowy Wykonawca:

1. Dostarczy Urządzenie do dekontaminacji pomieszczeń.
2. Przeszkoli wskazanych przez Zamawiającego pracowników z zakresu obsługi Urządzenia w stopniu umożliwiającym prawidłową eksploatację Urządzenia;
3. Zapewni obsługę gwarancyjną trwającą min. 12 miesięcy;
5. Wykonawca gwarantuje naprawę lub wymianę uszkodzonego lub wadliwego Urządzenia w czasie nie dłuższym niż 3 dni robocze od chwili zgłoszenia awarii;
6. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić dostępność części zamiennych do Urządzenia przez okres minimum 10 lat od daty podpisania protokołu odbioru;
7. Termin dostawy:.....(podać w tygodniach).

2. Termin i miejsce złożenia propozycji cenowej:

Proszę o przesłanie propozycji cenowej do dnia 14.10.2020 r. w wersji elektronicznej zgodnie z załączonym do zapytania formularzem cenowym na adres e-mail: **zaopatrzenie@uck.katowice.pl** Wartość cenową należy podać w złotych polskich. Przedstawione wartości cenowe powinny być podane w wartości: netto, VAT, brutto.

L.P.	Przedmiot	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat%	Wartość brutto
1	Urządzenie do dekontaminacji	2				

W przypadku pytań, prosimy o kontakt mailowy, na wskazany wyżej adres.

4. Informacje dodatkowe:

- złożenie oferty nie rodzi po stronie Wykonawcy roszczenia o zawarcie umowy;
- niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.