



DZP.381.05.EAT.2023

Katowice 12.06.2023r

Do wszystkich Wykonawców

Kierownik Działu
Zamówień
Publicznych

mgr Karina Madej

ul. Ceglana 35
40-514 Katowice

SEKRETARIAT

tel.: (32) 358 14 60

tel.: (32) 358 12 00

fax : (32) 251 84 37

sekretariat@ucc.katowice.pl

Odpowiedzi na pytania

*Dot. postępowania w trybie zaproszenia do składania ofert
„Dostawa 3 szt. Wideolaryngoskopów”*

PYTANIE 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty na wideolaryngoskop, który posiada oznakowanie numeryczne głębokości włożenia łyżki dla jednego rodzaju łyżki tj. „łyżka McGRATH MAC X, rozmiar 3,,

Kamera i wyświetlacz jest wykorzystywany do potwierdzenia prawidłowej głębokości umieszczenia rurki dotchawiczej.

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 2

Czy w pozycji 9 Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w akumulator i zasilacz, po naładowaniu 4 godziny pracy? Takie rozwiązanie pozwoli na uniknięcie zakupu drogich baterii?

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE 3

Czy w pozycji 12 Zamawiający dopuści urządzenie bez oznakowania numerycznego głębokości włożenia łyżki?

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE 4

Czy w pozycji 13 Zamawiający dopuści laryngoskop z system grzania kamery? Zastosowanie takiego rozwiązania pozwala na uniknięcie parowania łyżek.

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 5

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie co Zamawiający miał na myśli zamieszczając poniższe oświadczenie: „Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji” ?

Informujemy, że aby wideolaryngoskop mógł być używany musi posiadać łyżki jednorazowe co jest wymogiem ujętym w załączniku nr 2 lp 4 i 5.

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania łyżek do wideolaryngoskopu? Jeżeli tak prosimy o podanie ilości sztuk oraz rozmiaru.

ODPOWIEDZ

Zamawiający wymaga 50 szt. łyżek w rozmiarze 3.

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
mgr Karina Madej
Kierownik Działu Zamówień Publicznych