



Katowice 10.04.2018r.

DZP/381/13A/2018

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego: dostawa klipsów tytanowych, polimerowych i klipsownic.

- DZP/381/13A/2018

Do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający w części nr 1 pozycja 1 dopuści klipsy tytanowe: szerokość przed zamknięciem: 4,2mm; długość po zamknięciu: 3,6mm, wysokość otwartego klipsa: 3mm. Wewnętrzna, romboidalna struktura klipsa przypominająca ściętą piramidę aby zapobiec traumatyzacji naczynia przez klips oraz jego ześlizgiwaniu się z naczynia. Klipsy z sekwencją dystalno-proksymalnego zamknięcia z fazą okienkowego zamknięcia na naczyniu. Opakowanie zbiorcze 30 magazynków po 6 klipsów z taśmą samoprzylepną na odwrocie, znakowane różnymi kolorami w zależności od rozmiaru klipsów?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ, zamawiający wymaga klipsów o innych właściwościach: z rowkowaniem wewnętrznym wzdłużnym i poprzecznym.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający w części nr 1 pozycja 2 dopuści całkowicie metalową klipsownicę kompatybilną z zaproponowanymi w pozycji 1 klipsami w rozmiarze small o długości 20cm z powłoką z tworzywa sztucznego w kolorze dopasowanym do koloru magazynku klipsów w danym rozmiarze na obydwu uchwytych klipsownicy?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza, klipsownicę posiadającą powłokę z tworzywa sztucznego w kolorze dopasowanym do koloru magazynku klipsów na obydwu uchwytych. Wymagamy klipsownicy nowej, fabrycznie pakowanej przeznaczonej do klipsów opisanych w pozycji 1

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający w części nr 1 pozycja 1 dopuści klipsy tytanowe: szerokość przed zamknięciem: 5,8mm; długość po zamknięciu: 5,6mm; wysokość otwartego klipsa: 4,8mm. Wewnętrzna, romboidalna struktura klipsa przypominająca ściętą piramidę, aby zapobiec traumatyzacji naczynia przez klips oraz jego ześlizgiwaniu się z naczynia. Klipsy z sekwencją dystalno-proksymalnego zamknięcia z fazą okienkowego zamknięcia na naczyniu. Opakowanie zbiorcze 30 magazynków po 6 klipsów z taśmą samoprzylepną na odwrocie, znakowane różnymi kolorami w zależności od rozmiaru klipsów.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ, zamawiający wymaga klipsów o innych właściwościach: z rowkowaniem wewnętrznym wzdłużnym i poprzecznym.



Pytanie nr 4

Czy Zamawiający w części nr 1 pozycja 4 dopuści całkowicie metalową klipsownicę kompatybilną z zaproponowanymi w pozycji 3 klipsami w rozmiarze medium o długości 20cm z powłoką z tworzywa sztucznego w kolorze dopasowanym do koloru magazynku klipsów w danym rozmiarze na obydwu uchwytach klipsownicy?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza , klipsownicę posiadającą powłokę z tworzywa sztucznego w kolorze dopasowanym do koloru magazynku klipsów na obydwu uchwytach Wymagamy klipsownicy nowej , fabrycznie pakowanej przeznaczonej do klipsów opisanych w pozycji 3.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający w części nr 1 pozycja 5 dopuści klipsy tytanowe: szerokość przed zamknięciem: 3,1mm; długość po zamknięciu: 2,6mm; wysokość otwartego klipsa: 2,2mm. Wewnętrzna, romboidalna struktura klipsa przypominająca ściętą piramidę aby zapobiec traumatyzacji naczynia przez klips oraz jego ześlizgiwaniu się z naczynia. Klipsy z sekwencją dystalno-proksymalnego zamknięcia z fazą okienkowego zamknięcia na naczyniu. Opakowanie zbiorcze 30 magazynków po 6 klipsów z taśmą samoprzylepna na odwrocie, znakowane różnymi kolorami w zależności od rozmiaru klipsów?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ , zamawiający wymaga klipsów o innych właściwościach : z rowkowaniem wewnętrznym wzdłużnym i poprzecznym.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający w części nr 1 pozycja 6 dopuści całkowicie metalową klipsownicę kompatybilną z zaproponowanymi w pozycji 5 klipsami w rozmiarze mikro o długości 20cm z powłoką z tworzywa sztucznego w kolorze dopasowanym do koloru magazynku klipsów w danym rozmiarze na obydwu uchwytach klipsownicy?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza , klipsownicę posiadającą powłokę z tworzywa sztucznego w kolorze dopasowanym do koloru magazynku klipsów na obydwu uchwytach . Wymagamy klipsownicy nowej , fabrycznie pakowanej przeznaczonej do klipsów opisanych w pozycji 5.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający w części nr 1 pozycja 7 dopuści klipsy tytanowe: szerokość przed zamknięciem: 8,4mm; długość po zamknięciu: 9mm; wysokość otwartego klipsa: 7,8mm. Wewnętrzna, romboidalna struktura klipsa przypominająca ściętą piramidę, aby zapobiec traumatyzacji naczynia przez klips oraz jego ześlizgiwaniu się z naczynia. Klipsy z sekwencją dystalno-proksymalnego zamknięcia z fazą okienkowego zamknięcia na naczyniu. Opakowanie zbiorcze 20 magazynków po 6 klipsów z taśmą samoprzylepna na odwrocie, znakowane różnymi kolorami w zależności od rozmiaru klipsów?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ , zamawiający wymaga klipsów o innych właściwościach : z rowkowaniem wewnętrznym wzdłużnym i poprzecznym.



Pytanie nr 8

Czy Zamawiający w części nr 1 pozycja 8 dopuści klipsy tytanowe: szerokość przed zamknięciem: 4,2mm; długość po zamknięciu: 3,6mm, wysokość otwartego klipsa: 3mm. Wewnętrzna, romboidalna struktura klipsa przypominająca ściętą piramidę aby zapobiec traumatyzacji naczynia przez klips oraz jego ześlizgiwaniu się z naczynia. Klipsy z sekwencją dystalno-proksymalnego zamknięcia z fazą okienkowego zamknięcia na naczyniu. Opakowanie zbiorcze 30 magazynków po 6 klipsów z taśmą samoprzylepną na odwrocie, znakowane różnymi kolorami w zależności od rozmiaru klipsów?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ, zamawiający wymaga klipsów o innych właściwościach: z rowkowaniem wewnętrznym wzdłużnym i poprzecznym.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający w części nr 1 pozycja 10 dopuści całkowicie metalową klipsownicę kompatybilną z zaproponowanymi w pozycji 7 klipsami w rozmiarze medium/large o długości 27,5cm z powłoką z tworzywa sztucznego w kolorze dopasowanym do koloru magazynku klipsów w danym rozmiarze na obydwu uchwytach klipsownicy?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza, klipsownicę posiadającą powłokę z tworzywa sztucznego w kolorze dopasowanym do koloru magazynku klipsów na obydwu uchwytach. Wymagamy klipsownicy nowej, fabrycznie pakowanej przeznaczonej do klipsów opisanych w pozycji 7.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający w części nr 1 pozycja 10 dopuści całkowicie metalową klipsownicę kompatybilną z zaproponowanymi w pozycji 7 klipsami w rozmiarze medium/large o długości 20cm z powłoką z tworzywa sztucznego w kolorze dopasowanym do koloru magazynku klipsów w danym rozmiarze na obydwu uchwytach klipsownicy?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza, klipsownicę posiadającą powłokę z tworzywa sztucznego w kolorze dopasowanym do koloru magazynku klipsów na obydwu uchwytach. Wymagamy klipsownicy nowej, fabrycznie pakowanej przeznaczonej do klipsów opisanych w pozycji 7.

Pytanie nr 11

Czy w części nr 2, pozycji 2 doszło do popełnienia omyłki pisarskiej w opisie oczekiwanych parametrów klipsownicy? Szczególnie w oczekiwanym rozmiarze lub typie klipsownicy?

Odpowiedź

Tak. Zamawiający wymaga klipsownicy kompatybilnej z klipsami opisanymi w pozycji 1, całkowicie metalowej dł. 20 cm z powłoką z tworzywa sztucznego na dwóch uchwytach. W złączeniu zmieniony formularz asortymentowo – cenowy stanowiący załącznik nr 4.2 do SIWZ.

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający w Części nr 1 poz.1,3,5,7,8 jako opakowanie (jm tabela 3) oczekuje 30boksów czy 1boks?

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ zamawiający wymaga w opakowaniu 30 – tu boksów po 6 szt klipsów.



Pytanie nr 13

Czy Zamawiający w **Części nr 1 poz.9** dopuści klipsownicę nierozbieralną o długości roboczej 33cm obrotową z ruchomą przednią częścią (rękojeści) uchwytu, kompatybilną z klipsami z poz.7?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ

Pytanie nr 14

Czy Zamawiający w **Części nr 2 poz.1,3,5,7** jako opakowanie (jm tabela 3) oczekuje 14boksów czy 1boks? w poz.7 jm są szt. czy nie zaszła pomyłka i nie powinny być op? A jeśli jm pozostają sztuki to czy 6boksów czy 6klipsów?

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ zamawiający wymaga w opakowaniu 14 – tu boksów po 6 szt klipsów

Pytanie nr 15

Czy Zamawiający w **Części nr 2 poz.1,3,5,7** dopuści opakowania po 20boksów w miejsce 14boksów? Przy czym konfekcjonować będziemy wg. oczekiwać Zamawiającego po 14boksów?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga klipsów pakowanych i konfekcjonowanych fabrycznie zgodnie z opisem w SIWZ

Pytanie nr 16

Czy Zamawiający w **Części nr 2 poz.2,4,6,8** dopuści klipsownicę nierozbieralną lub rozbieralną dwuczęściową o długości roboczej 33cm kompatybilną odpowiednio z klipsami z poz.1,3,5,7?

Odpowiedź


W części 2 pozycja 2 doszło do omyłki pisarskiej , zamawiający wymaga klipsownicy kompatybilnej z klipsami opisanymi w pozycji 1 , całkowicie metalowej dł.20 cm z powłoką z tworzywa sztucznego na dwóch uchwytach. W pozycjach 4,6,8 zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z SIWZ

Pytanie nr 17

Czy Zamawiający w **Części nr 1 i 2** wymaga do boksów z klipsami tytanowymi i polimerowymi samoprzylepnych kontrolerek identyfikujących, do wklejania w protokole operacyjnym, zawierających datę przydatności, datę produkcji i nr serii, po jednej sztuce do każdego boks z klipsami?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Kierownik Działu Zamówień Publicznych

Część nr 2

Klipsy polimerowe, klipsownice otwarte,

L p.	Przedmiot zamówienia	j. m.	Wymagana ilość	Ilość sztuk w opakowaniu	Ilość opakowań	Cena jednostkowa netto	Cena netto opakowania	Wartość netto	Stawka VAT %	Podatek VAT kwota	Wartość brutto	Nazwa handlowa, nr kat. kod, Producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Klipsy polimerowe rozmiar medium , szerokość przed zamknięciem 3,75-3,90 mm, długość po zamknięciu 6,7-6,80 mm, głębokość klipsa 5,60-5,80 mm. Wewnętrzne ząbki zabezpieczające przed zsunięciem się z naczynia Dystalne bolce stabilizujące klips na narzędziu. Klips zbudowany z polioksymetylenu- materiału obojętnego, niepirogennego, nietoksycznego, niewchłaniającego. Opakowanie-boksy po 6 klipsów /14 w opakowaniu z przylepną taśmą na odwrocie, nieodkształcające się w trakcie zakładania do aplikatora, centrowane na wlotach, stabilizowane za pomocą plastikowych blaszek	op	10									
2.	Klipsownica do zabiegów laparoskopowych całkowicie metalowa dł. 20 cm z powłoką z tworzywa sztucznego na dwóch uchwytach. Fabrycznie nowa Kompatybilna do poz. 1	szt	1									
3.	Klipsy polimerowe rozmiar medium/large szerokość przed zamknięciem 4,70-4,90 mm, długość po zamknięciu 9,10-9,20mm głębokość klipsa 8,00-8,10 mm. Wewnętrzne ząbki zabezpieczające przed zsunięciem się z naczynia. Dystalne bolce stabilizujące klips na narzędziu. Klips zbudowany z polioksymetylenu - materiału obojętnego, niepirogennego, nietoksycznego, niewchłaniającego. Opakowanie-boksy po 6 klipsów/ 14 w opakowaniu z przylepną taśmą na odwrocie, nieodkształcające się w trakcie zakładania do aplikatora, centrowane na wlotach, stabilizowane za pomocą plastikowych blaszek	op	10									
4.	Klipsownica do zabiegów laparoskopowych trzy częściowa rozbieralna z ruchomym tylnym uchwytem. Długość 33 cm. Fabrycznie nowa Kompatybilna do poz 3	szt	1									

				Część_nr_2								
5.	Klipsy polimerowe rozmiar large, szerokość przed zamknięciem 7,30-7,50 mm długość po zamknięciu 12,50-12,70, głębokość klipsa 10,6-10,75mm. Wewnętrzne ząbki zabezpieczające przed zsunięciem się z naczynia. Dystalne bolce stabilizujące klips na narzędziu. Klips zbudowany z polioksymetyleny - materiału obojętnego, niepirogennego, nietoksycznego, niewchłaniającego. Opakowanie-boksy po 6 klipsów/ 14 w opakowaniu z przylepną taśmą na odwrocie, nieodkształcające się w trakcie zakładania do aplikatora, centrowane na wlotach, stabilizowane za pomocą plastikowych blaszek	op	30									
6.	Klipsownica do zabiegów laparoskopowych trzy częściowa rozbieralna z ruchomym tylnym uchwytem. Długość 33 cm. Fabrycznie nowa. Kompatybilna do poz 5	szt	1									
7.	Klipsy polimerowe rozmiar extra/large, szerokość przed zamknięciem 8,90-9,10 mm, długość po zamknięciu 17,20-17,40mm, głębokość klipsa 14,75-14,85 mm. Wewnętrzne ząbki zabezpieczające przed zsunięciem się z naczynia. Dystalne bolce stabilizujące klips na narzędziu. Opakowanie-boksy po 6 klipsów/14 w opakowaniu z przylepną taśmą na odwrocie, nieodkształcające się w trakcie zakładania do aplikatora, centrowane na wlotach, stabilizowane za pomocą plastikowych blaszek	szt.	30									
8.	Klipsownica do zabiegów laparoskopowych trzy częściowa rozbieralna z ruchomym tylnym uchwytem. Długość 33 cm. Fabrycznie nowa Kompatybilna do poz 7	szt	2									
9.	Rozszywacz z mechanicznym tylnym uchwytem kompatybilny z pozycją 5 i 7 (uniwersalny)	szt	1									
Razem netto:												
								Podatek VAT				
								Razem brutto:				

Wymagania :

Ilość opakowań (kol. 6) należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość (kol.4) podzielić przez ilość w opakowaniu (kol.5) ilość opakowań (kol.6) należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym, oferując nie mniej niż wymagana ilość

.....
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy