



DZP.381.17.EAT.2022

Katowice 07.09.2022

Do wszystkich wykonawców
biorących udział w postępowaniu

Kierownik Działu
Zamówień
Publicznych

mgr Karina Madej

ul. Ceglana 35
40-514 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 358 14 60
tel.: (32) 358 12 00
fax : (32) 251 84 37
sekretariat@uck.katowice.pl

**Dotyczy odpowiedzi na pytania w postępowaniu prowadzonym
poniżej 130 000 zł na dostawę lasera okulistycznego YAG**

Pytania – Załącznik nr 2 Parametry techniczno- użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia

Lp. 3. Czy Zamawiający miał na myśli długość fali : 1064 nm ?

Wszystkie lasery YAG emitują falę o długości 1064 nm.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający miał oczywiście na myśli laser o długości fali : 1064nm, jest to omyłka pisarska.

Lp. 21. Czy Zamawiający dopuści urządzenie fabrycznie nowe wyprodukowane w 2021 roku ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza urządzenie fabrycznie nowe wyprodukowane w 2021r.

W załączeniu przekazuje ZMIENIONY załącznik nr 2 Wymagane parametry techniczno użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
K. Madej
mgr Karina Madej
Kierownik Działu Zamówień Publicznych