



DZP.381.3.EAT.2022

Katowice 17.03.2022

Do wszystkich Wykonawców

Odpowiedzi na pytania

Dot. postępowania na najem Aparatu USG dla Pracowni w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Zabiegowej

Kierownik Działu
Zamówień
Publicznych

mgr Karina Madej

ul. Ceglana 35
40-514 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 358 14 60
tel.: (32) 358 12 00
fax: (32) 251 84 37
sekretariat@ucc.katowice.pl

1 PYTANIE

dotyczy Załącznik nr 2

Pkt. 3. Czy Zamawiający dopuści aparat usg z dyskiem twardym 512 GB ?

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie zmienia zapisów w tym zakresie

Pkt. 6. Czy Zamawiający dopuści aparat usg który posiada 2 500 000 kanałów procesowych

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie dopuszcza

Pkt. 7. Czy Zamawiający dopuści aparat usg z cyfrowym układem formowania wiązki 12 bit?

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie zmienia zapisów w tym zakresie

Pkt. 13, 17, 18 Czy Zamawiający dopuści aparat usg z wartością dynamiki 256 dB, zakresem wielkości bramki 0,5- 25 mm oraz zakresem regulacji kąta korekcji 80 stopni

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie dopuszcza

Pkt. 20 Czy Zamawiający dopuści aparat usg który posiada 23000 obrazów pamięci dynamicznej

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie zmienia zapisów w tym zakresie

Pkt. 25. Czy Zamawiający potwierdza, że jest w posiadaniu licencji producenta PACS na podpięcie dodatkowego aparatu USG?

ODPOWIEDZ

Tak, Zamawiający potwierdza.

Pkt. 26, 27 Czy Zamawiający dopuści aparat usg z dwoma portami HDMI, ale bez portu video (drugie HDMI służy jako wyjście video) oraz bez formatu zapisu WMV?

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
mgr Karina Madej
Kierownik Działu Zamówień Publicznych