



DZP/381/14/EAT/2019

Katowice 23.04.2019

Do wszystkich Wykonawców

Odpowiedzi na pytania III

Kierownik Działu
Zamówień
Publicznych

mgr Karina Madej

ul. Ceglana 35
40-514 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 358 14 60
tel.: (32) 358 12 00
fax : (32) 251 84 37
sekretariat@ucc.katowice.pl

Dotyczy zaproszenia do składania ofert na dostawę monitorów opisowych

1. Pytanie 1

Dot. Załącznika nr 2.1 oraz 2.2 - WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W zakresie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych w polskim prawodawstwie obowiązuje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r (Dz. U. z 2010 r. nr. 215 poz. 1416). Zgodnie z tymi przepisami zaliczenie wyrobu do określonej klasy zależy od przewidzianego zastosowania, czasu trwania kontaktu z pacjentem oraz inwazyjności. Generalnie wszystkie wyroby nieinwazyjne znajdują się w klasie I. Do takich produktów (w klasie I) należą również monitory diagnostyczne. Znajdują się one w wydzielonych pomieszczeniach przeznaczonych dla personelu lekarskiego bez dostępu dla pacjentów. W związku z tym wymaganie klasy IIB dla monitorów wydaje się zupełnie nieuzasadnione. Co więcej może wywołać zarzut, że jest sztucznym zawyżeniem parametrów i zarazem promowaniem tylko jednego producenta. Prosimy zatem o dopuszczenie monitorów medycznych klasyfikowanych w klasie I.

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie zmienia zapisów w treści Zaproszenia.

2. Pytanie 2

Dot. Załącznika nr 2.1 - Monitory opisowe do radiologii ogólnej - WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W pkt 28 Zamawiający wymaga dostarczenia „monitorów zgodnych z aktualnymi wymaganiami w rozporządzeniu MZ z dnia 05.05.2017r. DzU poz. 884 w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego z późniejszymi zmianami oraz innymi aktami prawnymi i regulacjami związanymi z funkcjonowaniem sprzętu dedykowanego do pracy w diagnostyce obrazowej” jednocześnie w pozostałych punktach szczegółowo opisuje wymagania takich monitorów. Opisane szczegółowo wymagania jasno wskazują na konkretnego producenta i model - Barco MDNC-2221 <https://www.barco.com/en/product/nio-color-2mp-led-dl-mdnc-2221#specs>. Taki zapis ogranicza możliwość złożenia konkurencyjnej oferty i jest niezgodny z Ustawą o Zamówieniach Publicznych.

Wnosimy zatem o zmianę zapisów na:

„Dwa monitory diagnostyczne monochromatyczne zgodnych z aktualnymi wymaganiami w rozporządzeniu MZ z dnia 05.05.2017r. DzU poz. 884 w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego z późniejszymi zmianami oraz innymi aktami prawnymi i regulacjami związanymi z funkcjonowaniem sprzętu dedykowanego do pracy w diagnostyce obrazowej dokładne dla radiologii ogólnej.”

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie zmienia zapisów w Załączniku 2.1 w pkt. 22 treści Zaproszenia.

3. Pytanie 3

Pytanie 3. - Dot. Załącznika nr 2.1 - Monitory opisowe do radiologii ogólnej - WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA



Wymienione monitory zgodnie z informacją Zamawiającego mają służyć do opisu radiologii klasycznej. Pragniemy zaznaczyć, że Zał. 1 do rozporządzeniu MZ z dnia 05.05.2017r. DzU poz. 884 w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego z późniejszymi zmianami oraz innymi aktami prawnymi i regulacjami związanymi z funkcjonowaniem sprzętu dedykowanego do pracy w diagnostyce obrazowej- literalnie mówi o tym, że do radiologii ogólnej wymagane są co najmniej 2 monitory monochromatyczne.

Wnosimy, zatem o zmianę zapisów na
„Dwa monitory diagnostyczne monochromatyczne zgodnych z aktualnymi wymaganiami w rozporządzeniu MZ z dnia 05.05.2017r. DzU poz. 884 w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego z późniejszymi zmianami oraz innymi aktami prawnymi i regulacjami związanymi z funkcjonowaniem sprzętu dedykowanego do pracy w diagnostyce obrazowej dokładne dla radiologii ogólnej.”

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie zmienia zapisów w treści Zaproszenia.

4. Pytanie 4

Pytanie 4. - Dot. Załącznika nr 2.2 - Monitory opisowe do tomografii komputerowej - WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W pkt 22 Zamawiający wymaga dostarczenia „monitorów zgodnych z aktualnymi wymaganiami w rozporządzeniu MZ z dnia 05.05.2017r. DzU poz. 884 w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego z późniejszymi zmianami oraz innymi aktami prawnymi i regulacjami związanymi z funkcjonowaniem sprzętu dedykowanego do pracy w diagnostyce obrazowej” jednocześnie w pozostałych punktach szczegółowo opisuje wymagania takich monitorów. Opisane szczegółowo wymagania jasno wskazują na konkretnego producenta i model - Barco MDRC-1219
<https://www.barco.com/en/product/mdrc-1219#specs>. Taki zapis ogranicza możliwość złożenia konkurencyjnej oferty i jest niezgodny z Ustawą o Zamówieniach Publicznych.

Wnosimy zatem o dopuszczenie monitora zgodnego z RMZ o poniższych parametrach:

L.p.	Opis parametrów technicznych	Wymagane	Oferowane parametry
1	2	3	4
	Technologia ekranu LCD TFT (VA)	Tak	
	Technologia podświetlenia LED	Tak	
	Optymalna rozdzielczość 1280 x 1024(1MP)	Tak	
	Proporcje ekranu 5:4	Tak	
	Przekątna 48,1 cm / 19"	Tak	
	Rozmiar wyświetlanego obrazu (W x S) 376,3 x 301 mm	Tak	
	Rozmiar piksela 0,294 mm x 0,294 mm	Tak	
	Kąt widzenia (poziom/pion) 178°	Tak	
	Jasność minimum 330 cd / m ²	Tak	
	Jasność skalibrowana do DICOM min 200 cd / m ²	Tak	
	Współczynnik kontrastu minimum 1000:1	Tak	



	Czas reakcji maksymalnie 30 ms	Tak	
	10 – bitowe przetwarzanie informacji o kolorze i odcieniach szarości	Tak	
	Cyfrowe złącze przesyłania obrazów DVI, Display Port	Tak	
	Przeznaczenie do pracy ze stacjami diagnostycznymi AW GE	Tak	
	Fabryczna kalibracja DICOM Part 14 potwierdzona certyfikatem	Tak	
	Zasilanie AC 100 - 240V (50-60 Hz)	Tak	
	Pobór mocy nie większy niż 30 W	Tak	
	Wbudowany wygaszacz ekranu optymalizujący zużycie energii i eksploatację monitora	Tak	
	Okres gwarancji min. 36 miesięcy	Tak	 (proszę podać)
	Dostarczone monitory są zgodne z aktualnymi wymaganiami w rozporządzeniu MZ z dnia 05.05.2017r. DzU poz. 884 w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego z późniejszymi zmianami oraz innymi aktami prawnymi i regulacjami związanymi z funkcjonowaniem sprzętu dedykowanego do pracy w diagnostyce obrazowej	Tak	
	Wymagane certyfikaty: CE (Medical Device Directive)	Tak	
	Urządzenia muszą być wyposażone w kompletne okablowanie zasilające i sygnałowe	Tak	
	Urządzenie musi posiadać załączoną dokumentację oraz nośniki ze sterownikami i oprogramowaniem	Tak	

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Załączniku nr 2.2 pkt. 1 monitory w technologii VA, pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

5. Pytanie 5

Pytanie 5. - Dot. Załącznika nr 2.2 - Monitory opisowe do tomografii komputerowej - WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA,
Dot. Pkt. 26 - Wykonawca zapewnia dostawę i instalację monitorów przy stacji AW wraz z testami specjalistycznymi.

Prosimy Zamawiającego o podanie wersji oprogramowania stacji AW. Informacja ta jest niezbędna do sprawdzenia czy oferowane monitory będą poprawnie współpracowały z oprogramowaniem posiadanym przez Zamawiającego.

ODPOWIEDZ

Wersja oprogramowania stacji AW 4.4