

„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”



UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE  
IM. PROF. K. GIBIŃSKIEGO  
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego  
w Katowicach

Kierownik Działu  
Zamówień  
Publicznych

Karina Madej  
ul. Ceglana 35  
40-514 Katowice

SEKRETARIAT  
tel.: (32) 358 14 60  
tel.: (32) 358 12 00  
fax: (32) 251 84 37  
sekretariat@uck.katowice.pl

DZP.381.51A.2023

Katowice 13.07.2023 r.

**SZANOWNI WYKONAWCY**

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Dostawa specjalistycznych drukarek do znakowania**

**1. Pytanie:**

Pakiet 1 Drukarka szkiełek mikroskopowych

Pytanie nr 1 – poz. 12

„Zintegrowany podajnik(ki) automatyczny o pojemności (łącznej) co najmniej 50 szkieł”

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zaproponowania drukarki do szkiełek mikroskopowych ze zintegrowanym podajnikiem(kami) automatycznymi na szkiełka o pojemności (łącznej) co najmniej 50 szkieł wbudowanym(nymi) wewnątrz drukarki (zamkniętym w obudowie drukarki) dla zabezpieczenia szkiełek mikroskopowych przed niepożądanymi czynnikami takimi jak wilgoć i kurz?

**Odpowiedź:**

Pod pojęciem zintegrowanego/ych podajnika(ów) zamawiający rozumie podajnik/zasobnik znajdujący się/umieszczany wewnątrz urządzenia (zamykany w obudowie drukarki), przy czym nie może on wymagać zastosowania niestandardowego sposobu konfekcjonowania szkieł.

**W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje w w/w pakiecie załącznik 7 OPZ oraz załącznik 9 Wykaz – w załączeniu.**

**2. Pytanie:**

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest, aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron. W związku z powyższym zwracamy się o wprowadzenie dodatkowego zapisu w umowie uwzględniającego wcześniejsze wezwanie Wykonawcy do należytego wykonania umowy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów.

**3. Pytanie:**

Prosimy o modyfikację zapisów § 5 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”



UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE  
IM. PROF. K. GIBIŃSKIEGO  
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego  
w Katowicach

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów.

**4. Pytanie:**

Dotyczy wzoru umowy:

W związku z tym iż zgodnie art. 431 ustawy PZP zarówno wykonawca jak i Zamawiający obowiązani są współdziałać przy wykonywaniu umowy w celu należytej realizacji zamówienia Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów projektu umowy w § 5, mając na względzie zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą o poniższej treści:

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za: odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10 % niezrealizowanej wartości netto umowy.

Wskazany zapis jest istotny dla należytej realizacji zamówienia publicznego oraz współpracy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. W stosunkach cywilnoprawnych bardzo ważna jest równowaga pomiędzy obiema stronami umowy oraz wzajemne kształtowanie jej postanowień w granicach zasady swobody umów (art. 3531 KC), pozwalające na uznanie wykonawcy za partnera, szanujące jego podstawowe prawa i pozwalające na zrównoważone i partnerskie relacje między zamawiającym i wykonawcą.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów.

**5. Pytanie:**

Dotyczy wzoru umowy:

Zamawiający w projekcie umowy, pisze: Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

w wysokości 20% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 – w przypadku gdy dojdzie do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym lub odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca

Wykonawca zwraca uwagę, iż kary umowne w umowach o zamówienie publiczne powinny zmierzać do zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy. Natomiast wykorzystywanie przez Zamawiającego, będącego silniejszą stroną stosunku prawnego powstającego w wyniku udzielenia zamówienia publicznego, jego pozycji do zastrzegania na swoją rzecz kar umownych, które byłyby należne niezależnie od sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, a tym samym winno być uznane za wykraczające poza dopuszczalne zgodnie z art. 3531 k.c. granice swobody umów. Wysokość kar umownych winna pozostawać w korelacji ze szkodą, co zgodne jest z naturą odpowiedzialności odszkodowawczej (art. 3531 w zw. Z art. 361 § 1 i 2 w zw. Z art. 483 § 1 KC), a nie prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia się jednej strony umowy.

Czy wobec powyższego, Zamawiający dopuszcza możliwość rewizji swojego stanowiska w zakresie kar umownych i stosownego ograniczenia ich wysokości, zakresu stosowania itp., tak by wprowadzić zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą i pozbawienia kar umownych charakteru rażąco wygórowanych dokonując złagodzenia ich rangi do 10%?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów.

„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”



UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE  
IM. PROF. K. GIBIŃSKIEGO  
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego  
w Katowicach

6. **Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby łączna suma kar umownych nie przekroczyła poziomu 20% wartości netto umowy?

Wykonawca zwraca uwagę, iż w świetle orzecznictwa, a także wyjaśnień umieszczonych na stronach Urzędu Zamówień Publicznych, za karę rażąco wygórowaną, nieproporcjonalną i nie spełniającą swej kompensacyjnej funkcji należy uznać karę w sytuacji, w której równa się ona bądź jest zbliżona do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania. Wprowadzenie limitu zgodnie z powyższą propozycją pozwoli uniknąć takiej sytuacji.

Wykonawca nadmienia, iż klauzula przewidująca kary umowne o wygórowanym została uznana przez Urząd Zamówień Publicznych za klauzulę kontrowersyjną, naruszającą równowagę stron w sposób nadmierny, a „kara umowna nie może być instrumentem służącym wzbogaceniu wierzyciela, a zatem przyznającym mu korzyść majątkową w istotny sposób przekraczającą wysokość poniesionej przez wierzyciela szkody” (wyrok SN z dn. 24 stycznia 2014 r., sygn. I CSK 124/13).

Nadto zgodnie z przyjętym przez KIO stanowiskiem: „Nie można akceptować takich mechanizmów, które pozbawią wykonawcy przychodu z tytułu świadczonej usługi. Kara umowna powinna mieć wysokość, która będzie odczuwalna w stopniu dyscyplinującym stronę umowy, ale nie w stopniu prowadzącym do rażącego wzbogacenia jednej strony kosztem drugiej, a wręcz czyniącym niecelowym jej wykonywanie.” (wyrok z dn. 28.12.2018 r., sygn. akt 2574/18). W świetle powyższego zasadnym jest postulat Wykonawcy, aby już na etapie formułowania warunków umowy wprowadzić rozwiązania zabezpieczające przez zaistnieniem skrytykowanej przez KIO sytuacji.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów.

7. **Pytanie:**

Wnosimy o wprowadzenie wymogu złożenia wraz z ofertą przedmiotowego środka dowodowego w postaci kart katalogowych na potwierdzenie zgodności oferowanego sprzętu z wymogami SWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

8. **Pytanie:**

Pytania techniczne:

Urządzenie do znakowania standardowych kasetek histologicznych

**Pozycja 3**

Prosimy zamawiającego o potwierdzenie że ze względu na fakt iż w Polsce rutynowo stosuje się kasetki o nachyleniu powierzchni opisowej 450, zamawiający uzna za spełniony wymów zaoferowanie drukarki pracującej z tego typu kasetkami.

**Pozycja 16, 18**

Prosimy o dopuszczenie parametru równoważnego w postaci możliwości zarządzania kolorem kasetki z poziomu systemu obsługującego drukarkę.

**Pozycja 20**

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie rozwiązania równoważnego w postaci wysuwanego, jednorzędowego odbiornika na kasetki

„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”



UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE  
IM. PROF. K. GIBIŃSKIEGO  
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego  
w Katowicach

**Odpowiedź:**

**Pozycja 3**

Kasetki o nachyleniu pola opisowego pod kątem 45° spełniają wymagania Zamawiającego przy spełnieniu pozostałych kryteriów zamieszczonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

**Pozycja 16, 18**

Zamawiający nie wyraża zgodny.

Uzasadnienie: Zamawiane urządzenia w zamyśle stanowić będą element zintegrowanego systemu typu LIS, który w całości przejmie sterowanie funkcjami drukarki. Konieczność sterowania niektórymi funkcjami bezpośrednio z poziomu indywidualnego systemu obsługującego drukarki stanowi zaprzeczenie idei i integralności systemu zintegrowanego.

**Pozycja 20**

Zamawiający nie wyraża zgody.

Uzasadnienie: Rozwiązanie w postaci jednorzędowego odbiornika na kasetki przy spełnieniu wymogu choćby jego minimalnej pojemności opisanej w OPZ (25 kasetek) stanowiłoby rozwiązanie niepraktyczne i trudne do umieszczeniu na stole laboratoryjnym przy występujących u Zamawiającego ograniczonych warunkach lokalowych.

**Jednocześnie Zamawiający modyfikuje punkt III.6 SWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:**

Przedmiot zamówienia jest dofinansowany w ramach projektu pn. „Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia w zakresie onkologii poprzez modernizację i zakup nowoczesnej aparatury medycznej w UCK im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 w ramach działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia, oś priorytetowa XI REACT-EU. **POIS.11.03.00-00-0103/22-00/260/2023/344**

**Jednocześnie Zamawiający informuje iż:**

**przesuwa termin składania ofert:**

**z 26.07.2023 r. godz. 10<sup>00</sup> na 27.07.2023 r. godz. 10<sup>00</sup>**  
**oraz**

**przesuwa termin otwarcia ofert**

**z 26.07.2023 r. godz. 10<sup>30</sup> na 27.07.2023 r. godz. 10<sup>30</sup>**

Z upoważnienia Dyrektora  
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego  
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach  
*[Podpis]*  
mgr Karina Matusz  
Kierownik Działu Zamówień Publicznych