



ODZP/381 / 110B/2019

Katowice 23.10.2019

Do wszystkich Wykonawców

Odpowiedzi na pytania II

Dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji

Kierownik Działu
Zamówień
Publicznych

mgr Karina Madej

ul. Ceglana 35
40-514 Katowice

SEKRETARIAT

tel.: (32) 358 14 60

tel.: (32) 358 12 00

fax : (32) 251 84 37

sekretariat@uck.katowice.pl

1 PYTANIE

Czy Zamawiający w części nr 6 Etykiety do systemu informatycznego sterylizacji w pozycji nr 1 wymagać będzie: etykiety do systemu komputerowego T-Doc zarządzającego obiegiem materiałów wyprodukowanych w Centralnej Sterylizacji. Etykieta i klej odporne na podciśnienie min. -970 mBar-, odporne na temperaturę min. 134°C, nadciśnienie min. 2,7 Bar, etykieta i klej akrylowy odporne na gorącą skondensowaną parę wodną, wilgoć, etykiety na podkładzie niepyłącym, silikonowanym nie zostawiającym pyłu podczas rozwijania w drukarce etykiet, po nadruku, wydruk odporny na ścieranie i rozmywanie w wymienionych wcześniej warunkach, papier typu półbłystk biały „Triple Coated” o grubości 70 mikronów, typu sandwich: dwuwarstwowa, warstwa spodnia z klejem, który umożliwia naklejenie etykiety na rękaw papierowo-foliowy, włókninę, papier krepowy lub inne materiały opakowaniowe stosowane w Centralnej Sterylizacji. Nawój po 2000 szt. **Getinge Polska Sp. z o.o.** ul. Osmańska 14 02-823 Warszawa Polska Telefon: +48 22 882 06 26 www.getinge.com/pl Page 2 of 2 etykiet/rolce. Warstwa wierzchnia trójdzielna, (wymiary pojedynczej etykiety: całkowita szer. 104mm, szer części roboczej 101mm, całk wys. 60 mm, wys. części roboczej 56 mm, wys. górnej części - 35 mm, wys. dolnej części podzielonej w połowie etykiety -21 mm, rolka nawinięta etykietami na zewnątrz.

ODPOWIEDZ

Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z SIWZ, dodatkowych parametrów nie określa, sugerowane w pytaniu dopuszcza ale nie wymaga.

2 PYTANIE

Czy Zamawiający w tejże części pozycja nr 2 wymagać będzie: Kalka woskowa-żywiczna zapewniająca bardzo dobrą jakość druku, o wymiarach dł. 450 m, szer. 110mm - odporna na ścieranie, rozmywanie, wilgoć, na gorącą parę wodną, na temperaturę min 134°C, nadciśnienie min. 2,7 Bar, podciśnienie min. -970 mBar, odporna na wiele różnych chemikaliów i rozpuszczalników, do systemu monitorowania i rejestracji procesów oraz dokumentacji obiegu materiałów w Centralnej Sterylizacji.

ODPOWIEDZ

Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z SIWZ, dodatkowych parametrów nie określa, sugerowane w pytaniu dopuszcza ale nie wymaga.

W wyniku udzielonych odpowiedzi na pytania Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert w następujący sposób:

Termin składania ofert upływa dnia 29.10.2019r godz. 10:00

Termin otwarcia ofert nastąpi w dniu 29.10.2019r godz. 10:30

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, im. prof. K. Gibińskiego,
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
K. Madej
mgr Karina Madej
Kierownik Działu Zamówień Publicznych