



DZP.381.80A.2022

Katowice 21.10.2022r

Do wszystkich Wykonawców

Odpowiedzi na pytania oraz zmiana terminu składania ofert

*Dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę systemu do nieinwazyjnego mapowania klinicznego mózgu*

Kierownik Działu
Zamówień
Publicznych

mgr Karina Madej

ul. Ceglana 35
40-514 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 358 14 60
tel.: (32) 358 12 00
fax: (32) 251 84 37
sekretariat@ucc.katowice.pl

1 PYTANIE

do SWZ pkt. V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę przedłużeniu terminu wykonania dostawy przedmiotu zamówienia do 31.12.2022 roku?

Uzasadnienie:

W obecnej sytuacji związanej z wojną na Ukrainie oraz pandemią COVID- 19 na świecie znaczącemu wydłużeniu uległy procesy logistyczne sprzętu i podzespołów elektronicznych. Oferowany sprzęt pochodzi z Unii Europejskiej co w obecnych warunkach stanowi dodatkowe obciążenie i niestabilność w zakresie produkcyjnym. Prosimy o wydłużenie terminu dostawy, aby uniknąć ryzyka braku możliwości dostarczenia zamówienia w terminie. Wnosimy o odstąpienie od kar za opóźnienia w dostawach sprzętu, tym bardziej, że są to opóźnienia, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności i które mogą wystąpić z tzw. przyczyn wyższych i niezależnych od wykonawcy.

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie zmienia terminu dostawy.

2 PYTANIE

do SWZ Załącznik nr 6 Wzór umowy § 5 pkt. 1 a,b,c:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych w § 5 pkt. 1 a,b,c do 0,1% kwoty brutto zamówienia?

Uzasadnienie:

Przewidziane przez Zamawiającego kwoty są bardzo wysokie uwzględniając prognozowaną wartość zamówienia tego unikalnego w skali Polski systemu. Z naszej strony, jako potencjalny oferent deklarujemy zachowanie najwyższych standardów przestrzegania terminów związanych z wymaganymi SWZ.

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kar umownych.

3 PYTANIE

do SWZ Załącznik nr 4 PARAMETRY TECHNICZNO - UŻYTKOWE OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt.18:

Czy Zamawiający dopuszcza zakres pracy układu optycznego (odległość kamera-sfery odbłaskowe) nie gorszy niż 60-130cm?

Uzasadnienie:

Podczas badania tego rodzaju głowa pacjenta znajduje się w statycznej pozycji a tracker (opisane wymaganiami SWZ) ma widoczność 360 stopni i proponowany „nie gorszy” zakres pracy układu optycznego jest wystarczający.

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu. Zmianie ulega zapis w Załączniku nr 4 (parametry techniczno – użytkowe) pkt.18 .

W załączeniu ZMIENIONY Załącznik nr 4

4 PYTANIE

do SWZ Załącznik nr 4 PARAMETRY TECHNICZNO - UŻYTKOWE OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt.41:

Czy Zamawiający dopuści oferowanie systemu wykorzystującego światowy standard DICOM bez potrzeby używania danych HL7?

Uzasadnienie:

W urządzeniach tego typu, używanych do pozyskiwania dodatkowych danych przedoperacyjnych w celu zwiększenia dokładności i bezpieczeństwa operacyjnego pacjenta, stosowane są dane obrazowe, rutynowo importowane i eksportowane wyłącznie w formacie DICOM.



ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu. Zmianie ulega zapis w Załączniku nr 4 (parametry techniczno – użytkowe) pkt.41.
W załączeniu ZMIENIONY Załącznik nr 4

5 PYTANIE

do SWZ Załącznik nr 4 PARAMETRY TECHNICZNO - UŻYTKOWE
OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt.47:

Czy Zamawiający dopuszcza sukcesywną dostawę akcesoriów w okresie deklarowanej 48 miesięcznej gwarancji do wykorzystania wymaganej liczby 80 kompletów na żądanie Zamawiającego?

Uzasadnienie:

Akcesoria jednorazowe posiadają określony okres przydatności klinicznej a z racji na ograniczone możliwości zastosowania w początkowym okresie (faza uczenia nowej technologii medycznej) proponujemy sukcesywne zamawianie od producenta i dostawy na żądanie Zamawiającego aby uniknąć ewentualnych strat materiałowych.

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie wyraża zgody na rozwiązanie opisane w pytaniu.

W załączeniu Zmieniony załącznik nr 4 (parametry techniczno - użytkowe)

W związku z art.137 ust.6) Zmianie ulegają następujące terminy:

Termin składania ofert upływa dnia 02.11.2022r. o godz. 10:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.11.2022r. o godz. 10:30

Sposób składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie

Jednocześnie Zamawiający informuje ,iż dokonał zmian w ogłoszeniu o zamówieniu w zakresie obejmującym powyższe informacje. Opublikowanie Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Karolina Kucharska
mgr Karolina Kucharska
Kierownik Działu Zamówień Publicznych