



DZP.381.26.EAT.2021

Katowice 17.06.2021 r.

Kierownik Działu
Zamówień
Publicznych

Karina Madej
ul. Ceglana 35
40-514 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 358 14 60
tel.: (32) 358 12 00
fax: (32) 251 84 37
sekretariat@ucc.katowice.pl

SZANOWNI WYKONAWCY

Dotyczy zaproszenia do składania ofert na **Obsługę serwisową aparatury anestezjologicznej - Ceglana – DZP.381.26.EAT.2021**

Informujemy, że w trakcie w/w postępowania do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

Pytanie nr 1: Dotyczy pakietu nr 3:

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem jaki jest rok produkcji respiratora?

Odpowiedź:

Rok prod. 2012

Pytanie nr 2: Dotyczy pakietu nr 3:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o podanie terminów wykonania przeglądów.

Odpowiedź:

Termin wykonania przeglądu 25.02.2022

Pytanie nr 3: Dotyczy pakietu nr 3:

Zgodnie z zaleceniami Producenta przeglądy respiratorów marki Weinmann wykonuje się co 2 lata. Umowa ma zostać zawarta na 24 miesiące. Czy zgodnie z Tabelą I utrzymują Państwo konieczność wykonania 2 przeglądów w przeciągu 24 miesięcy?

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia na 1 przegląd w przeciągu 24 miesięcy w związku z czym zmienia załącznik nr 2 do zaproszenia (formularz asortymentowo cenowy) zgodnie z dołączoną do niniejszych odpowiedzi modyfikacją załącznika w zakresie w/w pakietu.

Pytanie nr 4: Dotyczy pakietu nr 3:

W nawiązaniu do §2 punktu 11 zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, czy wydłuży termin wykonania naprawy do 5 dni roboczych?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę i niniejszym wydłuża termin wykonania naprawy do 5 dni roboczych w zakresie wszystkich pakietów.

W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje zapis § 2 ust. 11 wzoru umowy (załącznik nr 3 do zaproszenia), który przyjmuje następujące brzmienie:

*„11. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania naprawy bez użycia części zamiennych w terminie nie dłuższym niż **5 dni roboczych** od daty zgłoszenia awarii przez Zamawiającego (telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej).”*

Pytanie nr 5: Dotyczy pakietu nr 3:

W nawiązaniu do §2 punktu 12 zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, czy wydłuży termin wykonania naprawy do 21 dni roboczych w przypadku konieczności zakupienia części u Producenta?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu.

**Zamawiający niniejszym przesuwą termin składania ofert:
z 21.06.2021 r. godz. 12⁰⁰ na 22.06.2021 r. godz. 12⁰⁰**