



DZP/381/104B/2017

Katowice / 16.10.2017

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia dla Oddziału Neonatologii

Zastępca Dyrektora
ds. Administracyjnych

mgr Joanna
Chmiel – Starzyńska

ul. Ceglana 35
40-514 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 358 14 60
tel.: (32) 358 12 00
fax : (32) 251 84 37
sekretariat@ucc.katowice.pl

- 1. Pytanie** – Dotyczy części nr 5, załącznik nr 1.5 „Wymagane parametry techniczno – użytkowe, pompa infuzyjna 4 szt.” – pkt 3 i 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej jakości pomp infuzyjnych ze zintegrowanym akumulatorem wewnętrznym o trwałości 6h przy przepływie 5ml/h, przy jednoczesnym szybkim trybie ładowania 2.5h do 90% ?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie pomp infuzyjnych o parametrach opisanych w pytaniu.
- 2. Pytanie** – Dotyczy części nr 5, załącznik nr 1.5 „Wymagane parametry techniczno – użytkowe, pompa infuzyjna 4 szt.” – pkt 8 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej jakości pomp infuzyjnych, w których stopień ochrony przed zalaniem będzie wynosił 32 z obudową gniazda wtykowego IP33 ?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie pomp infuzyjnych o stopniu ochrony wyszczególnionym w pytaniu.
- 3. Pytanie** – Dotyczy części nr 5, załącznik nr 1.5 „Wymagane parametry techniczno – użytkowe, pompa infuzyjna 4 szt.” – pkt 26 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej jakości pomp infuzyjnych z wprowadzaniem wartości infuzji za pomocą wygodnej klawiatury symbolicznej?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie pomp infuzyjnych z wprowadzaniem wartości infuzji za pomocą klawiatury symbolicznej.
- 4. Pytanie** - projekt umowy – załącznik nr 3: W §2 ust.1 projektu umowy Zamawiający wymaga terminu dostawy , instalacji i uruchomienia aparatu 6 tygodni podczas, gdy w pkt. IV SIWZ jest mowa o terminie wykonania zamówienia 28 dni od daty zawarcia umowy. Prosimy uprzejmie o uzgodnienie tych wymogów i modyfikację SIWZ zgodnie z zapisem projektu umowy dodając np. graniczny termin jej wykonania.
Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis w §2 ust.1 wzoru umowy załącznik nr 3 SIWZ w następujący sposób: „ Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć ,zainstalować i uruchomić Aparat oraz przeszkolić wskazanych pracowników Zamawiającego w terminie **do 28 dni od dnia zawarcia umowy**, co zostanie potwierdzone dokumentem z odbioru Aparatu podpisanym i opieczętowanym przez obie Strony.”
- 5. Pytanie** - projekt umowy – załącznik nr 3: W §2 pkt. 6 jest mowa o koordynatorze Zamawiającego, natomiast w tekście projektu umowy nie jest w żaden sposób zdefiniowana i określona ta funkcja oraz wskazana osoba pełniąca rolę koordynatora Zamawiającego. Prosimy uprzejmie o wskazanie w projekcie umowy takiej osoby.
Odpowiedź: Zamawiający w § 8 dodaje ustęp 7 w następującym brzmieniu „W sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy (w tym podpisanie dokumentu z odbioru Aparatów) Wykonawca powołuje koordynatora w osobie:..... a Zamawiający koordynatora w osobie: Pracownik Działu Aparatury Medycznej.”
- 6. Pytanie** - załącznik nr 1.4- wymagane parametry techniczno-użytkowe, Infant Flow – 1 szt.: W wymaganych parametrach nie został opisany stojak do zamocowania aparatu InfantFlow SiPAP. Standardowo aparat jest mocowany na stojaku wyposażonym w uchwyt do mocowania nawilzacza, pręt do zawieszenia butli/worków z wodą do nawilzacza oraz koszyk na akcesoria. Prosimy uprzejmie o informację czy oferta ma obejmować taki stojak.
Odpowiedź: W wymaganiach zamawiającego jest opisany standardowy aparat czyli taki , który jest mocowany na stojaku. Oferta ma obejmować stojak do zamocowania aparatu i wyposażenia.



7. **Pytanie** - dotyczy Infant FLOW pkt. 4. Czy Zamawiający w miejsce opisanych wymogów dopuści aparat wyposażony w następujące tryby : nCPAP, wentylacja metodą nCPAP na dwóch poziomach ciśnienia?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie aparatu z parametrem opisanym w pytaniu.
8. **Pytanie** - dotyczy Infant FLOW pkt. 5 Czy Zamawiający dopuści w miejsce opisanego wymogu wbudowany elektroniczny mieszalnik gazów z elektroniczną regulacją przepływu?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie aparatu z parametrem opisanym w pytaniu.
9. **Pytanie** - dotyczy Infant FLOW pkt. 9. Czy W miejsce opisanego wymogu, Zamawiający dopuści aparat z regulacją następujących parametrów:
- Stężenie tlenu 21-100%,
- Ciśnienie CPAP 2-13 cmH₂O,
- Częstość oddechów 2-60 odd/min,
- czas wdechu 0,15 – 15 sek,
- czas wydechu 0,2 – 30 sek.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie aparatu o opisanych w pytaniu parametrach.
10. **Pytanie** - dotyczy Infant FLOW pkt. 12 Czy Zamawiający dopuści aparat bez brzuszego czujnika (sondy Grasby)?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie aparatu bez parametru opisanego w pytaniu.
11. **Pytanie** - dotyczy Infant FLOW pkt. 13, 14, 15 Czy Zamawiający dopuści aparat posiadający możliwość pracy z opisanymi akcesoriami lecz bez konieczności ich oferowania lub potwierdzenia ich dostępności?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
12. **Pytanie** - dotyczy Infant FLOW - Czy Zamawiający wymaga aby aparat posiadał możliwość tlenoterapii wysokim przepływem typu: HFOT lub HFNC do 19 l/min?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza zaoferowanie aparatu który posiada możliwość tlenoterapii wysokim przepływem typu: HFOT lub HFNC do 19 l/min .
13. **Pytanie** - dotyczy Infant FLOW - Czy aparat ma posiadać funkcję kompensacji nieszczelności układu oddechowego min 40%?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza aparat o powyższej funkcji.
14. **Pytanie** - dotyczy Infant FLOW - Czy aparat ma posiadać dotykowy ekran kolorowy LCD do programowania funkcji i obrazowania monitorowanych parametrów oddechowych oraz alarmów?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza aparat posiadający opisany ekran LCD.
15. **Pytanie** - dotyczy Infant FLOW - Czy aparat ma oferować komunikację z użytkownikiem w języku POLSKIM?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza aparat o powyższej funkcji.
16. **Pytanie** - Kardiomonitor Dot. pkt. 1 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor o wadze 4,5 kg?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie kardiomonitora o wadze 4,5kg.
17. **Pytanie** - Kardiomonitor Dot. pkt. 6 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z zapisem zdarzeń alarmowych bez możliwości zapisu zdarzeń wpisanych przez użytkownika w postaci 100 zestawów odcinków krzywych i wartości parametrów?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kardiomonitora z zapisem zdarzeń alarmowych bez możliwości zapisu zdarzeń wpisanych przez użytkownika w postaci 100 zestawów odcinków krzywych i wartości parametrów.
18. **Pytanie** - Kardiomonitor Dot. pkt. 11, 17, 50, 58 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez funkcji opisanych w tych punktach?



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie kardiomonitora bez tych funkcji.

19. Pytanie - Kardiomonitor Dot. pkt. 13 Czy Zamawiający dopuści Kardiomonitor z funkcją szybkości przesuwu w zakresie 12.5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie kardiomonitora z funkcją szybkości przesuwu w zakresie 12.5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s

20. Pytanie - Kardiomonitor Dot. pkt. 14 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z detekcją symulatora bez funkcji graficznego zaznaczenia na krzywej RKG?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kardiomonitora z detekcją symulatora bez funkcji graficznego zaznaczenia na krzywej EKG.

21. Pytanie - Kardiomonitor Dot. pkt. 15 Czy Zamawiający dopuści Kardiomonitor bez wzmocnienia x0,125?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kardiomonitora bez wzmocnienia x0,125

22. Pytanie - Kardiomonitor Dot. pkt. 18 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z analizą 18 zaburzeń rytmu serca?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kardiomonitora z analizą 18 zaburzeń rytmu serca?

23. Pytanie - Kardiomonitor Dot. pkt. 51 Czy Zamawiający dopuści Kardiomonitor spełniający zapisy SIWZ bez kalkulatora „nerkowego”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie kardiomonitora bez funkcji obliczeń nerkowych.

24. Pytanie Stanowisko do resuscytacji Dotyczy pkt. 4 Czy Zamawiający dopuści panel sterujący wyposażony w wyświetlacze jednokolorowe LED komunikujący się za pomocą jasno zrozumiałych symboli oraz liczb bez funkcji komunikacji w języku polskim?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza panel sterujący wyposażony w wyświetlacze jednokolorowe LED komunikujący się za pomocą jasno zrozumiałych symboli oraz liczb bez funkcji komunikacji w języku polskim

25. Pytanie Stanowisko do resuscytacji Dotyczy pkt. 6 Czy Zamawiający dopuści wysuwaną kasetę RTG w jedną stronę tj. od frontu inkubatora?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wysuwaną kasetę RTG w jedną stronę tj. od frontu inkubatora

26. Pytanie Stanowisko do resuscytacji Dotyczy pkt. 7, 8, 11, 18, 25 Czy Zamawiający dopuści inkubator bez funkcji opisanych w tych punktach?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie inkubatora bez funkcji opisanych w pkt. 7, 8, 11, 18, 25 .

27. Pytanie Stanowisko do resuscytacji Dotyczy pkt. 13 Czy Zamawiający dopuści inkubator z czasem wstępnego grzania wynoszącym max. 15 minut?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie inkubatora z czasem wstępnego grzania wynoszącym max. 15 minut.

28. Pytanie Stanowisko do resuscytacji Dotyczy pkt. 14 Czy Zamawiający dopuści inkubator wyposażony w oświetlenie zabiegowe bez opcji wyboru obszaru naświetlania pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie inkubatora wyposażonego w oświetlenie zabiegowe bez opcji wyboru obszaru naświetlania pacjenta

29. Pytanie Stanowisko do resuscytacji Dotyczy pkt. 20 Czy Zamawiający dopuści moduł do resuscytacji noworodka zamontowany z lewej lub prawej strony inkubatora – na szynie akcesoryjnej, których nastawy odbywają się bezpośrednio w urządzeniu a nie w inkubatorze?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wyżej opisany moduł do resuscytacji.

30. Pytanie Stanowisko do resuscytacji Dotyczy pkt. 21 Czy Zamawiający dopuści ssaki których nastawy odbywają się bezpośrednio w urządzeniu a nie w inkubatorze?



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wyżej opisane rozwiązanie.

- 31. Pytanie** Stanowisko do resuscytacji Dotyczy pkt. 22 Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr jako oddzielne urządzenie zamontowane na szynie akcesoryjnej stanowiska?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na opisane w pytaniu rozwiązanie.

- 32. Pytanie** Stanowisko do resuscytacji Dotyczy pkt. 23 Czy Zamawiający dopuści system szuflad o dopuszczalnym obciążeniu do 4 kg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie systemu szuflad o dopuszczalnym obciążeniu do 4 kg.

- 33. Pytanie** Stanowisko do resuscytacji Dotyczy pkt. 24 Czy Zamawiający dopuści wagę z zakresem pomiarowym do 7 kg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania wbudowanej wagi z zakresem pomiarowym do 7 kg.

- 34. Pytanie** - Załącznik nr 1.4 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE INFANT FLOW-1 SZT. dotyczy punktu nr 5 Parametrów T-U – Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie oferty na aparat typu Infant Flow z regulacją przepływu za pomocą elektronicznie sterowanych przepływomierzy, gwarantujących bardzo wysoką stabilność przepływu i ciśnienia oraz gwarantujących możliwość regulacji przepływu przy całkowitym zaniku zasilania elektrycznego z baterii wbudowanej, nawet do 180 min. Proponowane przez nas rozwiązanie jest nowocześniejsze i dodatkowo gwarantuje większą precyzję nastawianych parametrów dotyczących przepływów, ciśnienia oraz stężenia O₂. Opisane przez Zamawiającego rozwiązanie stosuje starszą technologię.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania aparatu Infant Flow zgodnie z opisem zawartym w załączniku 1.4 SIWZ.

- 35. Pytanie** - Załącznik nr 1.6 do SIWZ Pkt. 31 oraz Załącznik nr 3 do SIWZ par. 4 ust. 6 - Praktyka rynkowa dowodzi, że czasami dla wykonania naprawy konieczny jest import części zamiennych spoza UE i dokonania ich odprawy celnej, co zazwyczaj wydłuża czas importu od 2 do 4 dni roboczych. Przy założeniu, że wykonanie diagnostyki nastąpi w ciągu 1 dnia roboczego w takich przypadkach niemożliwe jest ukończenie naprawy w czasie 3 dni roboczych. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści (w okresie gwarancji): Czas naprawy bez konieczności wymiany części do 5 dni roboczych, czas naprawy do 7 dni roboczych w przypadku konieczności wymiany części?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów w załączniku 1.6 i 3 w zakresie objętym pytaniem.

- 36. Pytanie** - Załącznik nr 1.6 do SIWZ Pkt 32 Załącznik nr 3 do SIWZ par. 4 ust. 8 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację tego ustępu: „W okresie gwarancji 3 naprawy tego samego podzespołu/elementu urządzenia spowodują wymianę tego podzespołu/elementu urządzenia na nowy wolny od wad”? Urządzenie będące przedmiotem umowy są zbudowane z niezależnie działających części/modułów. Nieuzasadniona jest sytuacja, w której Zamawiający wymagałby wymiany całego sprzętu, a niesprawna jest tylko część urządzenia, którego całość poza tym działa bez zarzutu. Wymiana wadliwego modułu w takich przypadkach chroni słuszny interes Zamawiającego, a Wykonawcy umożliwi rzetelną kalkulację ceny i przedstawienie najkorzystniejszej oferty. Uprawnienie do wymiany całego urządzenia niepotrzebnie może podwyższyć koszt zamówienia. W związku z tym wnosimy o modyfikację punktu poprzez usunięcie możliwości wymiany całego sprzętu, wprowadzając w to miejsce jedynie możliwość wymiany części/modułów.

Odpowiedź: Zamawiający informuje iż w załączniku 1.6 pozycji 32 obowiązuje zmieniony zapis w § 4 ust. 8 wzoru umowy w następującym brzmieniu „ W przypadku ,gdy liczba napraw gwarancyjnych przekroczy 3 naprawy tego samego podzespołu (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika) Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnej wymiany podzespołu na nowy.

- 37. Pytanie** - Załącznik nr 3 do SIWZ par. 4 ust. 9 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację zapisów tego ustępu: „Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, wydłużający się naprawy, tj. czas naprawy przekraczający czas na naprawę określony w umowie.” ?Z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe zapewne będą dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji tego typu urządzeń. W naszej ocenie gwarancja na naprawione urządzenie nie powinna



rozpocząć swojego biegu od nowa, ponadto przedłużenie okresu gwarancji powinno nastąpić nie o czas napraw, które zapewne nastąpią, ale o czas przedłużającej się naprawy, ponad terminy określone w umowie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian do wzoru umowy w zakresie objętym pytaniem.

38. Pytanie - Dotyczy części nr 5 Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający będzie wymagał na stałe wbudowanego w pompę, niedemontowanego uchwytu do zamocowania pompy do rury pionowej, kolumny lub poziomej szyny medycznej, który po złożeniu nie będzie wystawał poza obrys pompy.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga - Możliwości mocowania pompy do rury pionowej, kolumny lub poziomej szyny przy pomocy uchwytu na stałe wbudowanego w pompę" i dopuszcza uchwyt, który po złożeniu nie będzie wystawał poza obrys pompy.

39. Pytanie - Dotyczy części 5 – Pompa infuzyjna – 4 szt - Dot. pkt 29 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy strzykawkowej z klasą ochronności przed wilgocią IP 22 zgodna z normą EN 6060529?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie pompy infuzyjnej ze stopniem ochrony IP22.

40. Pytanie - Dotyczy części 5 – Pompa infuzyjna – 4 szt Dot. pkt 38 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zakresu infuzji od 0,1 -999,9 ml programowana co 0,01 od 0,1 -9,99 ml /godz oraz 0,1 od 10-999,9 ml/godz ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zakres infuzji od 0,1 -999,9 ml programowana co 0,01 od 0,1 -9,99 ml /godz oraz 0,1 od 10-999,9 ml/godz

41. Pytanie - Dotyczy części 5 – Pompa infuzyjna – 4 szt Dot. pkt 40 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy strzykawkowej z możliwością programowania parametrów infuzji w jednostkach: ng, µg, mg, U, kU, mcal, cal, kcal, jednostki molowe na kg wagi ciała lub nie, na min, godz, dobę?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pompy strzykawkowej z możliwością programowania parametrów infuzji w jednostkach: ng, µg, mg, U, kU, mcal, cal, kcal, jednostki molowe na kg wagi ciała lub nie, na min, godz, dobę

42. Pytanie - Dotyczy części 5 – Pompa infuzyjna – 4 szt Dot. pkt 43 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy strzykawkowej z dokładnością mechanizmu pompy +/- 1%?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pompy strzykawkowej z dokładnością mechanizmu pompy +/- 1%?

43. Pytanie - Dotyczy części 5 – Pompa infuzyjna – 4 szt Dot. pkt 44 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy strzykawkowej z regulacją progów ciśnienia w zakresie od 50 do 900 mm Hg - 22 poziomy okluzji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pompy strzykawkowej z regulacją progów ciśnienia w zakresie od 50 do 900 mm Hg - 22 poziomy okluzji

44. Pytanie - Dotyczy części 5 – Pompa infuzyjna – 4 szt Dot. pkt 47 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy strzykawkowej klawiaturą symboliczną, która umożliwia szybkie i intuicyjne programowanie pompy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pompy strzykawkowej klawiaturą symboliczną, która umożliwia szybkie i intuicyjne programowanie pompy

45. Pytanie - Część nr 5 - pompa infuzyjna - 4 szt. - Prosimy Zamawiającego w poz. 8 o dopuszczenie pompy infuzyjnej strzykawkowej o stopniu ochrony IP22.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie pompy infuzyjnej ze stopniem ochrony IP22.

46. Pytanie - Część nr 5 - pompa infuzyjna - 4 szt. - Prosimy Zamawiającego w poz. 23 o dopuszczenie regulowanych progów ciśnienia w zakresie 75 - 900 mm Hg, 12 poziomów okluzji.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie regulowanych progów ciśnienia w zakresie 75 - 900 mm Hg, 12 poziomów okluzji.



47. Pytanie - Część nr 5 - pompa infuzyjna - 4 szt.- -Czy Zamawiający w poz. 31 na pewno miał na myśli instrukcję obsługi dostępną w menu pompy? Tego parametru nie spełnia żadna dostępna na rynku pompa infuzyjna.

Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli instrukcję w postaci prostych komunikatów w j. polskim bądź symboli graficznych dostępną z poziomu menu. Na rynku są producenci, których sprzęt dysponuje taką funkcją.

48. Pytanie - Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust. 1:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- a. za opóźnienie w zrealizowaniu któregośkolwiek z obowiązków, względem terminu określonego w § 2 ust. 1 umowy – w wysokości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionego w zrealizowaniu obowiązku;
- b. za opóźnienie w wykonaniu naprawy(...), jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej w wykonaniu naprawy;
- c. za opóźnienie w wykonaniu przeglądu technicznego (...) za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej w wykonaniu przeglądu;
- d. w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia netto niezrealizowanej części umowy – w przypadku gdy dojdzie do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym lub odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca.

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian do wzoru umowy w zakresie objętym pytaniem

49. Pytanie - Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania umowy zmianę ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT? (dot. § 7 ust. 1).

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian do wzoru umowy w zakresie objętym pytaniem

50. Pytanie - Pakiet 5 „Pompa infuzyjna 4 szt.” „44. Regulowane progi ciśnienia w zakresie od 50 do 1000 mm Hg , min. 9 poziomów Okluzji” Czy zamawiający dopuści pompę z zakresem ciśnienia pokluzji w przedziale 75 do 900 mmHg na 9 poziomach

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pompy o parametrach opisanych w pytaniu.

51. Pytanie - Pakiet 5 „Pompa infuzyjna 4 szt.” „47. Klawiatura numeryczna do wprowadzania wartości parametrów infuzji” Czy zamawiający dopuści pompę z klawiaturą symboliczną zapewniającą intuicyjną obsługę pompy, minimalizującą ryzyko pomyłki

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pompy o parametrach opisanych w pytaniu.

52. Pytanie - Pakiet 5 „Pompa infuzyjna 4 szt. 50. Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń:• - Alarm pustej strzykawki• - Alarm okluzji• - Alarm rozłączenia linii - spadku ciśnienia

- - Alarm rozładowanego akumulatora• - Alarm braku lub źle założonej strzykawki
- - Alarm otwartego uchwytu komory strzykawki• -Alarm informujący o uszkodzeniu urządzenia• -Alarm wstępny zbliżającego się rozładowania akumulatora
- -Alarm 5 min. do opróżnienia strzykawki• -Alarm 5 min. przed końcem infuzji.”

Czy zamawiający dopuści pompę w której z uwagi na konstrukcję nie występuje alarm rozłączenia linii - spadku ciśnienia, oraz z alarmami do opróżnienia strzykawki i przed końcem infuzji ustawionymi na 3 min?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pompy o parametrach opisanych w pytaniu.

53. Pytanie - Pakiet 5 „Pompa infuzyjna 4 szt.” „ 53. Stojak do każdej pompy (4 szt.)

- - regulacja wysokości w zakresie od. 1100-2200 mm
- •uchwyt do przewożenia stojaka
- - haki do podwieszenia leków min. 4 szt
- • konstrukcja odporna na działanie środków dezynfekcyjnych
- - kółka gumowe lub powlekane gumą
- - wyposażony w przedłużacz sieciowy”

Czy zamawiający dopuści stojak z zakresem regulacji 1260 do 2200 mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza stojak z zakresem regulacji 1260 do 2200 mm

Czy zamawiający dopuści stojak z kółkami wykonanymi z odpowiedniej jakości tworzywa ?



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza stojak z kótkami wykonanymi z odpowiedniej jakości tworzywa

54. **Pytanie** - Pakiet nr 5 Czy Zamawiający dopuści pompę infuzyjną z czasem ładowania akumulatora do 100% po pełnym rozładowaniu - 6 h? (Lp. 4)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pompy infuzyjnej z czasem ładowania akumulatora do 100% po pełnym rozładowaniu - 6 h.

55. **Pytanie** - Pakiet nr 5 - Prosimy o doprecyzowanie czy określenie: widoczna informacja o pozostałym czasie pracy akumulatora, może być realizowane w postaci piktogramu (Lp.5)

Odpowiedź: TAK

56. **Pytanie** - Pakiet nr 5 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy ze stopniem ochrony IP23 .(Lp.8)

Odpowiedź: Zamawiający wymaga stopnia ochrony zgodnie z SIWZ.

57. **Pytanie** - Pakiet nr 5 - Czy Zamawiający dopuści pompę strzykawkową z odłączalnym obrotowym uchwytem do mocowania pompy do rur pionowych, kolumny lub poziomej szyny? (Lp. 9)

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie pompy strzykawkowej z odłączalnym obrotowym uchwytem do mocowania pompy do rur pionowych, kolumny lub poziomej szyny.

58. **Pytanie** - Pakiet nr 5 - Czy Zamawiający dopuści pompę strzykawkową z dotaczanym uchwytem do przenoszenia mocowanym do pompy bez konieczności użycia narzędzi ? (Lp. 10)

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie pompy strzykawkowej z dotaczanym uchwytem do przenoszenia mocowanym do pompy bez konieczności użycia narzędzi.

59. **Pytanie** - Pakiet nr 5 - Prosimy o dopuszczenie pompy z zakresem szybkości 0,1 do 1500 ml/h przyrost szybkości co 0,01 może się odbywać w zakresie 0,1 do 99,99 ml/h . (Lp. 17)

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie pompy z parametrami opisanymi w pytaniu.

60. **Pytanie** - Pakiet nr 5 - Czy Zamawiający dopuści pompę strzykawkową z możliwością programowania infuzji w jednostkach masy: ml, g, mg, mcg, ng, IU, – na kg masy ciała pacjenta lub nie, na czas (na godzinę oraz minutę)? (Lp. 19)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pompę strzykawkową z możliwością programowania infuzji w jednostkach masy: ml, g, mg, mcg, ng, IU, – na kg masy ciała pacjenta lub nie, na czas (na godzinę oraz minutę).

61. **Pytanie** - Pakiet nr 5 - Czy Zamawiający dopuści pompę strzykawkową z regulowanymi progami ciśnienia w zakresie od 150 do 975 mm Hg , 11 poziomów okluzji? (Lp. 23)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pompę strzykawkową z regulowanymi progami ciśnienia w zakresie od 150 do 975 mm Hg , 11 poziomów okluzji

62. **Pytanie** - Pakiet nr 5 - Czy Zamawiający dopuści pompę strzykawkową z klawiaturą symboliczną do wprowadzania wartości parametrów infuzji? (Lp. 26)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pompę strzykawkową z klawiaturą symboliczną do wprowadzania wartości parametrów infuzji

63. **Pytanie** - Pakiet nr 5 - Czy Zamawiający dopuści pompę strzykawkową z wbudowaną biblioteką leków standardowo 40 leków, z programowaniem procedur podaży leku (koncentracja leku, szybkość dawkowania; dawka i czas z możliwością rozszerzenia do 2000 leków)? (Lp.27)

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie pompy o parametrach opisanych w pytaniu.

64. **Pytanie** - Pakiet nr 5 - Czy Zamawiający dopuści pompę strzykawkową z akustyczno-optycznym systemem alarmów i ostrzeżeń:

- status wysoki - (Okluzja, Rozładowany akumulator, Koniec infuzji , Pusta strzykawka, Poruszona strzykawka, Koniec KVO, Awaria/uszkodzenie pompy);
- status średni - (Koniec czasu pauzy, nieprawidłowa praca);

- status niski - (Bliski koniec strzykawki, Brak aktywności, Brak baterii , Słaba bateria , Brak sieci)? (Lp. 29)

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie pompy o parametrach opisanych w pytaniu.

65. **Pytanie** - Pakiet nr 5 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stojaka infuzyjnego z regulacją wysokości w zakresie 130-225 cm i kołami plastikowymi bez powleczenia gumą.(Lp.32)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stojaka infuzyjnego z regulacją wysokości w zakresie 130-225 cm i kołami plastikowymi bez powleczenia gumą.

66. **Pytanie** - Dotyczy zapisów wzoru umowy: *„Zwracamy się o usunięcie części §4 pkt. 3 Projektu umowy „(...) także w przypadku gdy konieczność naprawy lub wymiany jest wynikiem eksploatacyjnego zużycia Aparatu lub jego części (podzespołów) i zastąpienie go zapisem: „W okresie gwarancji Wykonawca w ramach ceny umownej wymienia wszystkie materiały eksploatacyjne w przypadkach, kiedy ich wymiana wynika z zaleceń producenta zgodnie*

z instrukcją obsługi. Gwarancja nie obejmuje odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu wad fizycznych towaru będących następstwem użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi lub/i zaleceniami producenta. Pod pojęciem materiałów eksploatacyjnych strony nie rozumieją materiałów, części zużywalnych lub akcesoriów jedno lub wielorazowych, które wymieniane są każdorazowo w związku z realizacją procedur medycznych dotyczących każdego pacjenta, a jedynie materiały i części zamienne, które wymieniane są zgodnie z zaleceniami producenta podczas okresowych przeglądów lub napraw gwarancyjnych w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urządzenia. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia w okresie obowiązywania gwarancji dostępności materiałów, części zużywalnych lub akcesoriów, które Zamawiający będzie nabywał sukcesywnie na własny koszt.” W chwili obecnej przy pozostawieniu zapisu w wersji proponowanej przez Zamawiającego, nie jest możliwe skalkulowanie ceny oferty, bowiem nie jest możliwe przewidzenie, jaką ilość materiałów eksploatacyjnych zamawiający zamówi – jest ona nieograniczona.

Wykreślenie zapisu w pierwotnej wersji, jest również wskazane, biorąc pod uwagę treść art. 29 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wedle którego: „Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń”. Zapisów przywołanych powyżej w żadnym wypadku nie można uznać, ani za jednoznaczne, ani tym bardziej za dostatecznie dokładne i wyczerpujące. Pomimo dodania zdania, że bezpłatna dostawa materiałów eksploatacyjnych „nie dotyczy to części jednorazowych (zużywalnych) przeznaczonych dla jednego pacjenta”, zapis w dalszym ciągu pozostawia bardzo liczną grupę materiałów zużywalnych (np. wielorazowych), które na każde życzenie Zamawiającego będą musiały być w nieograniczonej ilości dostarczane w ramach zaoferowanej ceny.

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian do wzoru umowy w zakresie objętym pytaniem.

67. **Pytanie** - Dotyczy zapisów wzoru umowy: *„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy do 7 dni jeżeli naprawa nie będzie wymagać sprowadzania części zamiennych z zagranicy i 14 dni jeżeli zaistnieje taka konieczność. Należy zwrócić uwagę, iż na czynności serwisowe składają się: dojazd serwisu, diagnoza usterki, naprawa lub wymiana części. W przypadku każdej z usterek, termin wymagany przez zamawiającego jest niemożliwy do dotrzymania. Ponadto w przypadku braku części w magazynie, lub też elementów potrzebnych w celu dokonania naprawy urządzenia zachodzi konieczność sprowadzenia ich spoza granic Polski.*

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian do wzoru umowy w zakresie objętym pytaniem.

68. **Pytanie** - Dotyczy zapisów wzoru umowy: *„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę §6 ust. 2 i 4 na następujące: „Nie dostarczenie przedmiotu umowy w terminie, o który mowa w §3 ust. 1 upoważnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy lub jej jednostronnego rozwiązania z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i naliczenia kary umownej przewidzianej w §6 ust.2, jeżeli opóźnienie w dostawie przekroczy 30 dni”?*

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian do wzoru umowy w zakresie objętym pytaniem.

69. **Pytanie** - Dotyczy zapisów wzoru umowy: *„Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisów §5 ust. 1 na: „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:*

- a) W wysokości 0,2% wartości brutto sprzętu, którego zwłoka dotyczy – za każdy dzień zwłoki w realizacji obowiązków określonych w §2 ust. 1 niniejszej umowy,*



d) W wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy za daną część zamówienia określonego w §3 ust. 1 niniejszej umowy – w przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca."

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian do wzoru umowy w zakresie objętym pytaniem.

70. **Pytanie** - Dotyczy zapisów wzoru umowy: Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów §4 ust. 9 wzoru umowy na: „Naprawy wyłączające sprzęt z użytkowania wykonane w okresie gwarancji przedłużają automatycznie okres gwarancji o okres od dnia stwierdzenia wady do jej usunięcia."

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian do wzoru umowy w zakresie objętym pytaniem.

71. **Pytanie** - Dotyczy zapisów wzoru umowy: Prosimy Zamawiającego o modyfikację §8 ust. 4 wzoru umowy w następujący sposób: „Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące."

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian do wzoru umowy w zakresie objętym pytaniem.

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
mgr Joanna Chmiel-Ślarzyńska
Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych