



DZP/381 / 5/EAT/2019

Katowice 14.02.2019

Do wszystkich Wykonawców

Odpowiedzi na pytania

Dotyczy zaproszenia do składania ofert na obsługę serwisową respiratorów EVITA V300

Kierownik Działu
Zamówień
Publicznych

mgr Karina Madej

ul. Ceglana 35
40-514 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 358 14 60
tel.: (32) 358 12 00
fax : (32) 251 84 37

sekretariat@ucc.katowice.pl

PYTANIE - dotyczy SIWZ, Załącznik nr 3, par. 1 ust. 3

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie istotnych wyjaśnień czy analogicznie do zapisów par. 3 ust. 4, części zamienne wymieniane podczas przeglądów technicznych mają być nowe i oryginalne? Nadmieniamy, że zgodnie z dokumentacją techniczną producent nie przewiduje możliwości stosowania używanych części zamiennych.

ODPOWIEDŹ: Części zamienne (zużywalne) wymieniane podczas przeglądów technicznych mają być zgodne z zaleceniami producenta określonymi w dokumentacji technicznej urządzenia.

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Karina Madej
mgr Karina Madej
Kierownik Działu Zamówień Publicznych