



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE
IM. PROF. K. GIBIŃSKIEGO
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach

DZP/381/92A/2020

Katowice /27.11.2020

Kierownik Działu
Zamówień
Publicznych

mgr Karina Madej
ul. Ceglana 35
40-514 Katowice
SEKRETARIAT
tel.: (32) 358 14 60
tel.: (32) 358 12 00
fax: (32) 251 84 37
sekretariat@uck.katowice.pl

SZANOWNI WYKONAWCY

Odpowiedzi na pytania, modyfikacja, zmiana terminu składania i otwarcia

Dotyczy postępowania p.n.: „Dostawa tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń (I)” – DZP/381/92A/2020.

Informujemy, że w trakcie w/w przetargu do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

Pytanie 1:
Dotyczy pkt:

1.	Stanowiska pracy: konsola operatorska oraz a) pięć samodzielnych stanowisk diagnostycznych Lub b) Serwer aplikacyjny z pięcioma konsolami lekarskimi	Tak	TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ	Zaoferowanie pięciu samodzielnych stanowisk diagnostycznych – 15 pkt. Zaoferowanie serwera aplikacyjnego z pięcioma konsolami lekarskimi – 0 pkt.
----	---	-----	---	--

Zamawiając dość radykalnie promuje rozwiązanie 5 pojedynczych stacji lekarskich, promując starsze rozwiązanie technologiczne, od którego producenci odchodzą ponieważ:

1. Nie wspiera pracy zdalnej
 2. Jest droższe w utrzymaniu w trakcie opieki serwisowej
 3. Jest droższe i trudniejsze w utrzymaniu najnowszej wersji SW
 4. Wymagana jest wysyłka badań do wszystkich stanowisk, co znacząco zwiększa obciążenie sieci LAN
 5. Pojedyncze stacje posiadają wielokrotnie mniejsze przestrzenie dyskowe dla badań, co znacząco skraca czas dostępności do badań.
 6. Wielokrotnie większe koszty podłączeń 5 stacji do systemu PACS
 7. Urządzenia wolnostojące wymagają dodatkowego komputera opisowego (odrębna klawiatura i mysz)
 8. Nie ma możliwości wywołania poprzez URL z systemu opisowego
- Czy Zamawiający zmieni proporcję punktów, żeby w swoim najlepszym interesie nie promować rozwiązań starszej generacji?

Mając na uwadze, iż ilość powyższych niedogodności/ograniczeń jest wyższa od ewentualnej korzyści związanej z niezawodnością, wnosimy o obniżenie lub usunięcie punktacji.

Odpowiedz:

Zamawiający nie zmienia.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wymagając 24" monitorów dla pojedynczych stacji opisowych będzie wymagać certyfikatu medycznego na cały zestaw komputer i dwa monitory?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza.

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje odpowiedź na pytanie 243 z dnia 18.11.2020**Pytanie 243 z dnia 18.11.2020:****Dotyczy Załącznik nr 4 do SIWZ - punkt Vb.4**

Czy Zamawiający w celu doprecyzowania zapisów potwierdzi, że wymaga dostawa aplikacji w oparciu o model pływających licencji z możliwością ściągnięcia i instalacji klienta na komputer PC mający dostęp do serwera aplikacyjnego, a udzielona licencja na oprogramowanie i aplikacje konsoli lekarskiej obejmuje wszystkie funkcjonalności systemu, z aplikacjami klinicznymi włącznie dla min. 5 jednoczesnych użytkowników. Każdy jednoczesny użytkownik systemu musi mieć dostęp do tych samych funkcjonalności i aplikacji klinicznych konsoli lekarskiej w tym samym czasie?

Pragniemy zaznaczyć, że obecnie w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający definiując wymogi i ograniczając ilości stanowisk roboczych nie precyzuje liczby użytkowników mogących jednocześnie korzystać z oprogramowania, definiując jedynie obowiązek dostarczenia 5 konsol lekarskich lub 5 stanowisk diagnostycznych. Jest to jeden z podstawowych parametrów skalujących rozwiązania z zakresu zaawansowanej wizualizacji, definiowanych przez wszystkich producentów rozwiązań serwerowych.

Obecnie na rynku każdy z czołowych producentów tomografów komputerowych i towarzyszących im systemów zaawansowanej wizualizacji jest w stanie zaoferować rozwiązanie z dostępem do wszystkich aplikacji klinicznych dla większej ilości (nawet 10) jednoczesnych użytkowników (GE: AW Server, Philips: IntelliSpace Portal, Siemens: Syngo.via). Oferowany przez nas system posiada przejrzysty system licencjonowania oparty na zasadzie, iż każdy jednoczesny użytkownik posiada dostęp do wszystkich aplikacji klinicznych zainstalowanych w systemie, przez co nie dojdzie do sytuacji zablokowania dostępu do danej aplikacji przez innego użytkownika systemu.

Uważamy opisane wymaganie Zamawiającego za nieprecyzyjne i zwracamy uwagę, że gwarantując szeroki dostęp do wszystkich aplikacji podstawowych i zaawansowanych, Zamawiający podniesie jakość i pewność stawianych diagnoz co leży w interesie publicznym.

Odpowiedz:**ZMODYFIKOWANA ODPOWIEDŹ.**

Zamawiający potwierdza, że wymaga dostawy aplikacji w oparciu o model pływających licencji z możliwością ściągnięcia i instalacji klienta na komputer PC mający dostęp do serwera aplikacyjnego, a udzielona licencja na oprogramowanie i aplikacje konsoli lekarskiej obejmuje wszystkie funkcjonalności systemu, z aplikacjami klinicznymi włącznie dla min. 5 jednoczesnych użytkowników. Każdy jednoczesny użytkownik systemu musi mieć dostęp do tych samych funkcjonalności i aplikacji klinicznych konsoli lekarskiej w tym samym czasie.

Zamawiający modyfikuje załącznik 4 – ZPT który otrzymuje następujące brzmienie:

Załącznik 4

Vb.4	Dostawa aplikacji w oparciu o model pływających licencji. Możliwość ściągnięcia i instalacji klienta na komputer PC mający dostęp do serwera aplikacyjnego	Tak	TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ	Jednoczesny dostęp dla jednego klienta – 0 pkt. Jednoczesny dostęp dla >1 klienta – 5 pkt
------	---	-----	---	---

Zamawiający wykreśla w załączniku 5 punkt Vb.4.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje odpowiedź na pytanie 155 z dnia 18.11.2020**Pytanie 155 z dnia 18.11.2020:****Dotyczy SIWZ**

Prosimy Zamawiającego o informacje, czy na wykonaną instalację gazów medycznych Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy certyfikatu wyrobu medycznego.

Odpowiedz:**ZMODYFIKOWANA ODPOWIEDŹ.**

Zamawiający wymaga by wykonana instalacja gazów medycznych została zrealizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami i była wyrobem medycznym zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych. Wykonawca zobowiązany jest na etapie odbiorów końcowych do przekazania Zamawiającemu wszystkich niezbędnych dokumentów.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje punkt 6.9.a) SIWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:

- a) Zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym tj. w odniesieniu do wyrobów medycznych objętych przedmiotem zamówienia –**deklaracje zgodności z wymaganiami zasadniczymi** (dotyczy wszystkich wyrobów medycznych), **certyfikaty jednostki notyfikowanej**, która brała udział w ocenie wyrobu medycznego (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylne, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, III). **Nie dotyczy dokumentów wykonanej instalacji gazów medycznych, które zostaną przekazane Zamawiającemu na etapie odbiorów końcowych.**

UWAGA

**Zamawiający przedłuża termin składania ofert:
z 09.12.2020 r. godz. 10⁰⁰ na 15.12.2020 r. godz. 10⁰⁰
oraz przesuwa termin otwarcia ofert
z 09.12.2020 r. godz. 10³⁰ na 15.12.2020 r. godz. 10³⁰**

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż przekazał Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej – Sprostowanie – Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji:

- a) Zamawiający przesunął termin składania i otwarcia ofert zgodnie z informacją w uwadze powyżej.
- b) Zamawiający zmodyfikował punkt III.1.2. zgodnie z informacją w uwadze powyżej.

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

mgr Karina Madej
Kierownik Działu Zamówień Publicznych