



Do wszystkich Wykonawców

Odpowiedzi na pytania III

Kierownik Działu
Zamówień
Publicznych

mgr Karina Madej

ul. Ceglana 35
40-514 Katowice

SEKRETARIAT

tel.: (32) 358 14 60

tel.: (32) 358 12 00

fax : (32) 251 84 37

sekretariat@ucc.katowice.pl

Dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę jednorazowych wyrobów medycznych

1 PYTANIE

Pakiet nr 42 poz. 1

1. Czy Zamawiający dopuści przenośny, jałowy, apirogenny system infuzyjny wykorzystujący zbiornik elastomerowy z poliizoprenu oraz ogranicznik przepływu, zapewniający przepływ leku przez określony czas przy nominalnej prędkości przepływu w systemie zamkniętym. Pompa elastomerowa wyposażona w filtr cząstek stałych wbudowany na przebiegu linii – zapewniając podanie leku w bezpieczny dla pacjenta i personelu sposób w systemie zamkniętym. Elementy mające kontakt z podawanym lekiem wolne od DEHP. Zbiornik elastomeru umieszczony w zewnętrznej obudowie blokującej promieniowanie UV do długości fal 390 nm, umożliwiającej wizualną kontrolę postępu wlewu. Port do napełniania urządzenia wbudowany w kapturek wyposażony w połączenie luerlocka, zapewniające możliwość szczelnego podłączenia strzykawki i zabezpieczenia portu korkiem po wypełnieniu. System infuzyjny sprawdzony pod względem stabilności ze stosowanymi cytostatykami (np. 5-FU).. Pakowane pojedynczo, dla każdego pacjenta futerat. Wyrób medyczny klasy IIB. Objętość nominalna 250 ml, maksymalnie 300 ml. Nominalna prędkość przepływu 5.2 ml/h, nominalny czas pracy 48 h.

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie zmienia zapisów w SIWZ

2 PYTANIE

Pakiet nr 42 poz. 2

2. Czy Zamawiający dopuści przenośny, jałowy, apirogenny system infuzyjny wykorzystujący zbiornik elastomerowy z poliizoprenu oraz ogranicznik przepływu, zapewniający przepływ leku przez określony czas przy nominalnej prędkości przepływu w systemie zamkniętym. Pompa elastomerowa wyposażona w filtr cząstek stałych wbudowany na przebiegu linii – zapewniając podanie leku w bezpieczny dla pacjenta i personelu sposób w systemie zamkniętym. Elementy mające kontakt z podawanym lekiem wolne od DEHP. Zbiornik elastomeru umieszczony w zewnętrznej obudowie blokującej promieniowanie UV do długości fal 390 nm, umożliwiającej wizualną kontrolę postępu wlewu. Port do napełniania urządzenia wbudowany w kapturek wyposażony w połączenie luerlocka, zapewniające możliwość szczelnego podłączenia strzykawki i zabezpieczenia portu korkiem po wypełnieniu. System infuzyjny sprawdzony pod względem stabilności ze stosowanymi cytostatykami (np. 5-FU). Pakowane pojedynczo, dla każdego pacjenta futerat. Wyrób medyczny klasy IIB. Objętość nominalna 250 ml, maksymalnie 300 ml. Nominalna prędkość przepływu 10.4 ml/h, nominalny czas pracy 24 h.

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie zmienia zapisów w SIWZ

upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego
Im. Prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
mgr Karina Madej
Kierownik Działu Zamówień Publicznych