

Katowice 17.07.2017r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego: Dostawa przyrządów i akcesoriów endoskopowych - DZP/381/47A/2017 korekta omyłki pisarskiej

Zamawiający dokonuje korekty omyłki pisarskiej w odpowiedzi na pytanie nr 17 z dnia 05.07.2017r.

PYTANIE NR 17 :

Czy w pakiecie 16 pozycja 6 doszło do omyłki pisarskiej i zamawiającemu chodzi o koszyk o średnicy 20mm i średnice cewnika < 2.8mm? Reszta zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

jest: Tak doszło do pomyłki pisarskiej. Zamawiający wymaga koszyka o średnicy 22 mm

powinno być:

Tak doszło do pomyłki pisarskiej. Zamawiający wymaga koszyka o średnicy 20 mm

Zamieszanie Dyrektora
Polskiego Związku Lekarzy Lasek i Szpitali
Głównego Oddziału Specjalistycznego
Kierownik Działu Zamówień Publicznych