

**WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE
OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
LAKTATOR SZPITALNY – 16 SZT. Zmiana**

Lp.	Opis parametru, funkcji	Parametry wymagane
1	Separacja mediów zabezpieczająca przed przedostaniem się mleka do środka modułu laktatora	TAK
2	Wyświetlacz LCD z polskim interfejsem oraz graficznymi symbolami siły podciśnienia	TAK
3	Dwufazowy program odciągania pokarmu	TAK
4	Możliwość wyboru dwóch programów działania jednym przyciskiem	TAK
5	Program do stymulacji laktacji	TAK
6	Program do utrzymywania laktacji	TAK
7	Rytm pracy naśladujący rytm ssania niemowlęcia	TAK
8	Płynna regulacja podciśnienia w zakresie od -50 do -250 mmHg	TAK
9	Szybkość pracy w zakresie od 34 do 120 zassań na minutę	TAK
10	Przystosowanie do pracy ciągłej 24 godziny na dobę	TAK
11	Głośność pracy laktatora do 55dB	TAK
12	Waga urządzenia do 3,5kg (bez wózka)	TAK
13	Zintegrowany uchwyt do łatwego przenoszenia i pokrywę zabezpieczającą membrany	TAK
14	Uchwyt na min. 2 butelki	TAK
15	Zasilanie 100-240V , 50/60 Hz	TAK
16	Kabel zasilający z zabezpieczeniem przed wyrwaniem z laktatora	TAK
17	Wymiary laktatora bez wózka: 220x160x150mm	TAK
18	Wózek jezdny pod laktator	TAK
19	Okres gwarancji min. 36 miesiące	TAK, (Podać w formularzu ofertowym – kryterium oceny ofert)
20	Aparat fabrycznie nowy – rok produkcji 2022 lub 2023	TAK