



Katowice 15.11.2017r.

DZP/381/98A/2017

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego: na dostawę narzędzi stosowanych w chirurgii, neurochirurgii i ginekologii - DZP/381/98A/2017

Do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

Pytanie nr 1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty:

Część nr 2- Narzędzia dla potrzeb Oddziałów

Poz.1) Czy Zamawiający ma na myśli haczyk o dł. 140mm?

Poz.2,3) Kleszczyki o dł. 140mm, pozostałe parametry bez zmian.

Poz.4,5) Kleszczyki Rochester-Pean o dł. 180mm, pozostałe parametry bez zmian.

Poz.6) Nożyczki o dł. 150mm, pozostałe parametry bez zmian.

Poz.7) Rozszerzacz o dł. 140mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź

Poz.1) Zamawiający ma na myśli haczyk o dł. 140mm. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie asortymentu opisanego w Poz. 2,3,4,5,6,7.)

Pytanie nr 2

Pakiet nr 2, poz. 2 i poz. 3: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszczyki dł. 140mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 3

Pakiet nr 2, poz. 4 i poz. 5: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszczyki dł. 180mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 4

Pakiet nr 2, poz. 6: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki dł. 150mm, lub 160mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie nożyczek dł. 150mm.



Pytanie nr 5

Pakiet nr 2, poz. 7: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, rozszerzacz dł. 140mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 1** tolerancje długości narzędzi +/- 5 % ?


Pytanie wynika z tego, iż nie wszyscy wykonawca i producenci posiadają dokładnie te same długości tych samych narzędzi.

Odpowiedź

Z treści zapytania wynika, że pytanie dotyczy Części nr 2, w związku z tym Zamawiający w Części nr 2 nie dopuszcza tolerancji +/- 5 %.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 1 poz. 2** kleszczyki naczyniowe Pean proste o długości 140 mm ?




Odpowiedź

Z treści zapytania wynika, że pytanie dotyczy Części nr 2, w związku z tym Zamawiający w Części nr 2 w pozycji nr 2 wyraża zgodę na zaoferowanie ww. opisanego narzędzia

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 1 poz. 3** kleszczyki naczyniowe Pean odgięte o długości 140 mm ?




Odpowiedź

Z treści zapytania wynika, że pytanie dotyczy Części nr 2, w związku z tym Zamawiający w Części nr 2 w pozycji nr 3 wyraża zgodę na zaoferowanie ww. opisanego narzędzia



Pytanie nr 9

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 1 poz. 4** kleszczyki naczyniowe Rochester Pean proste o długości 180 mm ?




Odpowiedź

Z treści zapytania wynika, że pytanie dotyczy Części nr 2, w związku z tym Zamawiający w Części nr 2 w pozycji nr 4 wyraża zgodę na zaoferowanie ww. opisanego narzędzia

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 1 poz. 5** kleszczyki naczyniowe Rochester Pean odgięte o długości 180 mm ?



Odpowiedź

Z treści zapytania wynika, że pytanie dotyczy Części nr 2, w związku z tym Zamawiający w Części nr 2 w pozycji nr 5 wyraża zgodę na zaoferowanie ww. opisanego narzędzia

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający dokona modyfikacji projektu umowy § 2 ust. 11 i dopuści możliwość opóźnienia w dostawie, w ramach zaistnienia ewentualnych przeszkód.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów § 2 ust. 11 umowy.



Pytanie nr 12

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów § 4 ust. 2 umowy.

Pytanie nr 13

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - a) w wysokości 0,5% wartości brutto danego zamówienia częściowego za każdy dzień opóźnienia w zrealizowaniu dostawy częściowej, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej w zrealizowaniu dostawy częściowej;**
 - b) w wysokości 0,5% wartości brutto danego zamówienia częściowego za każdy dzień opóźnienia w realizacji obowiązków określonych w § 4 ust. 2 oraz w § 5 ust. 3 niniejszej umowy, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto reklamowanej części dostawy;**
 - c) w wysokości 10% **niezrealizowanej części** kwoty wynagrodzenia brutto (za daną część zamówienia) określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy – w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmniejsza wysokości kar umownych.

Z upoważnienia Dyrektora
Instytutu Medycyny
Sądowego
Prof. dr hab. n. med. J. K. K.
Kierownik Biura Zamówień Publicznych