



DZP/381/89A/2020

Katowice 09.11.2020

Do wszystkich Wykonawców

Odpowiedzi na pytania II

Kierownik Działu
Zamówień
Publicznych

mgr Karina Madej

ul. Ceglana 35
40-514 Katowice

SEKRETARIAT

tel.: (32) 358 14 60

tel.: (32) 358 12 00

fax: (32) 251 84 37

sekretariat@ucc.katowice.pl

Dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę jednorazowych wyrobów medycznych

1 PYTANIE

Pytanie nr 1 dotyczy odpowiedzi udzielonej przez Zamawiającego w dniu 06.11.2020

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego doprecyzowanie odpowiedzi, ponieważ opis przedmiotu zamówienia budzi wątpliwości. Pozostawienie opisu przedmiotu w takiej formie daje zbyt szeroką dowolność i pozwoli na złożenie ofert o nierównych parametrach jakościowych. W związku z tym, ponownie zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga portów w całości wykonanych z tytanu (komora oraz obudowa). Czy zamawiający wymaga portów naczyniowych z laminarnych przepływem lub równoważnym rozwiązaniem technologicznym, które ma na celu ograniczenie zatorowości portów naczyniowych?

ODPOWIEDZ

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wymaga „Pojedynczy, niskoprofilowy, tytanowy port naczyniowy z poliuretanowym cewnikiem 6.6 Fr i przewodnikiem 7 Fr.” co jednoznacznie oznacza że port ma być cały z tytanu.

Jednocześnie zamawiający poprawie odpowiedź na pytanie (nr 105 dot. części 58) z dnia 6.11.2020r

105 PYTANIE

Pakiet 58:

Prosimy o dopuszczenie fartucha chirurgicznego sterylnego zapewniającego komfort termiczny pracy operatora, wykonanego z miękkiej, przewiewnej włókniny bawełnopodobnej typu Spunlace (włóknina składająca się z masy celulozowej i poliestru), o właściwościach hydrofobowych i gramaturze min. 70g/m², wyposażonego w nieprzemakalne wstawki z przodu i na rękawach wykonane z folii polietylenowej i włókniny o gramaturze maks. 40 g/m². Rękawy na wysokości strefy krytycznej w całości klejone, nie szyte dla zachowania barierowości. Długość mankietu 6-8 cm. Wytrzymałość na rozzerwanie na sucho i na mokro min. 215 kPa. Zakładany z możliwością zachowania sterylnych pleców oraz z dużą regulacją dopasowania fartucha za pomocą długiego rzepu o długości min. 15 cm. Pakowany w opakowanie podwójne: zewnętrzne papierowo-foliowe oraz wewnętrzne włókninowe z 2 ręcznikami. Na opakowaniu jednostkowym umieszczone 3 samoprzylepne etykiety. Dokumenty producenta potwierdzające spełnienie wymagań. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Dostępny w rozmiarach S/M, L, XL i XLL, 2XLL.

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza

Zmianie ulegają następujące terminy:

Termin składania ofert upływa dnia **25.11.2020r. o godz. 10:00**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **25.11.2020r. o godz. 10:30**

Oferta musi zachować ważność do 23.01.2021r.

Miejsce składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż przekazał Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej sprostowanie, po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
K. Madej
mgr Karina Madej
Kierownik Działu Zamówień Publicznych