



DZP.381.24.EAT.2021

Katowice 08.06.2021 r.

SZANOWNI WYKONAWCY

Dotyczy zaproszenia do składania ofert na **Obsługę serwisową aparatury monitorującej parametry pacjenta – Ligota – DZP.381.24.EAT.2021**

Informujemy, że w trakcie w/w postępowania do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

Pytanie nr 1:

Proszę o jednoznaczną odpowiedź czy w zakres przeglądów mają być wliczone części zamienne takie jak akumulatory sądy czujniki przewody pacjenta.

Zamawiający zastrzega w formularzu asortymentowo cenowym podana cena zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi przeglądu tzn.: robocizna, części zużywalne, materiały do konserwacji, dojazd itp.

W przypadku przeglądu technicznego producenci nie przewidują wymiany materiałów eksploatacyjnych lub części zużywalnych kardiomonitorów czujników w pulsoksymetrach kardiomonitorach, przewodów pacjenta np. ekg akumulatory zalecone są do wymiany co np. 24-48 miesięcy. Wliczenie tej grupy materiałów rażąco podniesie koszt przeglądów.

Jeśli mają być wymienione akumulatory to proszę podać daty ostatnich wymian w poszczególnych pakietach.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga aby podana cena zawierała koszty związane z zalecaną wymianą akumulatorów.

Pytanie nr 2:

Czy zamawiający będzie wymagał zmiany kodów dat przeglądów w kardiomonitorach EMTEL


Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga.

**Kierownik Działu
Zamówień
Publicznych**

Karina Madej
ul. Ceglana 35
40-514 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 358 14 60
tel.: (32) 358 12 00
fax: (32) 251 84 37
sekretariat@ucc.katowice.pl

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

mgr Karina Madej
Kierownik Działu Zamówień Publicznych