

Do wszystkich wykonawców

Dot.: odpowiedzi na pytania w postępowaniu w trybie do 30 000 euro na dostawę stołu operacyjnego okulistycznego i fotela operatora

Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel operatora z elektryczną regulacją wysokości siedziska w zakresie od 560 do 860mm?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 2: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel operatora bez regulacji pochylenia siedziska?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 3: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel operatora z możliwością regulacji odległości oparcia na plecy od siedzenia w zakresie 100mm?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie stołu operacyjnego wyprodukowanego w 2017 lub w 2018 roku ze względu na zbliżającą się przerwę świąteczną oraz termin realizacji wypadający w 2018 r?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 5: Czy Zamawiający dopuści stół o poniższej konfiguracji:

L.p.	OPIS FUNKCJONALNOŚCI
1.	4- częściowy Stół przeznaczony do zabiegów operacyjnych w zakresie okulistyki.
2.	Możliwość składania elektrycznego do pozycji siedzącej oraz niezależnego sterowania podnóżkiem, siedziskiem oraz oparciem.
3.	Podglówek w kształcie „U” z miękkiego tworzywa dopasowującego się do kształtu głowy pacjenta.
4.	Regulacja wzdłużna podglówka z możliwością regulacji jego kąta nachylenia pod kark pacjenta.
5.	Regulacja elektryczna ruchu stołu góra / dół w zakresie min 580-880 mm
6.	Możliwość niezależnego sterowania podnóżkiem, siedziskiem, oparciem oraz zagłówkiem.
7.	Regulacji pilotem nożnym ruchu stołu góra/dół oraz ruchu zagłówka.
8.	Możliwość regulacji ruchów siedziska, zagłówka, części podpierającej plecy i nogi przy pomocy pilota ręcznego.
9.	Możliwość zapamiętania 4 pozycji stołu.
10.	Regulowane podłokietniki z możliwością zmiany kąta nachylenia oraz ich całkowitego demontażu (opcja)
11.	Stół na podstawie jezdnej z manualną blokadą kół oraz blokadą kierunkową.
12.	Szerokość całkowita stołu- 835 mm Szerokość leża- 610 mm Długość całkowita stołu- 1950 mm Rozmiar podstawy- 805 x 605 mm
13.	Bezszwowe, wodoodporne, antybakteryjne obicie stołu operacyjnego.
14.	Zakres regulacji podpory pleców- 85° Zakres regulacji zagłówka- 50° Zakres regulacji podpory nóg- 77° Zakres regulacji siedziska- 40 °
15.	Podstawa chromowo-niklowa.
16.	Zasilanie bateryjne z awaryjnym wyłącznikiem prądu. Świetlna i dźwiękowa informacja o rozładowaniu baterii.
17.	Nośność- 250 kg
18.	Waga- 135 kg

Pragniemy nadmienić iż zaproponowany stół jest w atrakcyjnej cenie oraz był testowany przez Zamawiającego

Odpowiedź: Nie Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnej z opisem.

Pytanie 6: Czy Zamawiający dopuści fotel o poniższej konfiguracji:


L.p.	OPIS FUNKCJONALNOŚCI
1.	Fotel operatora przeznaczony do operacji okulistycznych.
2.	Trzy rodzaje siedzisk do wyboru.
3.	Regulacja pochylenia siedziska w zakresie min. $+6^{\circ}$ / -9°
4.	Regulacja oparcia fotela przód / tył w zakresie min. $+4^{\circ}$ / -18°
5.	Możliwość regulacji obrotu podłokietników 360° oraz całkowitego ich demontażu.
6.	Możliwość regulacji wysokości podłokietników - 300 mm .
7.	Możliwość regulacji wysunięcia podłokietników.
8.	Możliwość regulacji kąta nachylenia podłokietników (przegub kulowy) .
9.	Elektryczna regulacja wysokości siedziska w zakresie 535-735 mm.
10.	Centralny hamulec – blokując jedno kółko automatycznie unieruchamiają pozostałe koła.
11.	Podwójne antystatyczne koła jezdne o średnicy 100 mm.
12.	Podstawa o obrysie kwadratowym (patrząc z góry – kształt zbliżony do litery H).
13.	Sterowanie fotela przy użyciu przełącznika nożnego.
14.	Zasilanie bateryjne.
15.	Dźwiękowa oraz świetlna informacja o niskim poziomie baterii.
16.	Bezszwowe, wodoodporne, antybakteryjne obicie.

Pragniemy nadmienić iż zaproponowany fotel jest w atrakcyjnej cenie oraz był testowany przez Zamawiającego

Odpowiedź: Nie, Zamawiający oczekuje złożenia oferty na fotel zgodny z opisem.

Pytanie 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesunięcie terminu składania ofert o 2 dni lub wyrazi zgodę na przesłanie oferty drogą elektroniczną (e-mail), ze względu na zbyt krótki czas na przygotowanie oferty?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający uważa, że czas na przygotowanie i złożenie oferty jest wystarczający.

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Chirurgicznego prof. J. Gbureckiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

mgr Andrzej Niedzwiedz
Kierownik Działu Zamówień Publicznych