



DZP.381.8B.2022

Katowice 28.03.2022 r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

**Kierownik Działu
Zamówień
Publicznych**

Karina Madej
ul. Ceglana 35
40-514 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 358 14 60
tel.: (32) 358 12 00
fax : (32) 251 84 37
sekretariat@uck.katowice.pl

Dotyczy postępowania w trybie w trybie podstawowym z możliwością negocjacji p.n.:
Obsługa serwisowa aparatury okulistycznej I - **DZP.381.8B.2022**

Do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

PYTANIE NR 1

Dotyczy Pakietów 2,3,4,5

Proszę o modyfikację punktu 13 Projektu Umowy do zapisu jak poniżej:

13. Niezależnie od ust. 12 powyżej w przypadku naprawy dłuższej niż wynikającej z umowy Wykonawca jest zobowiązany wstawić na swój koszt (w ramach zaoferowanej wartości brutto) urządzenie zastępcze (**zobowiązanie wstawienia urządzenia zastępczego nie dotyczy aparatów starszych niż 10 lat**). W takiej sytuacji nie nalicza się kar za niedotrzymanie terminu naprawy.

Zapis w istniejącej postaci niesie ryzyko, że w przypadku braku aparatu zastępczego dla aparatu starszego od 10 lat, co jest raczej pewne, wykonawca nie podejmie się jego naprawy. Dotyczy to sytuacji gdy wydłużony czas na sprowadzenie części zamiennych dla aparatu starszego od 10 lat narazi wykonawcę na obciążenie karami umownymi.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje zapisy § 2 pkt 13 w projekcie umowy dla pakietów 2, 3, 4, 5 w następujący sposób:

Niezależnie od ust. 12 powyżej w przypadku naprawy dłuższej niż wynikającej z umowy Wykonawca zobowiązany jest wstawić na swój koszt (w ramach zaoferowanej wartości brutto) urządzenie zastępcze (**zobowiązanie wstawienia urządzenia zastępczego nie dotyczy aparatów starszych niż 10 lat**) W takiej sytuacji nie nalicza się kar za niedotrzymanie terminu naprawy

PYTANIE NR 2

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie do odrębnego pakietu z pakietu nr 9 lasera okulistycznego YAG Ellex SuperQw celu umożliwienia złożenia oferty na świadczenie usług serwisowych dla laserado selektywnej trabekuloplastyki Ellex Solo.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie do odrębnego pakietu lasera okulistycznego YAG Ellex SuperQw

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje §2 pkt 16 projektu umowy w następujący sposób:

Zamawiający uznaje, iż w przypadku aparatów starszych niż 10 lat, uzyskanie części zamiennych od producenta może być niemożliwe, co może spowodować niemożność wykonania naprawy. W takim przypadku kary umowne nie będą naliczane

PYTANIE NR 3

(pakiet nr 1 i 10, umowa §2, pkt 13) Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego

Odpowiedź:

Zamawiający zgadza się na odstąpienie od wymogu urządzenia zastępczego w Pakiecie nr 1 i 10

PYTANIE NR 4

(pakiet nr 1 i 10, umowa §2, pkt 11) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu umowy na: (...) „W przypadku, gdy usunięcie awarii wymaga użycia części zamiennych, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w ciągu 5 dni roboczych Zamawiającemu kalkulacji określającej koszt tych części i niezbędnej do oceny przez Zamawiającego zasadności naprawy. Wykonawca może przystąpić do naprawy po otrzymaniu od Zamawiającego pisemnej akceptacji kosztów naprawy i jej zleceniu (e-mail), a termin naprawy (maksymalnie 10 dni roboczych lub 30 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z



zagranicy, o ile będą dostępne u Producenta) liczony jest od dnia wystania akceptacji i pisemnego zlecenia naprawy

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje zapisy §2 pkt 11 dla Pakietu nr 1 w następujący sposób:

W przypadku, gdy usunięcie awarii wymaga użycia części zamiennych, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w ciągu 5 dni roboczych Zamawiającemu kalkulacji określającej koszt tych części i niezbędnej do oceny przez Zamawiającego zasadności naprawy. Wykonawca może przystąpić do naprawy po otrzymaniu od Zamawiającego pisemnej akceptacji kosztów naprawy i jej zleceniu (e-mail), a termin naprawy (maksymalnie 10 dni roboczych lub 30 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy, o ile będą dostępne u Producenta) liczony jest od dnia wystania akceptacji i pisemnego zlecenia naprawy

Dla Pakietu nr 10 zapisy §2 pkt 11 projektu umowy pozostają bez zmian.

W załączeniu zmodyfikowany projekt umowy

Zamawiający przesuwą termin składania ofert:

z dnia 30.03.2022 r. godz. 10:00 na dzień **1.04.2022 r. godz. 10:00**

oraz przesuwą termin otwarcia ofert:

z dnia 30.03.2022 r. godz. 10:30 na dzień **1.04.2022 r. godz. 10:30**

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. Prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
[Podpis]
Kierownik Działu Zastępstwa Publicznych