



DZP.381.59B.2021

Katowice 26.10.2021

**Do wszystkich wykonawców
biorących udział w postępowaniu**

**Dotyczy odpowiedzi na pytania w postępowaniu w trybie podstawowym
na dostawę funduskamery szerokokątnej**

Kierownik Działu
Zamówień
Publicznych

mgr Karina Madej
ul. Ceglana 35
40-514 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 358 14 60
tel.: (32) 358 12 00
fax : (32) 251 84 37

sekretariat@ucc.katowice.pl

1. **Pytanie** - Czy Zamawiający dopuści system z automatycznym wyszukiwaniem tarczy nerwu wzrokowego bez jego śledzenia (dotyczy pkt. 10)?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taki system.
2. **Pytanie** - Czy Zamawiający dopuści system w którym nie ma manualnego doboru flesza, a uzyskiwany obraz jest zawsze optymalny dzięki odpowiedniemu dostrajaniu sensorów w czasie rzeczywistym i zastosowaniu oprogramowania bazującego na sztucznej inteligencji (dotyczy pkt. 14)?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taki system.
3. **Pytanie** - Czy Zamawiający dopuści fiksator zewnętrznym pacjenta składający się z dwóch sztywnych przewodów z trzema przegubami pozwalającymi na jego swobodne pozycjonowanie (dotyczy pkt. 18)?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
K. Madej
mgr Karina Madej
Kierownik Działu Zamówień Publicznych