



DZP/381/108B/2019

Katowice 21.10.2019 r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego p.n.: „Dostawę mebli biurowych oraz mebli medycznych - etap III (2).” – DZP/381/108B/2019

Pytanie nr 1 – dotyczy pakietu nr 1 – Myjnia dezynfektor

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach 545 x 475 x 1630mm nieznacznie różniących się o wymaganych, wyposażone w rączkę (uchwyt) ze stali nierdzewnej?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 – dotyczy pakietu nr 1 – Myjnia dezynfektor

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „rejestracja przebiegu procesu w pamięci USB lub wydruk z drukarki termicznej”, oraz „wymuszona dezynfekcja po 72h od ostatniego użycia”?

Odp.:

Zamawiający nie odstępkuje od w/w wymogu.

Pytanie nr 3 – dotyczy pakietu nr 1 – Myjnia dezynfektor

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z poziomem hałasu < 70dB?

Odp.:

Nie, Zamawiający w Zestawieniu Parametrów Technicznych określił maksymalny poziom hałasu.

Pytanie nr 4 – dotyczy pakietu nr 1 – Myjnia dezynfektor

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie wyposażone było w dysze wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego, łatwo demontowane w celu ich sprawdzenia i wyczyszczenia, gwarantuje to długą ich żywotność oraz zapewnia wysoką jakość mycia / powtarzalność?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5 – dotyczy pakietu nr 1 – Myjnia dezynfektor

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie wyposażone było w uszczelkę drzwiową umieszczoną na korpusie urządzenia? Oferowane rozwiązanie jest higieniczne, zapewnia mniejsze ryzyko uszkodzenia uszczelki podczas załadunku.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6 – dotyczy pakietu nr 1 – Myjnia dezynfektor

Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie posiadało program mycia i dezynfekcji z potwierdzoną badaniami niezależnej instytucji skutecznością eliminacji *Clostridium difficile*?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza.

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

mgr Karina Miodak
Kierownik Działu Zamówień Publicznych