



DZP.381.57B.2021

Katowice 22.10.2021

**Do wszystkich wykonawców
biorących udział w postępowaniu**

**Dotyczy odpowiedzi na pytania w postępowaniu w trybie podstawowym
na dostawę ultrasonografu**

Kierownik Działu
Zamówień
Publicznych

mgr Karina Madej
ul. Ceglana 35
40-514 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 358 14 60
tel.: (32) 358 12 00
fax : (32) 251 84 37

sekretariat@uck.katowice.pl

Pytanie - Dotyczy załącznika nr 3 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania głowicę endowaginalną typu 2D do badań ginekologicznych, położniczych, urologicznych o zakresie częstotliwości pracy 2,9 – 9,7 MHz?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie ultrasonografu z głowicą endowaginalną typu 2D do badań ginekologicznych, położniczych, urologicznych o zakresie częstotliwości pracy 2,9 – 9,7 MHz.

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
K. Madej
mgr Karina Madej
Kierownik Działu Zamówień Publicznych