

DZP/381/31A/2018

Katowice, 10.05.2018 r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego p.n.: **Dostawa narzędzi medycznych – DZP/381/31A/2018**

Informujemy, że w trakcie w/w przetargu do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty (dotyczy pytania od 1 do 16):

Pytanie nr 1: Część nr 2- Narzędzia do zabiegów okulistycznych dorosłych i dzieci.


Poz.1) Sonda o dł. całkowitej 110mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze **zmodyfikowanym załącznikiem nr 4 na w/w część.**

Pytanie nr 2: Część nr 2- Narzędzia do zabiegów okulistycznych dorosłych i dzieci.

Poz.3,4) Rozwórka o nazwie własnej ARRUGA, identyczna z wymaganą.



Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem iż spełnia ona opis przedmiotu zamówienia odpowiednio w poz. 3 i 4 ujęty w załączniku 4 na w/w część.

Pytanie nr 3: Część nr 2- Narzędzia do zabiegów okulistycznych dorosłych i dzieci.

Poz.5) Imadło o dł. całkowitej 120mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze **zmodyfikowanym załącznikiem nr 4 na w/w część.**



Pytanie nr 4: Część nr 2- Narzędzia do zabiegów okulistycznych dorosłych i dzieci.
Poz.6) Pęseta Berens, dł. 100mm.



Odpowiedź:

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ).

Pytanie nr 5: Część nr 2- Narzędzia do zabiegów okulistycznych dorosłych i dzieci.
Poz.8) Czy Zamawiający wymaga takich samych nożyczek jak w poz. nr 7?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 6: Część nr 2- Narzędzia do zabiegów okulistycznych dorosłych i dzieci.
Poz.9) Nożyczki o dł. 110mm lub 115mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze **zmodyfikowanym załącznikiem nr 4 na w/w część.**

Pytanie nr 7: Część nr 2- Narzędzia do zabiegów okulistycznych dorosłych i dzieci.
Poz.10) Pęseta do kapsuloreksji UTRARA, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem iż spełnia ona opis przedmiotu zamówienia ujęty w poz. 10 w załączniku 4 na w/w część.

Pytanie nr 8: Część nr 2- Narzędzia do zabiegów okulistycznych dorosłych i dzieci.

Poz.11) Zwracamy się z prośbą o wyłączenie pozycji z pakietu i utworzenie do niej nowego odrębnego pakietu, co jednocześnie umożliwi złożenie ofert przez większą liczbę oferentów, przy zachowaniu zasad uczciwej konkurencji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 9: Część nr 2- Narzędzia do zabiegów okulistycznych dorosłych i dzieci.
Poz.12) Manipulator Sinskey o dł. 115mm, śr.0,20mm.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 10: Część nr 2- Narzędzia do zabiegów okulistycznych dorosłych i dzieci.
Poz.13) Czoper Neuham o dł. 105mm



lub czoper Hirschmann o dł. 125mm .

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze **zmodyfikowanym załącznikiem nr 4 na w/w część.**

Pytanie nr 11: Część nr 2- Narzędzia do zabiegów okulistycznych dorosłych i dzieci.

Poz.14) Szpatułka 0,6x12mm, dł. całkowita 120mm.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 12: Część nr 2- Narzędzia do zabiegów okulistycznych dorosłych i dzieci.

Poz.15) Imadło o dł. całkowitej 115mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze **zmodyfikowanym załącznikiem nr 4 na w/w część.**

Pytanie nr 13: Część nr 2- Narzędzia do zabiegów okulistycznych dorosłych i dzieci.

Poz.16) Pęseta McPherson, końcówka 0,12mm, dł. całkowita 85mm.



Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 14: Część nr 2- Narzędzia do zabiegów okulistycznych dorosłych i dzieci.

Poz.17) Pęseta Barraquer-Colibri o dł. 70mm, końcówka 0,2mm,

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje poz. 17 na w/w część zgodnie ze **zmodyfikowanym załącznikiem nr 4 na w/w część**. Zamawiający wymaga narzędzia spełniającego opis przedmiotu zamówienia określony w załączniku nr 4 na w/w część.

Pytanie nr 15: Część nr 2- Narzędzia do zabiegów okulistycznych dorosłych i dzieci.

Poz.18) Kaseta o wym. 170x280x55mm lub 102x190x19mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 16: Część nr 4- Narzędzia chirurgiczne stosowane do zabiegów w chirurgii onkologicznej

Poz.2) Hak o dł. 280mm, komplet.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze **zmodyfikowanym załącznikiem nr 4 na w/w część**.

Pytanie nr 17: Część 4

POZ. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie - Pinceta anatomiczna prosta izolowana długość 210mm

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze **zmodyfikowanym załącznikiem nr 4 na w/w część**.

Pytanie nr 18: Część 4

POZ. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie - Pinceta anatomiczna prosta izolowana długość 250mm

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze **zmodyfikowanym załącznikiem nr 4 na w/w część**.

Pytanie nr 19:

Czy w części 5 Zamawiający dopuści pęsetę 19,8mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze **zmodyfikowanym załącznikiem nr 4 na w/w część**.

Pytanie nr 20: Dot. Część nr 3, poz. 1

Czy Zamawiający akceptuje do dostawy równoważne narzędzie:

Nożyczki witreoretinalne, zakrzywione zgodnie z krzywizną siatkówki, poziome, długość ostrza 3 mm; uchwyt tytanowy o przekroju fi 6 mm, z systemem antypoślizgowym, kolor złoty, 20Ga/0,9mm; długość całkowita 155 mm.

Ponieważ Zamawiający dokonał wyboru pozostałych narzędzi o średnicy ręczki fi 8 mm, uprzejmie prosimy o potwierdzenie, iż powyższe narzędzie mam mieć ręczkę o średnicy 6 mm (zamiast 8 mm).

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze **zmodyfikowanym załącznikiem nr 4 na w/w część**.



Jednocześnie Zamawiający modyfikuje poz. 1 w/w części zgodnie ze **zmodyfikowanym załącznikiem nr 4 na w/w część, Zamawiający wymaga nożyczek ostrych-ostrych.**

Pytanie nr 21: Dot. Część nr 3, poz. 2

Czy Zamawiający akceptuje do dostawy równoważne narzędzie:

Nożyczki witreoretinalne, proste, uchwyt tytanowy o przekroju fi 8 mm, z systemem antypoślizgowym, kolor złoty, 20Ga/0,9mm; długość całkowita 155 mm; długość rękojeści 120 mm.

Czy Zamawiający wymaga dostawy nożyczek ostrych-ostrych czy tępych-tępnych ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze **zmodyfikowanym załącznikiem nr 4 na w/w część.**

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje poz. 2 w/w części zgodnie ze **zmodyfikowanym załącznikiem nr 4 na w/w część, Zamawiający wymaga nożyczek ostrych-ostrych.**

Pytanie nr 22: Dot. Część nr 3, poz. 4

Czy Zamawiający akceptuje do dostawy równoważne narzędzie:

Pęsetka witreoretinalna, prosta, karbowana (ząbkowana), uchwyt tytanowy o przekroju fi 8 mm, z systemem antypoślizgowym, kolor niebieski, 20Ga / 0,9 mm; długość całkowita 155 mm; długość rękojeści 120 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze **zmodyfikowanym załącznikiem nr 4 na w/w część.**

Pytanie nr 23: Dot. Część nr 3, poz. 8

Czy Zamawiający akceptuje do dostawy równoważne narzędzie:

Nożyczki witreoretinalne, zakrzywione zgodnie z krzywizną siatkówki, poziome, uchwyt tytanowy o przekroju fi 6 mm, z systemem antypoślizgowym, kolor złoty, 25Ga/0,5mm; długość całkowita 155 mm. W zestawie kasetka do sterylizacji, adapter do płukania, osłonka ochronna.

Ponieważ Zamawiający dokonał wyboru pozostałych narzędzi o średnicy rączki fi 8 mm, uprzejmie prosimy o potwierdzenie, iż powyższe narzędzie mam mieć rączkę o średnicy 6 mm (zamiast 8 mm).

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze **zmodyfikowanym załącznikiem nr 4 na w/w część.**

Pytanie nr 24: Dot. Część nr 3, poz. 10

Czy Zamawiający akceptuje do dostawy równoważne narzędzie:

Nożyczki do IOL typu STEINMETZ do cięcia i usuwania akrylowych i silikonowych soczewek IOL, górne ostrze ząbkowane, dolna ramię nożyc z zagłębieniem; długość cięcia 6,5 mm; długość ruchomych końcówek 10 mm; długość całkowita 92 mm; narzędzie ze stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze **zmodyfikowanym załącznikiem nr 4 na w/w część.**

Pytanie nr 25:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie ofert na poszczególne pozycje w ramach pakietu nr 3?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie nr 26:

Czy Zamawiający dokona modyfikacji projektu umowy § 2 ust. 8 i dopuści możliwość opóźnienia w dostawie, w ramach zaistnienia ewentualnych przeszkód.

Odpowiedź:

Zamawiający nie modyfikuje.

Pytanie nr 27:

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania umowy zmianę ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT? (dot. § 3 ust. 3).

Odpowiedź:

Zamawiający nie modyfikuje.

Pytanie nr 28:

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie modyfikuje.

Pytanie nr 29:

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- a) w wysokości 0,5% wartości brutto opóźnionych w dostarczeniu Narzędzi za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu Narzędzi, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionych w dostarczeniu Narzędzi;
- b) w wysokości 0,5% wartości brutto brakujących, wadliwych lub/i niezgodnych z ofertą Narzędzi za każdy dzień opóźnienia w realizacji obowiązków określonych w § 4 ust. 2 oraz § 5 ust. 3 niniejszej umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto brakujących, wadliwych lub/i niezgodnych z ofertą Narzędzi;
- c) w wysokości 10% kwoty niezrealizowanej części wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy – w przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca.

Odpowiedź:

Zamawiający nie modyfikuje.

UWAGA

Zamawiający przesługuje termin składania ofert:

z 22.05.2018 r. godz. 10⁰⁰ na 28.05.2018 r. godz. 10⁰⁰

oraz przesługuje termin otwarcia ofert


z 22.05.2018 r. godz. 10³⁰ na 28.05.2018 r. godz. 10³⁰



UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE
IM. PROF. K. GIBIŃSKIEGO
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż przekazał Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej –
Sprostowanie – Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.
Zamawiający przesunął termin składania i otwarcia ofert zgodnie z informacją powyżej.

W załączeniu strony katalogowe do pytań od 1 do 16.

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

mgr Andrzej Rechowicz
Kierownik Działu Zamówień Publicznych

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, 40-514 Katowice, ul. Ceglana 35

DZP/381/31A/2018 Dostawa narzędzi medycznych

Część 2: Narzędzia do zabiegów okulistycznych dorosłych i dzieci

Narzędzia do zabiegów okulistycznych wykonane ze stali nierdzewnej nie podlegającej korozji. Narzędzia wytrzymałe na działanie niskich i wysokich temperatur.

L.p	Opis przedmiotu zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto (ilość x cena jedn. netto)	VAT (%)	Wartość brutto (wartość netto + VAT)	Producent	Numer katalogowy (jeśli istnieje)
1.	Sonda łzowa wąska, delikatna; średnica końcówki 0,3mm, długość stożkowej końcówki roboczej 26mm, średnica rączki 3mm, długość całkowita 95mm (dopuszczono długość całkowitą 92mm- 110mm)	sztuka	10						
2.	Hak zezowy typu GRAEFE, duży	sztuka	4						
3.	Rozwórka typu MURDOCK (lewa); blansze 14mm okienkowate, wsporniki ślizgowo-oporowe	sztuka	5						
4.	Rozwórka typu MURDOCK (prawa); blansze 14mm okienkowate, wsporniki ślizgowo-oporowe	sztuka	5						
5.	Imadło do igły typu JACOBI, proste, bez blokady, uchwyt 7,0mm, szerokość końcówki 1,0mm, szczęki 0,5mm, długość całkowita 115mm (dopuszczono długość całkowitą 112mm- 120mm)	sztuka	10						
6.	Pęsetka typu Satter – mięśniotrzymacz 3-zęby/otwory, lewe	sztuka	5						

7.	Nożyczki spojówkowe, lekko zakrzywione o promieniu krzywizny ostrza 12cm, ostre-ostre, długość całkowita 11cm (dopuszczono długość całkowitą 10cm-11cm)	sztuka	10						
8.	Nożyczki spojówkowe, lekko zakrzywione o promieniu krzywizny ostrza 12cm, ostre-ostre, długość całkowita 11cm (dopuszczono długość całkowitą 10cm-11cm)	sztuka	5						
9.	Nożyczki spojówkowe typu WESTCOTT, zakrzywione blansze o długości od trzpienia mocującego 20mm, długość ostrzy 11mm, ostre końce, długość całkowita 120mm (dopuszczono długość całkowitą 115 – 121mm)	sztuka	15						
10.	Peseta do kapsuloreksji typu H.-R. KOCH ze znacznikami, 2,0 – 13,0 mm, bardzo delikatna; długość całkowita 98 mm (dopuszczono długość całkowitą 96mm-100mm)	sztuka	10						
11.	Pęseta do kapsuloreksji, mocna; proste końcówki chwytne o długości 12mm, trójkątna platforma chwytana ząbkowana o boku 0,5 mm, ogranicznik styku końcówek o długości 2mm, całkowita długość 103mm (dopuszczono długość całkowitą 100mm-105mm)	sztuka	10						
12.	Manipulator / haczyk do podziału jądra typu MIYOSHI, prosty, z ostrą końcówką	sztuka	25						

13.	Czoper typu AGARWAL do techniki typu karate phaco, długość całkowita 104 mm (dopuszczono długość całkowitą 101mm-105mm) (dopuszczono Czoper Neuham do techniki typu karate phaco, pozostałe parametry bez zmian)	sztuka	25						
14.	Szpatułka 45°, zagięta, 0.5 x 0.25 mm atraumatyczna	sztuka	10						
15.	Imadło do igły typu BARRAQUER zakrzywione, bez zamka, szczęki 0,55 mm, rączka 8,0 mm, dł. całkowita 120 mm (dopuszczono długość całkowitą 115mm-121mm)	sztuka	10						
16.	Pęseta tęczówkowa typu BONN zagięta, 8.0 mm, 1 x 2 ząbki	sztuka	10						
17.	Pęseta typu COLIBRI z płaszczyzną chwytą do wiązania, płaszczyzna chwytą 5mm 1x2 zęby, 0,12mm	sztuka	15						
18.	Kaseta do sterylizacji narzędzi z silikonowym wkładem typu język, rozmiar: 15-15,5cm x 25-25,5cm x 1,9-2,2cm.	sztuka	10						
RAZEM						XX		XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX

Uwagi:

W rubryce "Producent" dopuszcza się wpisanie producenta lub podmiotu odpowiedzialnego

W rubryce "Numer katalogowy" - brak podania numeru katalogowego nie skutkuje odrzuceniem oferty.

.....
Data, podpis, pieczęć

Zmodyfikowany załącznik nr 4 - formularz asortymentowo-cenowy

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, 40-514 Katowice, ul. Ceglana 35

DZP/381/31A/2018 Dostawa narzędzi medycznych

Część 3: Narzędzia mikrochirurgiczne stosowane do zabiegów przedniego i tylnego odcinka oka u dzieci i dorosłych

Narzędzia mikrochirurgiczne stosowane do zabiegów przedniego i tylnego odcinka oka wykonanie ze stali nierdzewnej nie podlegającej korozji.

Narzędzia wytrzymałe na działanie niskich i wysokich temperatur.

L.p	Opis przedmiotu zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto (ilość x cena jedn. netto)	VAT (%)	Wartość brutto (wartość netto + VAT)	Producent	Numer katalogowy (jeśli istnieje)
1.	Mikronożyczki do witrektomii 20G 0,9mm, horyzontalne, zagięte zgodnie z krzywizną siatkówki, zakrzywione ostrza o długości 3mm, rękojeść w pozycji zamkniętej walcowata, na rękojeści kolorowy kod paskowy w celu identyfikacji narzędzia. Długość całkowita 154mm ±2mm, średnica 6,2mm ±0,2mm (Dopuszczono nożyczki witreoretinalne, zakrzywione zgodnie z krzywizną siatkówki, poziome, długość ostrza 3 mm; uchwyt tytanowy o przekroju fi 6 mm, z systemem antypoślizgowym, kolor złoty, 20Ga/0,9mm; długość całkowita 155 mm. Zamawiający dopuszcza zarówno rączkę 6 mm jak i 8mm). Zamawiający wymaga nożyczek ostrych-ostrych.	sztuka	1						

2.	Mikronożyczki do witrektomii 20G 0,9mm, proste, ze stali chirurgicznej, wielorazowe, rękojeść w pozycji zamkniętej walcowata, na rękojeści kolorowy kod paskowy w celu identyfikacji narzędzia. Długość całkowita 145mm ,długość rękojeści 115 mm średnica 8 mm $\pm 0,2$ mm. (Dopuszczono nożyczki witreoretinalne, proste, uchwyt tytanowy o przekroju fi 8 mm, z systemem antypoślizgowym, kolor złoty, 20Ga/0,9mm; długość całkowita 155 mm; długość rękojeści 120 mm.). Zamawiający wymaga nożyczek ostrych-ostrych.	sztuka	1						
3.	Pęseta do witrektomii typu Claes 20G 0,9mm, do ILM, łapiąca końcem, koniec zaokrąglony z platformą chwytą w kształcie pierścienia, tytanowa rękojeść w pozycji zamkniętej walcowata, na rękojeści kolorowy kod paskowy w celu identyfikacji narzędzia. Długość całkowita 155mm ± 1 mm, średnica 6,2mm $\pm 0,2$ mm. W zestawie z pojemnikiem do sterylizacji, adapterem do płukania oraz osłonką ochronną.	sztuka	1						
4.	Pęseta do witrektomii 20G 0,9mm wewnętrzna część ząbkowana, ze stali chirurgicznej, wielorazowa, rękojeść w pozycji zamkniętej walcowata, na rękojeści wąskie żłobienia obwodowe, antypoślizgowe. Długość całkowita 145mm ,długość rękojeści 115 mm średnica 8 mm $\pm 0,2$ mm. (Dopuszczono pęsetka witreoretinalna, prosta, karbowana (ząbkowana), uchwyt tytanowy o przekroju fi 8 mm, z systemem antypoślizgowym, kolor niebieski, 20Ga / 0,9 mm; długość całkowita 155 mm; długość rękojeści 120 mm.)	sztuka	4						

5.	Nożyczki witreoretinalne zakrzywione, uchwyt tytanowy 8 mm, kolor złoty, 23Ga / 0,6 mm; długość ostrzy 2,8mm, długość całkowita 155mm (dopuszczono długość całkowitą 152mm-156mm)	sztuka	1						
6.	Nożyczki witreoretinalne typu HEIMANN, proste, uchwyt tytanowy 8 mm, kolor złoty, 23Ga / 0,6 mm; długość ostrzy 2,3mm, długość całkowita 155mm (dopuszczono długość całkowitą 152mm-156mm)	sztuka	8						
7.	Nożyczki witreoretinalne typu HEIMANN, proste, uchwyt tytanowy 8 mm, kolor złoty, 25Ga / 0,5 mm; długość ostrzy 2,3mm, długość całkowita 155mm (dopuszczono długość całkowitą 152mm-156mm)	sztuka	2						
8.	Mikronożyczki do witrektomii 25G 0,5mm, horyzontalne, zagięte zgodnie z krzywizną siatkówki, rękojeść w pozycji zamkniętej walcowata, na rękojeści kolorowy kod paskowy w celu identyfikacji narzędzia. Długość całkowita 152mm ±2mm, średnica 6,2mm ±0,2mm W zestawie z pojemnikiem do sterylizacji, adapterem do płukania oraz osłonką ochronną. (Dopuszczono nożyczki witreoretinalne, zakrzywione zgodnie z krzywizną siatkówki, poziome, uchwyt tytanowy o przekroju fi 6 mm, z systemem antypoślizgowym, kolor złoty, 25Ga/0,5mm; długość całkowita 155 mm. W zestawie kasetka do sterylizacji, adapter do płukania, osłonka ochronna. Zamawiający dopuszcza rączkę o średnicy zarówno 6 mm jak i 8mm)	sztuka	1						

9.	Pęsetka witreoretinalna, prosta, karbowana, uchwyt tytanowy 8 mm, kolor niebieski, 25Ga / 0,5 mm; długość końcówki chwytnej 3,25mm, długość całkowita 155mm (dopuszczono długość całkowitą 152mm-156mm)	sztuka	2					
10.	Ostrza z mikroobróbkami zakrzywione, odpowiednie do cięcia i usuwania silikonowych lub akrylowych soczewek IOL długość cięcia 5mm;kończówka do przestawnej długości 9,5 mm ,długość całkowita 94 mm (dopuszczono długość całkowitą 92mm-95mm); narzędzie tytanowe, certyfikowane (Dopuszczono nożyczki do IOL typu STEINMETZ do cięcia i usuwania akrylowych i silikonowych soczewek IOL, górne ostrze ząbkowane, dolna ramię nożyc z zagłębieniem; długość cięcia 6,5 mm; długość ruchomych końcówek 10 mm; długość całkowita 92 mm; narzędzie ze stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową.)	sztuka	1					
11.	Kaseta do sterylizacji narzędzi z silikonowym wkładem typu język, rozmiar: 15-15,5cm x 25-25,5cm x 1,9-2,2cm.	sztuka	10					
RAZEM						XXX		XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Uwagi:

W rubryce "Producent" dopuszcza się wpisanie producenta lub podmiotu odpowiedzialnego

W rubryce "Numer katalogowy" - brak podania numeru katalogowego nie skutkuje odrzuceniem oferty.

.....
Data, podpis, pieczęć

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, 40-514 Katowice, ul. Ceglana 35

DZP/381/31A/2018 Dostawa narzędzi medycznych

Część 4: Narzędzia chirurgiczne stosowane do zabiegów w chirurgii onkologicznej

Narzędzia wykonane ze stali nierdzewnej nie podlegającej korozji.

Narzędzia wytrzymałe na działanie wysokich i niskich temperatur.

L.p	Opis przedmiotu zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto (ilość x cena jedn. netto)	VAT (%)	Wartość brutto (wartość netto + VAT)	Producent	Numer katalogowy (jeśli istnieje)
1.	Nożyczki preparacyjne typ Metzenbaum zagięte ,dł. 200 mm, końce tępo- tępe	sztuka	8						
2.	Hak typu Richardson-Eastman,dł.270mm- 280mm (komplet)	sztuka	1						
3.	Pinceta anatomiczna prosta izolowana długość 200mm (8") - 210mm	sztuka	2						
4.	Pinceta anatomiczna prosta izolowana długość 240mm- 250mm	sztuka	1						
RAZEM						XXX		XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX

Uwagi:

W rubryce "Producent" dopuszcza się wpisanie producenta lub podmiotu odpowiedzialnego

W rubryce "Numer katalogowy" - brak podania numeru katalogowego nie skutkuje odrzuceniem oferty.

.....
Data, podpis, pieczęć

Zmodyfikowany załącznik nr 4 - formularz asortymentowo-cenowy

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, 40-514 Katowice, ul. Ceglana 35

DZP/381/31A/2018 Dostawa narzędzi medycznych**Część 5: Narzędzia do zabiegów okulistycznych**

Narzędzia wykonane ze stali nierdzewnej nie podlegającej korozji.

Narzędzia wytrzymałe na działanie wysokich i niskich temperatur.

L.p	Opis przedmiotu zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto (ilość x cena jedn. netto)	VAT (%)	Wartość brutto (wartość netto + VAT)	Producent	Numer katalogowy (jeśli istnieje)
1.	Pęseta gradówkowa typu DESMARRES (blefarostat) 19,8-20 mm	sztuka	4						
RAZEM						XXX		XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX

Uwagi:


W rubryce "Producent" dopuszcza się wpisanie producenta lub podmiotu odpowiedzialnego

W rubryce "Numer katalogowy" - brak podania numeru katalogowego nie skutkuje odrzuceniem oferty.

.....
Data, podpis, pieczęć



Tränenkanalsonden und -dilatoren
Lacrimal Probes and Dilators
Sondas exploradoras y dilatadoras para canal lagrimal
Sondes exploratrices et dilateurs pour le canal lacrymal
Sonde esploratrici e dilatatori per canale lacrimale



60.34.81 # 1
60.34.82 # 2
60.34.83 # 3

60.34.80

Satz komplett Fig. 1-3
Set complete fig. 1-3
Juego completo fig. 1-3
Jeu complet fig. 1-3
Serie completo fig. 1-3

11 cm – 4 $\frac{3}{8}$ "
Wilder



60.34.85
13 cm – 5 $\frac{1}{8}$ "
Castroviejo



60.34.88
11 cm – 4 $\frac{3}{8}$ "
Ziegler

Tränenkanaldilatoren
Lacrimal dilators
Dilatadores para canal lagrimal
Dilateurs pour le canal lacrymal
Dilatatori per canale lacrimale


Tränenkanalsonde
Lacrimal probe
Sonda exploradora para canal lagrimal
Sonde exploratrice pour le canal lacrymal
Sonda esploratrice per canale lacrimale



Pigtailsonde
Pigtail probe
Sonda pigtail
Sonde spiralée
Sonda a pigtail

60.34.90
16 cm – 6 $\frac{1}{4}$ "
Worst

Trabekularsonden
Trabecular probes
Sondas trabeculares
Sondes trabéculaires
Sonde trabecolari




60.34.93
5 cm – 2"
Harms

60.34.92
5 cm – 2"
Harms

Lidsperer
Eye Specula
Blefarostatos
Bléfarostats
Blefarostati



links
left
izquierda
gauche
sinistra



60.02.51
7 cm – 2¾"
Arruga

rechts
right
derecha
droite
destra



60.02.50
7 cm – 2¾"
Arruga



146



60.02.53
8 cm – 3⅛"
Lieberman



60.02.54
8 cm – 3⅛"
Lieberman



60.03.05
7 cm – 2¾"
Müller

Tränensack-Wundspreizer
Lacrimal sac retractor
Separador para saco lagrimal
Ecarteur à sac lacrymal
Divaricatore per sacco lacrimale

Mikro Nadelhalter
Micro Needle Holders
Micro porta-agujas
Micro porte-aiguilles
Micro portaghi



12.12.40



12.12.41

12 cm – 4¾"
micro 2000



12.12.42



12.12.43

mit Sperre
 with catch
 con cremallera
 avec crémaillère
 con cremagliera

12 cm – 4¾"
micro 2000



12.15.30



12.15.31

15 cm – 6"
micro 2000



12.15.32



12.15.33

mit Sperre
 with catch
 con cremallera
 avec crémaillère
 con cremagliera

15 cm – 6"
micro 2000



12.15.50



12.15.51


16 cm – 6¼"
Yasargil



Muskelpinzetten, Muskelklemme, Chalazionpinzetten
Muscle Forceps, Muscle Clamp, Chalazion Forceps
Pinzas musculares, Pinza sujetadora de músculos, Pinzas para chalazión
Pinces musculaires, Clamp musculaire, Pinces à chalazion
Pinze muscolari, Serramuscolo, Pinze per calazio




10 cm – 4"
Berke



60.54.85
20 mm

Muskelpinzetten
Muscle forceps
Pinzas musculares
Pinces musculaires
Pinze muscolari



60.54.86
27 mm



60.54.95
10 cm – 4"
Berens

Muskelklemme
Muscle clamp
Pinza sujetadora de músculos
Clamp musculaire
Serramuscolo



60.55.01 20 mm
60.55.02 25 mm
60.55.03 30 mm
9 cm – 3½"
Desmarres



60.55.09
9 cm – 3½"
Lordan



60.55.15
9 cm – 3½"
Ayer



60.55.16
9 cm – 3½"
Ayer




60.55.21
9 cm – 3½"
Lambert

Chalazionpinzetten
Chalazion forceps
Pinzas para chalazión
Pinces à chalazion
Pinze per calazio




**Irisscheren, Mikro Scheren, Sehnen- und Fadenscheren
Iris Scissors, Micro Scissors, Tenotomy and Stitch Scissors
Tijeras para iridectomía, Micro tijeras, Tijeras para tendones y ligaduras
Ciseaux à iridectomie, Micro ciseaux, Ciseaux à tendons et à ligatures
Forbici per iridectomia, Micro forbici, Forbici per tendini e legature**



60.75.31
11 cm – 4 $\frac{3}{8}$ "
Castroviejo



9 cm – 3 $\frac{1}{2}$ "
Mod. Bonn



60.73.92 60.73.94




9 cm – 3 $\frac{1}{2}$ "
Mod. Bonn



60.73.93 60.73.95

Irisscheren
Iris scissors
Tijeras para iridectomía
Ciseaux à iridectomie
Forbici per iridectomia




60.74.01 60.74.03


stumpf
blunt
roma
mousse
smussa

spitz
sharp
aguda
pointue
acuta


9,5 cm – 3 $\frac{3}{4}$ "
McPherson



11,5 cm – 4 $\frac{1}{2}$ "
Westcott




60.74.02 60.74.04



60.74.08
11,5 cm – 4 $\frac{1}{2}$ "
Fine

Mikro Scheren
Micro scissors
Micro tijeras
Micro ciseaux
Micro forbici

Sehnen- und Fadenscheren
Tenotomy and stitch scissors
Tijeras para tendones y ligaduras
Ciseaux à tendons et à ligatures
Forbici per tendini e legature





**Pinzetten
Forceps
Pinzas
Pinces
Pinze**



Keratoplastikpinzette
Keratoplasty forceps
Pinza para keratoplastia
Pince pour k ratoplastie
Pinza per cheratoplastica

60.52.77
7,5 cm - 3"
Polack



Kapsulorhexispinzette
Capsulorhexis forceps
Pinza capsulorhexis
Pince capsulorhexis
Pinza capsulorhexis

60.52.79
10 cm - 4"
Utrata



Linseneinsetzpinzette
Lens inserting forceps
Pinza para posicionar cristalino
Pince   insertion de cristallins
Pinza per posizionare il cristallino

60.52.83
10 cm - 4"
McDonald



Titan
Titanium
Titanio
Titane
Titanio


Linsenvorfaltpinzette
Lens folding forceps
Pinza para doblar cristalino
Pince   plie
Pinza per piegare cristallino

60.52.82
12 cm - 4 3/4"
Nordan






Linsenpositionshäkchen, Schielhaken
Lens positioning Hooks, Strabismus Hooks
Ganchos para posicionar cristalino, Ganchos para estrabismo
Crochets manipulateurs à cristallin, Crochets à strabisme
Uncini per posizionare cristallino, Uncinetti per strabismo



Linsenpositionshäkchen
 Lens positioning hooks
 Ganchos para posicionar cristalino
 Crochets manipulateurs à cristallin
 Uncini per posizionare cristallino




Schielhaken
 Strabismus hooks
 Ganchos para estrabismo
 Crochets à strabisme
 Uncinetti per strabismo

14 cm – 5 1/2"
Graefe

Irishäkchen, Linsenkernelhaken
Iris Hooks, Nucleus Hooks
Ganchitos para iris, Ganchitos para núcleo cristalino
Crochets à iris, Crochets de noyau
Uncinetti per l'iride, Uncinetti per nucleo cristallino




60



60.22.02

60.22.03

12,5 cm – 5"
Tyrell



60.22.06
12,5 cm – 5"
Mod. Bonn



60.22.08
12,5 cm – 5"
Hirschmann


Irishäkchen
Iris hooks
Ganchitos para iris
Crochets à iris
Uncinetti per l'iride



Titan
Titanium
Titanio
Titane
Titanio

Linsenkernelrotierer
Nucleus rotation hook
Separador rotativo para núcleo cristalino
Crochet rotatif pour noyau
Uncino per rotazione di nucleo cristallino


60.22.11
12,5 cm – 5"
Bechert



60.22.13
10,5 cm – 4 1/8"
Neuhann

Linsenkernelspalter
Nucleus dividing instrument
Instrumento para separar núcleo cristalino
Diviseur de noyau
Strumento per separazione del nucleo cristallino


**Phakospatel, Keratoplastiksiebspatel, Zyklodialysespatel
Phaco Spatula, Keratoplasty Sieve Spatula, Cyclodialysis Spatulas
Espátula para faco, Espátula para queratoplástia, Espátulas para ciclodíálisis
Spatule à phaco, Spatule à k ratoplastie, Spatules pour cyclodialyse
Spatola per faco, Spatola per cheratoplastica, Spatole per ciclodialisi**



0,6 x 12 mm


Phakospatel
Phaco spatula
Esp tula para faco
Spatule   phaco
Spatola per faco

60.32.62
12 cm – 5 3/4" **Mod. Dortmund**




Keratoplastiksiebspatel
Keratoplasty sieve spatula
Esp tula para queratopl stia
Spatule   k ratoplastie
Spatola per cheratoplastica

60.32.64
13,5 cm – 5 3/8" **Barraquer**



10 mm

60.32.70
13,5 cm – 5 3/8" **Elschnig**



10 mm

60.32.74
14 cm – 5 1/2" **Castroviejo**

Zyklodialysespatel
Cyclodialysis spatulas
Esp tulas para ciclod  lisis
Spatules   cyclodialyse
Spatole per ciclodialisi




13,5 cm – 5 3/8" **Bangerter**



60.32.77
6 mm



60.32.78
10 mm



60.32.79
12 mm



Mikro Nadelhalter
Micro Needle Holders
Micro porta-agujas
Micro porte-aiguilles
Micro portaghi



11.74.13
 11,5 cm – 4½"

11.74.23
 14 cm – 5½"

Barraquer



11.74.15
 11,5 cm – 4½"

11.74.25
 14 cm – 5½"

mit Sperre
 with catch
 con cremallera
 avec crémaillère
 con cremagliera

Barraquer



11.80.68
 18,5 cm – 7¼"

11.80.71
 21 cm – 8¼"

Jacobson "HM"



11.82.68
 18,5 cm – 7¼"

11.82.71
 21 cm – 8¼"

mit Sperre
 with catch
 con cremallera
 avec crémaillère
 con cremagliera

Jacobson "HM"



11.82.18
 18,5 cm – 7¼"

11.82.21
 21 cm – 8¼"

mit Sperre
 with catch
 con cremallera
 avec crémaillère
 con cremagliera

Jacobson



11.84.68

11.85.68

F

18 cm – 7⅞"
Jacobson "HM"



11.86.68

11.87.68


mit Sperre
 with catch
 con cremallera
 avec crémaillère
 con cremagliera

F

18 cm – 7⅞"
Jacobson "HM"




**Irispinzetten
Iris Forceps
Pinzas para iridectomía
Pinces à iridectomie
Pinze per iridectomia**




60.44.12 60.44.13

8,5 cm – 3 3/8"
Mod. Tübingen




60.44.54 60.44.64

7 cm – 2 3/4"
Barraquer-Colibri




60.45.23 60.45.28

8,5 cm – 3 3/8"
McPherson




60.45.33 60.45.38


8,5 cm – 3 3/8"
McPherson



60.45.63
8 cm – 3 1/8"
Pierse



60.45.68
8 cm – 3 1/8"
Pierse



60.45.78
7,5 cm – 3"
Pierse-Colibri