



DZP.381.42A.2021

Katowice 27.08.2021 r.

Kierownik Działu
Zamówień
Publicznych

Karina Madej
ul. Ceglana 35
40-514 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 358 14 60
tel.: (32) 358 12 00
fax: (32) 251 84 37
sekretariat@ucc.katowice.pl

SZANOWNI WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego p.n.: **Dostawa systemu stereotaktycznego - DZP.381.42A.2021**

Informujemy, że w trakcie w/w postępowania do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

Pytanie nr 1:

Czy w celu poprawy konkurencyjności Zamawiający wydzieli pkt 20-24 Stacja Planowania do oddzielnego pakietu i dopuści n/w rozwiązanie :

Stacja planowania z wysoko wydajnym komputerem (min. Procesor: 4-rdzeniowy pamięć: min. 8GB RAM pamięć masowa: min. 1 TB nagrywarka DVD Zasilanie 230V) z monitorem dotykowym obsługiwanym również przez klawiaturę i mysz.

Ekran o przekątnej 27" rozdzielczość min. Quad HD.

Pakiet oprogramowania do obsługi dostępnych ram stereotaktycznych(planowania procedur biopsyjnych i funkcjonalnych)

Pełna kompatybilność planowania procedur z zakresem ustawień ram – koordynanty pozytywne i negatywne w tym :

- Rama stereotaktyczna Leksell z lokalizatorami Leksell CT i Leksell MRI
- Rama stereotaktyczna Integra CRW® z lokalizatorami Luminant, UCLF i BRW (CRW jest znakiem towarowym firmy Integra Burlington MA, Inc.)
- Rama stereotaktyczna Fischer/Inomed RM, konfiguracja zamkniętego pierścienia, z lokalizatorami Rev A, Rev R i Rev U
- Rama stereotaktyczna Fischer/Inomed ZD, konfiguracja zamkniętego pierścienia, z lokalizatorami Rev A, Rev R i Rev U

Oprogramowanie - parametry min.: akwizycja badań TK i RM z płyty CD i sieci komputerowej szpitala, automatyczna fuzja obrazów TK/RM, wizualizacja 3D łuku stereotaktycznego wraz z planowanymi trajektoriami

Pakiet oprogramowania DTI służący do traktografii istoty białej

Odpowiedź:

Zamawiający nie wydzieli punktów 20-24 do osobnego pakietu.

Pytanie nr 2: Czy dla wymogu określonego w pkt 22. Bezpieczeństwo danych pacjentów: wymagany sprzętowy klucz USB (token) do autoryzowanego użycia oprogramowania i dostępu do bazy danych Zamawiający dopuści również zabezpieczenie autoryzowanego użycia poprzez hasło dostępowe?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w związku z czym zmienia załącznik nr 6 do SWZ (zestawienie parametrów technicznych) zgodnie z załączoną do niniejszych odpowiedzi modyfikacją w/w załącznika.

Pytanie nr 3: dot. załącznika nr 6

Czy Zamawiający wymaga oferowanie ramy stereotaktycznej posiadającej wszystkie aktualne certyfikaty dopuszczające do obrotu na terenie Unii Europejskiej?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami specyfikacji warunków zamówienia – w szczególności §2 ust. 1 i 2 wzoru umowy (załącznik nr 5 do SWZ).



Pytanie nr 4: dot. załącznika nr 6 poz. 15,16

Czy Zamawiający w pozycjach 15 i 16 „Lokalizator do przestrzennego lokalizowania celów na podstawie obrazowania TK oraz MR w płaszczyźnie osiowej, kompatybilny z pierścieniem opisanym w pozycji 4 – min. 1szt.” miał na myśli pierścienie z poz. 4 oraz z poz. 6?

Uzasadnienie:

Każdy dostawca ma własne rozwiązanie, geometria pierścieni może się różnić. Dlatego zwracamy się z prośbą o poprawienie omyłki pisarskiej i przyporządkowanie po jednym lokalizatorze (poz. 15 i 16) do wymaganych pierścieni opisanych w poz. 4 oraz poz. 6.

Odpowiedź:

Zamawiający niniejszym poprawia omyłkę w poz. 16 w związku z czym zmienia załącznik nr 6 do SWZ (zestawienie parametrów technicznych) zgodnie z załączoną do niniejszych odpowiedzi modyfikacją w/w załącznika.

UWAGA

Zamawiający niniejszym modyfikuje wzór umowy dodając w §2 ustęp 10 o następującym brzmieniu:

„10. Wykonawca zobowiązuje się w dniu zawarcia niniejszej umowy zawrzeć umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych na warunkach wskazanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ. W przypadku gdy obsługę serwisową świadczyć będzie inny podmiot Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek spowodowania, że podmiot ten zawrze z Zamawiającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 7 do SWZ) w terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym.”

Zamawiający niniejszym przesuwą termin składania ofert:

**z 03.09.2021 r. godz. 10⁰⁰ na 07.09.2021 r. godz. 10⁰⁰
oraz przesuwą termin otwarcia ofert**

z 03.09.2021 r. godz. 10³⁰ na 07.09.2021 r. godz. 10³⁰

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Karina Madej
mgr Karina Madej
Kierownik Działu Zamówień Publicznych