



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE
IM. PROF. K. GIBIŃSKIEGO
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach

DZP/381/92A/2020

Katowice /11.12.2020

Kierownik Działu
Zamówień
Publicznych

mgr Karina Madej
ul. Ceglana 35
40-514 Katowice
SEKRETARIAT
tel.: (32) 358 14 60
tel.: (32) 358 12 00
fax: (32) 251 84 37
sekretariat@uck.katowice.pl

SZANOWNI WYKONAWCY

Odpowiedzi na pytania, modyfikacja, zmiana terminu składania i otwarcia

Dotyczy postępowania p.n.: „Dostawa tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń (I)” – DZP/381/92A/2020.

Informujemy, że w trakcie w/w przetargu do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie:

Pytanie 1:

Zamawiający w odpowiedzi na pytania wprowadził dodatkowy parametr III.IV:

4.	Minimalny czas pełnego skanu (obrotu układu(ów) lampa detektor 3600) [s]	$\leq 0,35$ s	TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ	0,30-0,35 s – 0 pkt <0,30s – 5 pkt
----	--	---------------	---	---------------------------------------

Tak sformułowany parametr uniemożliwia nam złożenie oferty na jakikolwiek system koncernu xxxxxx.

Prosimy o dopuszczenie do postępowania aparatu posiadającego minimalny czas pełnego skanu (obrotu układu lampa detektor) 0,5 s dla techniki dwuenergetycznej.

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza do postępowania aparat posiadający minimalny czas pełnego skanu (obrotu układu(ów) lampa detektor 360⁰) [s]) 0,5 s dla techniki dwuenergetycznej.

W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje załącznik 4 – ZPT oraz załącznik 5 - WYKAZ, który otrzymuje następujące brzmienie:

Załącznik 4

4.	Minimalny czas pełnego skanu (obrotu układu(ów) lampa detektor 360 ⁰) [s]	$\leq 0,50$ s	TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ	0,30-0,50 s – 0 pkt <0,30s – 5 pkt
----	---	---------------	---	---------------------------------------

Załącznik 5

4.	Minimalny czas pełnego skanu (obrotu układu(ów) lampa detektor 360 ⁰) [s]	$\leq 0,50$ s	 podać	0,30-0,50 s – 0 pkt <0,30s – 5 pkt
----	---	---------------	-----------------------	---------------------------------------

W załączeniu zmodyfikowany załącznik 4 – ZPT oraz załącznik 5 – WYKAZ.

UWAGA

**Zamawiający przedłuża termin składania ofert:
z 15.12.2020 r. godz. 10⁰⁰ na 29.12.2020 r. godz. 10⁰⁰
oraz przesunął termin otwarcia ofert
z 15.12.2020 r. godz. 10³⁰ na 29.12.2020 r. godz. 10³⁰**

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż przekazał Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej – Sprostowanie – Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji:

- a) Zamawiający przesunął termin składania i otwarcia ofert zgodnie z informacją w uwadze powyżej.

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gbirskego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

mgr Karina Madej
Kierownik Działu Zamówień Publicznych