

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ŁÓŻECZKO PODGRZEWANE, TZW. CIEPŁE GNIAZDKO - pakiet nr 2

PO MODYFIKACJI

Lp.	Opis parametru, funkcje	Parametry wymagane
1.	Aparat fabrycznie nowy – rok produkcji 2023r.	TAK
2.	Okres gwarancji minimum 24 miesiące	TAK
3.	Urządzenie przystosowane do ogrzewania noworodków	TAK
4.	Zestaw materacyk wraz z jednostką sterującą połączone przewodem	TAK
5.	System niewymagający stosowania elementów jednorazowego użytku	TAK
6.	Wbudowany czujnik temperatury z zabezpieczeniem przed przegrzaniem	TAK
7.	Jednostka sterująca o wadze do max 5 kg przystosowana do pracy z minimum jednym materacykiem	TAK
8.	Jednostka sterująca z możliwością przymocowania do poziomej rurki/poziomego elementu łóżeczka	TAK
9.	Zapisywanie ustawień użytkownika	TAK
10.	Alarmy dźwiękowe i wizualne oraz informacja o błędach w formie komunikatów na wyświetlaczu LCD w j. polskim	TAK
11.	Materacyk grzewczy przezierny dla promieni RTG o długości max 62cm, szerokości max 35cm i wysokości min. 1cm	TAK
12.	Zakres temperatury w granicy od 34-40°C 30°C do 40°C z regulacją max co 1°C	TAK
13.	Zadana temperatura widoczna na wyświetlaczu	TAK
14.	Zasilanie 230V, max 75W 90W	TAK
15.	Materacyk z warstwą przeciwdrobnoustrojową	TAK
16.	Równomierne ogrzewanie całej powierzchni na styku skóra pacjenta/materacyk, utrzymywanie zadanej temperatury podczas ciągłej, długotrwałej pracy	TAK
17.	Zewnętrzne pokrycie bezłateksowe o gładkiej strukturze zapobiegającej wnikaniu płynów wewnątrz materaca, umożliwiające łatwą dezynfekcję	TAK
18.	Pokrowiec „ciepłe gniazdko” przeznaczony do prania min. 1szt na jeden aparat	TAK