



DZP/381/56A/2017

Katowice / 20.06.2017

Do wszystkich Wykonawców

**Kierownik Działu
Zamówień
Publicznych**

mgr Andrzej Rechowicz

ul. Ceglana 35
40-514 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 358 14 60
tel.: (32) 358 12 00
fax: (32) 251 84 37
sekretariat@uck.katowice.pl

Dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników laboratoryjnych wraz z najmem analizatorów

PYTANIE 1 : dotyczy części 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę , aby testy ACTH oraz hormon wzrostu były oznaczane w laboratorium zewnętrznym? Całkowity koszt wykonania tych oznaczeń zostałby skalkulowany w formularzu asortymentowo-cenowym w pozycji wartości netto.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający w części nr 2 wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

PYTANIE 2 : Czy Zamawiający dopuści analizatory, w których Oferent zagwarantuje rozwiązanie konstrukcyjne, które jest znacznie bardziej rozszerzone i uniwersalne niż wymagana przez Zamawiającego funkcjonalność „krzywa kalibracyjna zapisana w kodzie paskowym na opakowaniu odczynników„. W oferowanych analizatorach używa się zarówno automatycznego wczytywania wzorcowej krzywej kalibracji dla szerokiego panelu badań (która jest następnie uaktualniana poprzez kalibrację przy użyciu Master Kalibratorów) oraz dla równie szerokiego panelu badań standardowe punkty kalibracyjne, które są stałe, niezmiennie i zapisywane w trakcie instalacji testu. W tym wypadku nie ma konieczności wczytywania żadnej krzywej kalibracyjnej za każdym razem, gdy zmieni się nr serii odczynnika, czy też zakończy się data jego ważności wymagana jest jedynie rekalkulacja testu przy użyciu dostarczanego materiału kalibracyjnego?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania wyżej opisanego rozwiązania.

PYTANIE 3 : dotyczy części 2: Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie analizatorów, w których kalibracje testów są stabilne dłużej niż 2 tygodnie?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania analizatorów, w których kalibracje testów są stabilne dłużej niż 2 tygodnie.

PYTANIE 4 : dotyczy części 2: Czy Zamawiający zgodzi się, aby terminy ważności zaoferowanych odczynników i kontroli w dniu dostawy były nie krótsze niż 4 miesiące?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w części nr 2 odczynników i materiałów kontrolnych z terminem ważności nie krótszym niż 4 miesiące od dnia dostawy.

PYTANIE 5 : dotyczy części 2: Czy Zamawiający zezwoli na zaproponowanie analizatora, który sygnalizuje konieczność wykonania kalibracji, natomiast kontrole jakości użytkownik wykonuje wg własnego harmonogramu?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w części nr 2 analizatora, który sygnalizuje konieczność wykonania kalibracji, natomiast kontrole jakości użytkownik wykonuje wg własnego harmonogramu.

PYTANIE 6 : dotyczy części 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby menu było w języku angielskim z opcją pomocy/ tłumaczenia w języku polskim. Pomoc/ tłumaczenie w języku polskim dostępne przy każdej opcji lub komunikacie oprogramowania.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w części nr 2 analizatora w którym menu jest w języku angielskim z opcją pomocy/ tłumaczenia w języku polskim. Pomoc/ tłumaczenie w języku polskim dostępne przy każdej opcji lub komunikacie oprogramowania.

PYTANIE 7 : dotyczy części 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu dostawy analizatora z 7 na min. 21 dni od daty podpisania umowy?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany do zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

PYTANIE 8 : dotyczy części 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do umowy 30-dniowego terminu płatności dla wszystkich transakcji wynikających z umowy (dostawy odczynników i dzierżawa analizatorów – system finansowo-księgowy nie wykonawcy nie ma możliwości wprowadzenia dwóch różnych terminów płatności dla tego samego klienta)

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany do zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia.



PYTANIE 9 : dotyczy części 2: Dotyczy pkt. 17 par. 2 projektu umowy Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby Wykonawca dostarczył karty charakterystyk wraz z umową zamiast z pierwszą dostawą? Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie kart w postaci CD. Uzasadnienie: każda karta zawiera średnio 15 stron. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pobieranie aktualizacji kart ze strony internetowej wykonawcy?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wprowadza proponowanych zmian do zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

PYTANIE 10 : dotyczy części 2: Dotyczy zapisu zał. nr 4.2. formularza cenowego oraz pkt. 15 par. 2 projektu umowy Prosimy o usunięcie niniejszego punktu albowiem każdy oferent jest zobowiązany do sporządzenia oferty zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Każda sprzeczność o charakterze merytorycznym powoduje, że oferta jest sprzeczna z treścią SIWZ, a tym samym na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 powinna zostać odrzucona. Kwestionowany zapis powoduje, że często wykonawcy, którzy nierzetelnie sporządzają swoje oferty zaniżają ilości oferowanych wyrobów powołując się na tego rodzaju zapisy. Z uwagi na powyższe nasze żądanie jest uzasadnione.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wprowadza proponowanych zmian do zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

PYTANIE 11 : dotyczy części 2: Dotyczy pkt. 18 par. 2 projektu umowy Czy Zamawiający może określić minimalny próg wykorzystania asortymentu objętego umową?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający w Załączniku nr 7 zmienia treść w § 2 ust. 18 w następujący sposób: „Zamawiający ma prawo do składania zamówień na Wyroby medyczne bez ograniczeń co do zakresu i ilości, a także prawo do nie wykorzystania pełnego zakresu asortymentu objętego umową w przypadku zmniejszonego zapotrzebowania, pod warunkiem, że niezrealizowana wartość umowy nie będzie większa niż 30% wartości umowy”.

PYTANIE 12 : Dotyczy Formularz asortymentowo-cenowego Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie testów ACTH oraz GH w formie badań wykonywanych w laboratorium zewnętrznym. W podanej ofercie cenie uwzględniony zostanie koszt odebrania materiału od Zamawiającego, wykonanie badania oraz przekazanie wyniku. Pozwoli to nam złożyć ofertę i doprowadzi do możliwości konkurencji cenowej z korzyścią dla szpitala.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający w części nr 2 wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

PYTANIE 13 : Dotyczy Formularz asortymentowo-cenowego Prosimy o podanie, jakie badania i jaka ich ilość będzie wykonywana w każdej z dwóch lokalizacji.

ODPOWIEDŹ: W lokalizacji Ligota będzie wykonywane ok.70% badań, a w lokalizacji Ceglana ok.30% badań, przy czym w lokalizacji Ceglana będą wykonywane wszystkie badania wyszczególnione w Załączniku nr 4.2 do SIWZ za wyjątkiem: poz. 13 – Prokalcytonina, poz. 16 –SHGB, poz. 17 – Progesteron, poz.18 – fHCG oraz poz. 19 –BNP.

PYTANIE 14 : Dotyczy Formularz asortymentowo-cenowego Prosimy o podanie, czy wymieniona ilość testów zawiera już testy przeznaczone na wykonywanie kalibracji i kontroli, czy należy je doliczyć?

ODPOWIEDŹ: Tak, wymieniona ilość testów zawiera już testy przeznaczone na wykonywanie kalibracji i kontroli.

PYTANIE 15 : Dotyczy Formularz asortymentowo-cenowego Prosimy o podanie harmonogramu oznaczeń kontrolnych dla każdego testu dla każdej z lokalizacji.

ODPOWIEDŹ: Oznaczenia kontrolne dla każdego testu dla każdej lokalizacji będą wykonywane codziennie.

PYTANIE 16 : Dotyczy Formularz asortymentowo-cenowego Prosimy o zgodę na zaoferowanie testu HBsAg, dla którego kontrola nie jest zawarta w zestawie odczynnikowym i sprzedawana jest oddzielnie.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania testu HBsAg, dla którego kontrola nie jest zawarta w zestawie odczynnikowym i sprzedawana jest oddzielnie.

PYTANIE 17 : Dotyczy Formularz asortymentowo-cenowego Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dwa oferowane analizatory wykorzystywały różne odczynniki dla wykonania testu HBsAg? Skład chemiczny obydwu odczynników jest identyczny; parametry wykonania tego testu na obydwu analizatorach są bardzo zbliżone, jednak nie można ich wykorzystywać zamiennie na obu aparatach.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zaoferowania jednego rodzaju odczynnika dla wykonania testu HBsAg do obu analizatorów.

PYTANIE 18 : Dotyczy wymagań dla odczynników Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby krzywa kalibracyjna zapisana w kodach kreskowych umieszczona była wewnątrz opakowania z odczynnikami?



ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza aby krzywa kalibracyjna zapisana w kodach kreskowych umieszczona była wewnątrz opakowania z odczynnikiem.

PYTANIE 19 : Dotyczy wymagań dla odczynników Prosimy o zgodę na zaoferowanie odczynników, dla których trwałość kalibracji wynosi minimum 7 dni, zaś maksymalnie 42 dni, przy czym w analizatorze można zdefiniować krótszy od maksymalnego okres rekalkibracji (n. 2 tygodnie).

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza wyżej opisane rozwiązanie.

PYTANIE 20 : Dotyczy wymagań dla analizatorów, pkt. 2 Czy Zamawiający zaakceptuje analizator wykorzystujący jako metodę oznaczeń chemiluminescencję bezpośrednią?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania analizator wykorzystującego jako metodę oznaczeń chemiluminescencję bezpośrednią.

PYTANIE 21 : Dotyczy wymagań dla analizatorów, pkt. 16 Czy w pkt. 16 wymagań dla analizatorów Zamawiający zaakceptuje analizator, który monitoruje postęp wykonania testów z próbki i informuje użytkownika o planowanej godzinie uzyskania wyniku, oraz o napotkanych nieprawidłowościach w trakcie wykonywania testu?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza wyżej opisane rozwiązanie.

PYTANIE 22 : Dotyczy wymagań dla analizatorów, pkt. 21 Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie przez "czas uzyskiwania gotowości do pracy"? Czy obejmuje to wykonanie codziennej konserwacji oraz zaplanowanych kalibracji i kontroli, czy tylko rozruch po okresie bezczynności analizatora?

ODPOWIEDŹ: Czas uzyskiwania dziennej gotowości oznacza rozruch po okresie bezczynności analizatora.

PYTANIE 23 : Dotyczy wymagań dla analizatorów, pkt. 25 Czy Zamawiający wymaga zaoferowania stacji uzdatniania wody w przypadku analizatora, który do pracy i konserwacji zużywa wodę uzdatnioną, w ilości max. 2,5 litra na godzinę?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z pkt. 25 Załącznika nr 5.2 wymaga zaoferowania stacji uzdatniania wody, jeżeli jest to konieczne dla oferowanego analizatora.

PYTANIE 24 : Dotyczy wymagań dla analizatorów, pkt. 17 Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie przez zapis : „Możliwość indywidualnego oznaczania dowolnego hormonu bez zachowania kolejności numerycznej próbki badanej”?

ODPOWIEDŹ: W sytuacji, kiedy zaistnieje konieczność wcześniejszego oznaczenia hormonu w próbce, bez zachowania kolejności numerycznej, analizator ma możliwość jej wykonania przy użyciu portu cito.

PYTANIE 25 : Do Załącznika nr 4.2 Prosimy o zgodę na złożenie oferty na BNP lub NT-proBNP. Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego zarówno BNP jaki i NT-proBNP są klinicznie równocenne w diagnostyce kardiologicznej.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania odczynnika do badania BNP lub NT-proBNP.

PYTANIE 26 : Do Załącznika nr 4.2 Prosimy o uściślenie czy Zamawiający oczekuje złożenia oferty na parathormon intact 2 gen. czy 3 gen.?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający oczekuje złożenia oferty na parathormon intact 2 gen.

PYTANIE 27 : Do Załącznika nr 4.2 Ze względu na posiadanie w ofercie kilku rodzajów testów do oznaczania beta-HCG o różnych wskazaniach diagnostycznych prosimy o wyjaśnienie i uściślenie, czy Zamawiający zamierza stosować test beta-HCG wyłącznie jako test ciążowy, czy także jako marker chorób trofoblastu oraz nowotworów produkujących HCG?

ODPOWIEDŹ: Test β HCG będzie stosowany jako test ciążowy, a także jako marker chorób trofoblastu oraz nowotworów produkujących HCG.

PYTANIE 28 : Do Załącznika nr 4.2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby kontrola do testu HBsAg nie wchodziła w skład zestawu odczynnikowego i była dostarczana jako oddzielna pozycja ze swoim numerem katalogowym, podobnie jak do innych parametrów?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę na wyżej opisane rozwiązanie.

PYTANIE 29 : Do Załącznika nr 4.2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynników gdzie trwałość kalibracji zachowana jest dla całej serii odczynnika, a Użytkownik wykonuje jedynie okresową rekalkibrację odczynnika?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie odczynników gdzie trwałość kalibracji zachowana jest dla całej serii odczynnika, a Użytkownik wykonuje jedynie okresową rekalkibrację odczynnika.



PYTANIE 30 : Do Załącznika nr 4.2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby sporadycznie pojedyncze odczynniki i kontrole posiadały trwałość 3-9 miesięcy licząc od daty dostawy? Wynika to niekiedy z cyklu produkcyjnego Wytwórcy na który Oferent nie ma wpływu.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE 31 : Do Załącznika nr 4.2 Czy w celu uniknięcia błędów i incydentów medycznych Zamawiający oczekuje, aby oferowane odczynniki do oznaczania TSH, FT4, FT3 i a-TPO posiadały określone przez producenta odczynników specyficzne wartości referencyjne dla populacji dorosłych, dzieci, kobiet w ciąży w poszczególnych trymestrach oraz osób starszych, co pozwoli prawidłowo interpretować wyniki oznaczeń tych parametrów?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, aby oferowane odczynniki do oznaczania TSH, FT4, FT3 i a-TPO posiadały określone przez producenta odczynników specyficzne wartości referencyjne dla populacji dorosłych, dzieci, kobiet w ciąży w poszczególnych trymestrach oraz osób starszych, co pozwoli prawidłowo interpretować wyniki oznaczeń tych parametrów.

PYTANIE 32 : Do Załącznika nr 5.2 W celu prawidłowego obliczenia ilości materiałów zużywanych prosimy o szacunkowe określenia jaki % oznaczeń będzie wykonywany na analizatorze I (lokalizacja Medyków), a jaki % na analizatorze II (lokalizacja Ceglana)?

ODPOWIEDŹ: Patrz odpowiedź na pytanie nr 13.

PYTANIE 33 : Do Załącznika nr 5.2 Czy pod pojęciem "Chłodzenie odczynników na pokładzie analizatorów" Zamawiający rozumie taki system chłodzenia odczynników w stałej temperaturze który jest zgodny z wymogami producenta odczynników i który opisany jest w instrukcji obsługi, co gwarantuje stabilność odczynników zgodnie z rekomendacjami producenta?

ODPOWIEDŹ: Tak.

PYTANIE 34 : Do Załącznika nr 5.2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatorów gdzie możliwość dokładania odczynników odbywa się w trybie stand-by, z szybkim czasem przechodzenia do trybu pracy rutynowej - poniżej 5 minut?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania analizatorów gdzie możliwość dokładania odczynników odbywa się w trybie stand-by, z szybkim czasem przechodzenia do trybu pracy rutynowej - poniżej 5 minut.

PYTANIE 35 : Do Załącznika nr 5.2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowania analizatorów z prostym i intuicyjnym oprogramowaniem (menu) w języku angielskim, wraz z dostarczeniem pełnej i szczegółowej instrukcji obsługi analizatorów w języku polskim?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania wyżej opisanego rozwiązania.

PYTANIE 36 : Dot. Załącznik nr 7 do SIWZ Par. 2 ust. 15 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany do wzoru umowy.

PYTANIE 37 : Dot. Załącznik nr 7 do SIWZ Par. 3 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin dostawy analizatora wynosił 21 dni od daty podpisania umowy a termin ich instalacji 7 dni od daty dostarczenia?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany do wzoru umowy.

PYTANIE 38 : Dot. Załącznik nr 7 do SIWZ Par. 5 ust. 4 i par. 6 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany do wzoru umowy.

PYTANIE 39 : Dot. Załącznik nr 7 do SIWZ Par. 8 ust. 1 pkt a)-b) oraz d)-f) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „opóźnienie” na „zwłoka”?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany do wzoru umowy.

PYTANIE 40 : Dot. Załącznik nr 7 do SIWZ Par. 8 ust. 1 pkt c) Prosimy o modyfikację ww. postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dot. niezrealizowanej części umowy. Uzasadnienie: Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany do wzoru umowy.


PYTANIE 41 : Dot. Załącznik nr 7 do SIWZ Par. 8 Prosimy o dodanie zapisu o brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od ządania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.”

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany do wzoru umowy.



UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE
IM. PROF. K. GIBIŃSKIEGO
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach

PYTANIE 42 : Dot. Załącznik nr 7 do SIWZ Par. 10 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany do wzoru umowy.

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

mgr Andrzej Wójcik
Kierownik Działu Zamówień Publicznych