



DZP/381/69B/2018

Katowice 29.06.2018 r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego p.n.: **Dostawa aparatury okulistycznej diagnostycznej – DZP/381/69B/2018**

Informujemy, że w trakcie w/w przetargu do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający w części 3 pkt 3 dopuści oftalmoskop pośredni ze zintegrowanymi trzema rozmiarami plamek, dyfuzor, trzy filtry: filtry: niebieski, zielony, transparentny?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze **zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 na w/w część.**

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający w części 3 pkt 9 dopuści oftalmoskop pośredni wyposażony w dwa akumulatory, jeden zamontowany na czepcu a drugi w stacji ładującej?

Czas pracy na akumulatorze to 6h, a czas ładowania akumulatora to 1,5h co pozwala na ciągłą pracę przy wykorzystaniu dwóch akumulatorów. Dzięki zastosowaniu mniejszych lżejszych akumulatorów poprawia się komfort pracy użytkownika.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze **zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 na w/w część.**

Pytanie nr 3:


Czy Zamawiający w części 3 pkt 9 dopuści oftalmoskop pośredni z rozstawem źrenic regulowanym w zakresie 48 – 76 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze **zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 na w/w część.**

UWAGA

**Zamawiający przesuwą termin składania ofert:
z 04.07.2018 r. godz. 10⁰⁰ na 05.07.2018 r. godz. 10⁰⁰
oraz przesuwą termin otwarcia ofert
z 04.07.2018 r. godz. 10³⁰ na 05.07.2018 r. godz. 10³⁰**

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. Prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

mgr Andrzej Reuchnowicz
Kierownik Działu Zamówień Publicznych

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH**Część 3: Dostawa oftalmoskopu pośredniego****1 sztuka**

wymagane parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia

Producent, nazwa i typ: zgodnie z wypełnionym formularzem ofertowym.

Lp.	Parametr	Wartość wymagana	Wartość oferowana
1	Oftalmoskop pośredni do badania dna oka	Tak	TAK/NIE*
2	Obuoczny widok niezależnie od wielkości źrenic	Tak	TAK/NIE*
3	Zintegrowane trzy rozmiary plamek, dyfuzor, trzy filtry: żółty, zielony, niebieski (Zamawiający dopuszcza oftalmoskop pośredni ze zintegrowanymi trzema rozmiarami plamek, dyfuzor, trzy filtry: filtry: niebieski, zielony, transparentny)	Tak	TAK/NIE*
4	Oświetlenie w technologii LED	Tak	TAK/NIE*
5	Precyzyjna regulacja jasności	Tak	TAK/NIE*
6	Bateria akumulatorowa montowana na czepcu	Tak	TAK/NIE*
7	Wskaźnik LED informujący o poziomie naładowania akumulatora	Tak	TAK/NIE*
8	Ładowanie za pomocą transformatora ściennego	Tak	TAK/NIE*
9	Czas pracy akumulatora minimum 8 godz. (Zamawiający dopuszcza oftalmoskop pośredni wyposażony w dwa akumulatory, jeden zamontowany na czepcu a drugi w stacji ładującej. Czas pracy na akumulatorze to 6h, a czas ładowania akumulatora to 1,5h co pozwala na ciągłą pracę przy wykorzystaniu dwóch akumulatorów)	Tak	TAK/NIE*
10	Rozstaw źrenic regulowany w zakresie nie mniejszym niż 46 – 74 mm (Zamawiający dopuszcza oftalmoskop pośredni z rozstawem źrenic regulowanym w zakresie 48 – 76 mm)	Tak	TAK/NIE*
11	Możliwość regulacji wiązki w zakresie -4 do +4 stopnie	Tak	TAK/NIE*
12	Aparat fabrycznie nowy – rok produkcji 2018r.	Tak	TAK/NIE*
13	Instrukcja obsługi w języku polskim (drukowana) oraz instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim (elektroniczna)	Tak	TAK/NIE*

* niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć

UWAGI:

1. W kolumnie „Wartość oferowana” w pozycjach TAK/NIE* zaznaczanie odpowiedzi NIE oznacza niespełnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów.
 2. Do dostawy Wykonawca jest zobowiązany dołączyć wszystkie akcesoria potrzebne do sprawdzenia wszystkich wymaganych przez Zamawiającego funkcji
- Oświadczamy, iż zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia warunki opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz posiada parametry opisane w Zestawieniu Parametrów Technicznych
 - Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji.
 - Oświadczamy iż dostarczymy na swój koszt materiały potrzebne do sprawdzenia czy przedmiot zamówienia