



DZP/381/37B/2018

Katowice 30.04.2018 r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego p.n.: **Obsługa serwisowa aparatury anestezjologicznej – DZP/381/37B/2018**

Informujemy, że w trakcie w/w przetargu do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

Pytanie nr 1: SIWZ: Dotyczy zadania 1

Czy Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania autoryzacji producenta? Tylko autoryzowany serwis zapewni wykonanie usługi na najwyższym poziomie, zgodnie z aktualnymi zaleceniami producenta, co pozwoli na bezawaryjne funkcjonowanie urządzeń medycznych pomiędzy kolejnymi przeglądami technicznymi.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 2: SIWZ: Dotyczy zadania 1

Czy Zamawiający wymaga wykonania przeglądu zgodnie z wymogiem oraz dokładnie według aktualnych procedur wyznaczonych przez wytwórcę urządzenia wraz z wymianą wszystkich części wskazanych przez wytwórcę jako koniecznych do wymiany podczas właściwego dla danego, liczonego od daty instalacji, roku przeglądowego - zgodnie z wymienionymi poniżej?:

- Kontrolne testy zgodnie z zaleceniami producenta,
- Wymiana zestawu przeglądowego (2x 1-roczny zestaw, 1x 4-letni zestaw),
- Wymiana czujnika tlenu,
- Testy bezpieczeństwa prądowego zgodnie z normą EN 62353.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 3: SIWZ: Dotyczy zadania 1

Prosimy o możliwość modyfikacji formularza cenowego (załącznik nr 2) dla pakietu nr 1 – „Usługa w zakresie napraw i przeglądów technicznych aparatów Horus 4” poprzez wyróżnienie w wierszu poniżej ceny czujnika tlenu do respiratora Horus 4. Prośba jest podyktowana różnymi stawkami podatku VAT na akumulatory (8% VAT) oraz na czynność przeglądu technicznego (23% VAT).

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 4: SIWZ: Dotyczy zadania 1

W związku ze zbliżającym się długim weekendem majowym i wynikającymi z tego powodu trudnościami prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień przypadający po 9 maja?

Odpowiedź:

Zamawiający przesuwając termin składania i otwarcia ofert zgodnie z uwagą poniżej.


Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Agnieszka Rychlik
Kierownik Działu Zamówień Publicznych



UWAGA

**Zamawiający przesuwa termin składania ofert:
z 07.05.2018 r. godz. 10⁰⁰ na 09.05.2018 r. godz. 10⁰⁰
oraz przesuwa termin otwarcia ofert
z 07.05.2018 r. godz. 10³⁰ na 09.05.2018 r. godz. 10³⁰**

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

mgr Andrzej Kucharczyk
Kierownik Działu Zamówień Publicznych