



Katowice 24.04.2018r.

DZP/381/38B/2018

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego: Dostawa jednorazowych akcesoriów endoskopowych - DZP/381/38B/2018

Do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

Pytanie nr 1

Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet nr 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 1 pakietu 1 (załącznik 4.1. do siwz) igieł biopsyjnych do USG o wysokiej rozdzielczości o rozmiarze koszulki 4.8 i 7.95Fr i minimalnym kanałem roboczym endoskopu 2 i 3.7mm. Pozostałe parametry zgodnie z wymogami siwz.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 2

Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet nr 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 2 pakietu 1 (załącznik 4.1. do siwz) endoskopowych igieł ultrasonograficznych o minimalnym kanale roboczym endoskopu 2 i 2.8mm. Pozostałe parametry zgodnie z wymogami siwz.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 3

Pakiet nr 1, poz.1.

Czy Zamawiający w dopuści zaoferowanie igieł o średnicy 19, 22, 24, 25 Gauge.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4

Pakiet nr 1, poz.1.

Czy Zamawiający w dopuści zaoferowanie igieł w jednym rozmiarze koszulek 5,2 Fr.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.


Pytanie nr 5

Pakiet nr 1, poz.2.

Czy Zamawiający w dopuści zaoferowanie igieł w jednym rozmiarze koszulek 5,2 Fr.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Kierownik Działu Zamówień Publicznych