



DZP.381.05.EAT.2023

Katowice 12.06.2023r

Do wszystkich Wykonawców

Kierownik Działu  
Zamówień  
Publicznych

mgr Karina Madej

ul. Ceglana 35  
40-514 Katowice

SEKRETARIAT  
tel.: (32) 358 14 60  
tel.: (32) 358 12 00  
fax : (32) 251 84 37  
sekretariat@uck.katowice.pl

## Odpowiedzi na pytania 2

*Dot. postępowania w trybie zaproszenia do składania ofert  
„Dostawa 3 szt. Wideolaryngoskopów”*

### PYTANIE 1

Dotyczy punktu 2

Niewielka waga max. 3 kg

Czy Zamawiający dopuści wagę urządzenia 3,13 kg

#### ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza

### PYTANIE 2

Dotyczy punktu 12

Oznakowanie numeryczne głębokości włożenia tyżki

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez oznakowania numerycznego głębokości włożenie tyżki

#### ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza.

*W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż modyfikuje odpowiedź do pytania nr 3 z zestawu pytań nr 1 opublikowanych w dniu 12.06.2023:*

### PYTANIE 3

*Czy w pozycji 12 Zamawiający dopuści urządzenie bez oznakowania numerycznego głębokości włożenia tyżki?*

*Jest:*

#### ODPOWIEDZ

*Zamawiający nie dopuszcza.*

*Ma być:*

#### ODPOWIEDZ

*Zamawiający dopuszcza.*

Z. upoważnienia Dyrektora  
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego  
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach  
*Madej*  
mgr Karina Madej  
Kierownik Działu Zamówień Publicznych