

Część nr 3 - Stymulatory przeciwbólowe rdzenia

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Lp.	Nazwa/opis przedmiotu zamówienia	J.m.	Ilość	Nazwa/Producent	Nr katalogowy	Cena netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
1.	Generator nieładowny 16 kanałowy ze stymulacją Burst o pojemność baterii 5,3 Ah	szt	5						
2.	Generator nieładowny 16 kanałowy ze stymulacją Burst pojemność baterii 7,5Ah	szt	5						
3.	Elektroda 20 kontaktowa	szt	10						
4.	Programator pacjenta	szt	10						
5.	Łącznik	szt	20						
6.	Jałowa głowa do Stymulatora próbnego	szt	10						
	RAZEM:								

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU UMOWY

1. Generator nieładowny dwukanałowy o pojemności 5,3 Ahr oraz 7,5 Ahr

2. Generatory o stałym natężeniu prądu, który gwarantuje stały poziom stymulacji bez względu na zmiany oporów
3. Możliwość zastosowania stymulacji tonicznej oraz stymulacji BURST DR w jednym urządzeniu
4. Elektroda 20 kontaktowa – 5 kolumn, 4 rzędy
5. Możliwość wykonania badania MRI 1,5 T całego ciała
6. Długość łączników do wyboru 30 i 60 cm
7. System do stymulacji próbnej- bezprzewodowy
8. Programator pacjenta umożliwiający obsługę urządzenia bezprzewodowo za pomocą połączenia bluetooth, wyświetlający komunikaty w języku polskim
9. Możliwość bezprzewodowego wgrania aktualizacji oprogramowania do stymulatora bez konieczności ingerencji chirurgicznej
10. Wykonawca użyczy programator lekarski kompatybilny z zaoferowanymi implantami

.....
*Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania wykonawcy*