

Katowice 10.07.2017r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego: Dostawa przyrządów i akcesoriów endoskopowych - DZP/381/47A/2017 – modyfikacja SIWZ wraz z informacją o przesunięciu terminu składania ofert.

Do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie:

Pytanie nr 1.

Dotyczy pakietu nr 6 – Zapytanie dodatkowego pytania do udzielonej odpowiedzi z dnia 05.07.2017

W związku z udzieloną odpowiedzią z dnia 05.07.2017 na pytanie nr 3 do pakietu nr 6 w której Zamawiający doprecyzował iż oczekuje również szczypiec biopsyjnych pediatrycznych, w celu przygotowania poprawnej oferty, stwierdziliśmy konieczność zadania dodatkowego pytania. Czy Zamawiający dopuści szczypce pediatryczne o średnicy 1,8 mm i długości 160 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź:

Ze względu na omyłkę pisarską Zamawiającego w Pakiecie nr 6, następuje zmiana parametrów :

Szczypce dopasowane do kanałów biopsyjnych 2,0 mm o długości $\geq 160,00$ cm

Szczypce dostosowane do kanałów 2,8 mm oraz 3,2 mm o długości $\geq 240,00$ cm.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert:

Termin składania ofert upływa w dniu 20.07.2017r. godz. 10:00

Termin wniesienia wadium upływa w dniu 20.07.2017r. o godz. 10:00

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20.07.2017r. godz. 10:30.

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Diagnostyki i Leczenia
Specjalnego Uniwersyteckiego Centrum Diagnostyki i Leczenia
mgr Andrzej P. [signature]
Kierownik Działu Zamówień Publicznych