

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE
OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

STEROWNIK NOŻNY DO SSAKA ULTRADŹWIĘKOWEGO – DOPOSAŻENIE - PAKIET NR 2

Lp.	Opis parametru wymaganego, funkcje
1.	Aparat fabrycznie nowy – rok produkcji min. 2023r.
2.	Okres gwarancji minimum 24 miesiące.
3.	Sterownik nożny przewodowy
4.	Sterownik nożny z funkcją irygacji.
5.	Sterownik nożny pracujący w dwóch trybach: <ul style="list-style-type: none">• tryb standardowy – rękojeść działa na poziomie amplitudy ustawionej na ekranie dotykowym, niezależnie od nacisku na pedał.• proporcjonalnym/zmienny – rękojeść działa proporcjonalnie do nacisku na pedał, to znaczy im większy nacisk tym większa amplituda, z maksymalnym poziomem ustawionym na ekranie dotykowym.
6.	Kompatybilny z urządzeniem SONOPET IQ firmy Stryker