



PROTOKÓŁ PODSUMOWANIE DIALOGU TECHNICZNEGO

Dialog Techniczny w przedmiocie Zakup tomografu komputerowego 64 - rzędowego wraz z adaptacją pomieszczeń Szpitala na potrzeby Pracowni Tomografu Komputerowego został zakończony 19.09.2019.

W Dialogu Technicznym wzięli udział następujący Wykonawcy:

1. Philips Polska Sp. z o. o., Al. Jerozolimskie 195 B; 02-222 Warszawa
2. TMS Sp. z o. o. , ul. Wiertnicza 84; 02-952 Warszawa
3. GE Medical Systems Polska Sp. z o. o., ul. Wołoska 9; 02-583 Warszawa
4. Siemens Healthcare Sp. z o. o., ul. Żupnicza 11; 03-821 Warszawa
5. TIMKO Sp. z o.o ul. Kacza 8, 01-013 Warszawa
6. Bertz Medical Sp. z o.o. ul. Wybieg 8/2 , 61-315 Poznań

W trakcie spotkań przedstawiciele Wykonawców przeprowadzili prezentacje oferowanych tomografów komputerowych oraz dostarczyli materiały informacyjne i foldery handlowe. Komisja otrzymała w formie elektronicznej odpowiedzi na przesłane wcześniej zapytania dotyczące parametrów technicznych aparatu, rodzaju oprogramowania i rekonstrukcji oraz cen aparatu. Dwie firmy przedstawiły szacunkowy koszt prac budowlanych. Pozostałe firmy na tym etapie, bez szczegółowej wizji lokalnej, nie były w stanie określić kosztów prac budowlanych. Firma Bertz Medical nie jest dystrybutorem tomografów komputerowych jedynie wstrzykiwaczy kontrastu i przedstawiła ofertę jedynie w tym zakresie.

Po analizie otrzymanej dokumentacji Komisja sformułowała następujące wnioski:

- Zaoferowano aparaty 64 – rzędowe zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego , różniące się jednak metodami realizacji dwuenergetyczności.
- Wszystkie firmy są w stanie dostarczyć do TK stoły bariatryczne, które są punktowane przez NFZ.
- Ceny brutto zaoferowanych aparatów mieszczą się w zakresie od 2 999 160,00 zł (TMS) do 4 500 000,00 zł (Siemens, GE dwuenergetyczny)

Po analizie otrzymanej dokumentacji Komisja sformułowała następujące wnioski:

- W celu otrzymania szczegółowej wyceny kosztów adaptacji pomieszczeń na Pracownię TK niezbędne jest przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego, który będzie zawierał wszystkie wymagania Zamawiającego w zakresie instalacji, mediów , sieci komputerowej, prac budowlanych etc.
- Czas realizacji zadania od projektu do uruchomienia urządzenia : 3-5 miesięcy
- Przy zakupie tomografu komputerowego należy uwzględnić koszty adaptacji pomieszczeń ok. 900 000,00 zł- 1 000 000,00 zł (pomieszczenie po pracowni angiograficznej), adaptacja obecnej pracowni TK może być tańsza o ok. 20 -30 %.
- Z punktu widzenia przyszłych użytkowników wszystkie oferty spełniają podstawowe wymagania Zamawiającego w zakresie parametrów technicznych sprzętu natomiast aparat Revolution HD posiada najlepszą opcję dwuenergetyczną, która nie wymaga wykonania podwójnego skanu przy różnych napięciach.

- W przypadku wdrożenia postępowania na dostawę tomografu komputerowego z adaptacją pomieszczeń należało by wprowadzić w planie inwestycji 2020 pozycję związaną z adaptacją pomieszczenia na pracownię na kwotę ok. 1,0 mln zł.

Otrzymane od uczestników dialogu informacje i odpowiedzi na pytania będą wykorzystane do oszacowania kosztów dostawy oraz opracowania dokumentacji technicznej w postępowaniu przetargowym na Zakup tomografu komputerowego 64-rzędowego wraz z adaptacją pomieszczeń Szpitala na potrzeby Pracowni Tomografu Komputerowego.

Przewodniczący Komisji
**KIEROWNIK
ZAKŁADU RADIODIAGNOSTYKI
I RADIOLOGII ZABIEGOWEJ**
prof. dr hab. n. med. Jan Baron