



DZP/381/36A/2018

Katowice 18.05.2018r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego p.n.: **Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z najmem analizatorów – DZP/381/36A/2018**

Informujemy, że w trakcie w/w przetargu do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

Pytanie nr 1: Dotyczy Pakietu Nr 2 - pkt. 5 zestawienia parametrów technicznych oferowanego do najmu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 5 do SIWZ)

Czy z uwagi na fakt, że parametr PLCR jest parametrem wyrażającym wartość procentową dużych płytek, Zamawiający wyrazi zgodę, aby oferowane analizatory w zamian za PLCR flagowały obecność dużych płytek na wyniku pacjenta?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2: Dotyczy Pakietu Nr 2 - pkt. 14 zestawienia parametrów technicznych oferowanego do najmu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 5 do SIWZ)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby korekcja WBC na obecność NRBC odbywała się tylko w trybie CBC-Diff?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3: Dotyczy Pakietu Nr 2 - pkt. 35 zestawienia parametrów technicznych oferowanego do najmu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 5 do SIWZ)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby oprogramowanie w obu analizatorach było w języku angielskim a instrukcja obsługi w języku polskim

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w związku z czym zmienia załącznik nr 5 do SIWZ (zestawienie parametrów technicznych) zgodnie z dołączoną do niniejszych odpowiedzi modyfikacją załącznika w zakresie w/w pakietu.

Pytanie nr 4: Dotyczy Pakietu 7, pkt. 14 opisu parametrów, Załącznik nr 5 do SIWZ:

Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek zaoferowanie analizatora z opcją wprowadzania wyników oceny mikroskopowej osadu moczu przy pomocy zestawu komputerowego sieci (zgodnie z warunkiem pkt. 19)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w związku z czym zmienia załącznik nr 5 do SIWZ (zestawienie parametrów technicznych) zgodnie z dołączoną do niniejszych odpowiedzi modyfikacją załącznika w zakresie w/w pakietu.

Pytanie nr 5: Dotyczy Pakietu 7, pkt. 16 i 19 opisu parametrów, Załącznik nr 5 do SIWZ:

Czy nie nastąpiła omyłka w opisie tego warunku z powoływaniem się na pkt. 17 który nie dotyczy tego opisu?

Prawidłowy punkt powinien brzmieć " Wraz z aparatem wykonawca dostarcza: czytnik kodów kreskowych, komputer (zgodnie z punktem 19 poniżej) z drukarka laserową (...)"

Odpowiedź:

Niniejszym Zamawiający poprawia omyłkę i zmienia załącznik nr 5 do SIWZ (zestawienie parametrów technicznych) zgodnie z dołączoną do niniejszych odpowiedzi modyfikacją załącznika w zakresie w/w pakietu.



Pytanie nr 6: Dotyczy Pakietu 6, Załącznik nr 5 do SIWZ, pkt. 10:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatorów, gdzie możliwość dokładania odczynników odbywa się w trybie stand-by, z szybkim czasem przechodzenia do trybu pracy rutynowej - poniżej 5 minut?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w związku z czym zmienia załącznik nr 5 do SIWZ (zestawienie parametrów technicznych) zgodnie z dołączoną do niniejszych odpowiedzi modyfikacją załącznika w zakresie w/w pakietu.

Pytanie nr 7: Dotyczy Pakietu 6, Załącznik nr 5 do SIWZ, pkt. 26:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowania analizatorów z prostym i intuicyjnym oprogramowaniem (menu) w języku angielskim, wraz z dostarczeniem pełnej i szczegółowej instrukcji obsługi analizatorów w języku polskim?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w związku z czym zmienia załącznik nr 5 do SIWZ (zestawienie parametrów technicznych) zgodnie z dołączoną do niniejszych odpowiedzi modyfikacją załącznika w zakresie w/w pakietu.

Pytanie nr 8: Dotyczy Pakietu 6, Załącznik nr 4 do SIWZ, poz.21

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby kontrola do HBsAg była konfekcjonowana oddzielnie, poza zestawem odczynnikowym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w związku z czym zmienia załącznik nr 4 do SIWZ (formularz asortymentowo-cenowy) zgodnie z dołączoną do niniejszych odpowiedzi modyfikacją załącznika w zakresie w/w pakietu.

Pytanie nr 9: Dotyczy Pakietu 6, Załącznik nr 4 do SIWZ

W celu prawidłowego oszacowania ilości materiałów zużywalnych prosimy o podanie jaki % oznaczeń będzie wykonywany na analizatorze I na ul. Medyków a jaki na analizatorze II na ul. Ceglanej?

Odpowiedź:

Na podstawie obecnie wykonywanych oznaczeń Zamawiający wskazuje obecny podział wykonywanych oznaczeń w %. Ze względu na specyfikę szpitala rzeczywisty podział może odbiegać od wskazanego poniżej.

Nazwa parametru	Lokalizacja I Ceglana 35	Lokalizacja II Ligota Medyków 15
Anty TPO	44,44%	55,56%
DHEA-s	48,00%	52,00%
Estradiol	32,50%	67,50%
FSH	30,00%	70,00%
LH	30,00%	70,00%
ACTH	100,00%	0,00%
Kortyzol	54,55%	45,45%



TSH	36,11%	63,89%
FT4	46,67%	53,33%
FT3	27,27%	72,73%
Hormon wzrostu	100,00%	0,00%
Prolaktyna	35,71%	64,29%
Prokalcytonina	9,09%	90,91%
Parathormon intact	69,70%	30,30%
Testosteron	0,00%	100,00%
SHGB	0,00%	100,00%
Progesteron	0,00%	100,00%
β HCG	0,00%	100,00%
BNP	0,00%	100,00%
Troponina I hs lub Troponina T hs	13,33%	86,67%
HbsAg (test jakościowy – kalibrator i materiał kontrolny w zestawie odczynników)	26,47%	73,53%
Anty HCV	8,00%	92,00%
CEA	28,57%	71,43%
AFP	16,67%	83,33%
Ca125	23,08%	76,92%
PSA Total	30,00%	70,00%
CA 19.9	30,77%	69,23%

Pytanie nr 10: Dotyczy Pakietu 6, Załącznik nr 4 do SIWZ

Czy w celu uniknięcia błędów i incydentów medycznych Zamawiający wymaga, aby oferowane odczynniki do oznaczania TSH, fT4, fT3 i a-TPO posiadały określone przez producenta odczynników specyficzne wartości referencyjne dla populacji dorosłych, dzieci, kobiet w ciąży w poszczególnych trymestrach oraz osób starszych, co pozwoli prawidłowo interpretować wyniki oznaczeń tych parametrów?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga w związku z czym zmienia załącznik nr 4 do SIWZ (formularz asortymentowo-cenowy) zgodnie z dołączoną do niniejszych odpowiedzi modyfikacją załącznika w zakresie w/w pakietu.

Pytanie nr 11: Dotyczy Pakietu 6, Załącznik nr 4 do SIWZ

Ze względu na posiadanie w ofercie kilku rodzajów testów do oznaczania beta-HCG o różnych wskazaniach diagnostycznych prosimy o wyjaśnienie i uściślenie, czy Zamawiający zamierza stosować



test beta-HCG wyłącznie jako test ciążowy, czy także jako marker chorób trofoblastu oraz nowotworów produkujących HCG?

Odpowiedź:

Zamawiający zamierza stosować test beta-HCG jako test ciążowy oraz jako marker chorób trofoblastu oraz nowotworów produkujących HCG w związku z czym zmienia załącznik nr 4 do SIWZ (formularz asortymentowo-cenowy) zgodnie z dołączoną do niniejszych odpowiedzi modyfikacją załącznika w zakresie w/w pakietu.

Pytanie nr 12: Dotyczy Pakietu 6, Załącznik nr 4 do SIWZ

Prosimy o zgodę na złożenie oferty na BNP lub NT-proBNP. Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego zarówno BNP jaki i NT-proBNP są klinicznie równocenne w diagnostyce kardiologicznej.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w związku z czym zmienia załącznik nr 4 do SIWZ (formularz asortymentowo-cenowy) zgodnie z dołączoną do niniejszych odpowiedzi modyfikacją załącznika w zakresie w/w pakietu.

Pytanie nr 13: Dotyczy Pakietu 6, Załącznik nr 4 do SIWZ

Prosimy o wyjaśnienie i uściślenie, czy Zamawiający wymaga, aby oferowany test wysokoczuły do oznaczania troponiny był zgodnym z obowiązującymi zaleceniami i wymogami Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego PTK oraz Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego ESC i umożliwiał zastosowanie szybkiego 1-godzinnego algorytmu diagnostyki zawału mięśnia sercowego? Pozwoli to Zamawiającemu na prowadzenie wiarygodnej i szybkiej diagnostyki kardiologicznej zgodnie z najnowszymi rekomendacjami.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga w związku z czym zmienia załącznik nr 4 do SIWZ (formularz asortymentowo-cenowy) zgodnie z dołączoną do niniejszych odpowiedzi modyfikacją załącznika w zakresie w/w pakietu.

Pytanie nr 14: Dotyczy Pakietu 6, Załącznik nr 4 do SIWZ

Prosimy o uściślenie czy Zamawiający oczekuje aby oferowany w poz. 12 odczynnik do oznaczania prolaktyny posiadał zwalidowaną metodykę i możliwość różnicowania obecności makroprolaktyny, co umożliwi wiarygodną interpretację wyników u pacjentów z makroprolaktynemią?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga w związku z czym zmienia załącznik nr 4 do SIWZ (formularz asortymentowo-cenowy) zgodnie z dołączoną do niniejszych odpowiedzi modyfikacją załącznika w zakresie w/w pakietu.

Pytanie nr 15: Dot. Załącznik nr 7 (a)

Par. 1 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie niniejszego postanowienia umowy poprzez wskazanie liczby osób, które mają zostać poddane szkoleniu, o którym mowa w niniejszym postanowieniu umowy?

Odpowiedź:

Niniejszym Zamawiający modyfikuje § 1 ust. 3 załącznika nr 7 (a) do SIWZ (wzór umowy), który przyjmuje następujące brzmienie:

„3. zobowiązuje się przeszkolić wskazanych przez Zamawiającego pracowników (**maksymalnie 10 osób**) z zakresu obsługi Urządzeń w stopniu umożliwiającym należyte wykonywanie badań oraz prawidłową eksploatację Urządzenia.”

Pytanie nr 16: Dot. Załącznik nr 7 (a) Par. 2 ust. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie słowa "natychmiastowego"?



Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę i niniejszym modyfikuje § 2 ust. 7 załącznika nr 7 (a) do SIWZ (wzór umowy), który przyjmuje następujące brzmienie:

„2. Wykonawca zobowiązuje się do potwierdzenia faxem lub e-mailem otrzymania każdego zamówienia. Potwierdzenia otrzymania zamówienia będą przesyłane faxem/e-mailem na numer/adres Zamawiającego wskazany w niniejszej umowie.”

Pytanie nr 17: Dot. Załącznik nr 7 (a) Par. 2 ust. 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu – „Zmniejszenie nie może przekraczać 20% całkowitej wartości umowy”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowany zapis, ale niniejszym modyfikuje § 2 ust. 18 załącznika nr 7 (a) do SIWZ (wzór umowy), który przyjmuje następujące brzmienie:

„18. Zamawiający ma prawo do składania zamówień na Wyroby medyczne bez ograniczeń co do zakresu i ilości, a także prawo do nie wykorzystania pełnego zakresu asortymentu objętego umową w przypadku zmniejszonego zapotrzebowania przy czym zmniejszenie nie może przekraczać 30% całkowitej wartości umowy”

Pytanie nr 18: Dot. Załącznik nr 7 (a) Par. 3 ust. 1 pkt 5, pkt 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin dostawy analizatora wynosił 21 dni od daty podpisania umowy a termin ich instalacji 7 dni od daty dostarczenia?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 19: Dot. Załącznik nr 7 (a) Par. 3 ust. 2 lit. a

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu ubezpieczenia aparatury określonego w niniejszym postanowieniu umowy?

Uzasadnienie:

Ubezpieczenie urządzenia leży w strefie autonomicznych uprawnień Wykonawcy jako właściciela przedmiotu dzierżawy, dlatego umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym nie powinna regulować tej kwestii.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 20: Dot. Załącznik nr 7 (a) Par. 4 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "48 godzin" na "72 godziny w dni robocze"?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowany zapis, ale niniejszym modyfikuje § 4 ust. 2 załącznika nr 7 (a) oraz 7 (b) do SIWZ (wzór umowy), który przyjmuje następujące brzmienie:

„2. Wymagany czas naprawy nie może przekroczyć 48 godzin w dni robocze od daty zgłoszenia przez Zamawiającego uszkodzenia.”

Jednocześnie Zamawiający zmienia załącznik nr 3 do umowy (WYMAGANE WARUNKI W ZAKRESIE NAJMOWANYCH APARATÓW I ICH OBSŁUGI SERWISOWEJ) w zakresie wszystkich pakietów zgodnie z dołączoną do niniejszych odpowiedzi modyfikacją załącznika w zakresie pakietu 1 – 7.

Pytanie nr 21: Dot. Załącznik nr 7 (a) Par. 4 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, by obowiązek wymiany dotyczył wyłącznie wadliwego elementu, a nie całego aparatu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowany zapis, ale niniejszym modyfikuje § 4 ust. 4 załącznika nr 7 (a) oraz 7 (b) do SIWZ (wzór umowy), który przyjmuje następujące brzmienie:



„4. W przypadku, gdy liczba napraw Urządzenia przekroczy 5 (pięć) (z wyjątkiem napraw uszkodzeń powstałych z wyłącznej winy Zamawiającego) Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego elementu Urządzenia, ale gdy usterka wystąpi ponownie dopuszcza się wymianę Urządzenia na inne spełniające w pełni wymogi określone w umowie.”

Pytanie nr 22: Dot. Załącznik nr 7 (a) Par. 5 ust. 4, Par. 6 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

Uzasadnienie:

Utrzymanie zapisu w obecnej postaci spowoduje, iż niemożliwe będzie dokładne określenie terminu płatności.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 23: Dot. Załącznik nr 7 (a) Par. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 24: Dot. Załącznik nr 7 (a) Par. 8 ust. 1 lit. a, b, d-f

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 25: Dot. Załącznik nr 7 (a) Par. 8 ust. 1 lit. c

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto za dany pakiet dot. niezrealizowanej części umowy.?

Uzasadnienie:

Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miało charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 26: Dot. Załącznik nr 7 (a) Par. 8 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie z zakupu interwencyjnego (wykonania zastępczego) wykluczało zastosowanie kar umownych?

Uzasadnienie:

Zamawiający przyznaje sobie prawo do sankcjonowania za to samo przewinienie dwa razy. Zastrzeżenie kary umownej ma cel odszkodowawczy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Kara umowna ma, więc na celu naprawienie szkody poniesionej przez Zamawiającego, ale nie może być nadmierna i nie może dążyć do przewyższenia poniesionej szkody. Poprzez dokonanie zakupu interwencyjnego następuje naprawienie szkody.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 27: Dot. Załącznik nr 7 (a) Par. 10 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?



Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 28: Dot. Pakiet nr 3 Odczynniki laboratoryjne do elektroforezy białek wraz z najmem analizatora :

Czy w Zamawiający dopuści pominięcie w wycenie komory do zagęszczania moczu w przypadku gdy system wymaga zastosowania moczu natywnego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w związku z czym zmienia załącznik nr 4 do SIWZ (formularz asortymentowo-cenowy) zgodnie z dołączoną do niniejszych odpowiedzi modyfikacją załącznika w zakresie w/w pakietu.

Pytanie nr 29: Dot. Pakiet nr 3 Odczynniki laboratoryjne do elektroforezy białek wraz z najmem analizatora:

Czy w Zamawiający dopuści pominięcie w wycenie odczynnika odbiałczający w przypadku gdy nie jest wymagany w metodzie?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w związku z czym zmienia załącznik nr 4 do SIWZ (formularz asortymentowo-cenowy) zgodnie z dołączoną do niniejszych odpowiedzi modyfikacją załącznika w zakresie w/w pakietu.

Pytanie nr 30: Dot. Pakiet nr 3 Odczynniki laboratoryjne do elektroforezy białek wraz z najmem analizatora :

Czy Zamawiający dopuści wykrywanie pasm oligoklonalnych w PMR wykonywanych metodą z użyciem metanolu (fiolkę chromogenu należy rozpuścić w metanolu)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 31: Dot. Pakiet nr 3 Odczynniki laboratoryjne do elektroforezy białek wraz z najmem analizatora :

Czy Zamawiający dopuści, aby informacje zawarte w liście roboczej nie zawierały danych demograficznych pacjenta (dane zawarte te będą w LIS i dedykowanym oprogramowaniu Platinum)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 32: Dot. Pakiet nr 3 Odczynniki laboratoryjne do elektroforezy białek wraz z najmem analizatora :

Czy Zamawiający przyzna 10 pkt pasmom oligoklonalnym w PMR wykonywanym metodą z immunoblotingiem z wykorzystaniem pojedynczych przeciwciał? Faworyzowania metody bez immunoblotingu lub z zastosowaniem dwóch przeciwciał naszym zdaniem nie ma podstaw merytorycznych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 33: Dot. Pakiet nr 3 Odczynniki laboratoryjne do elektroforezy białek wraz z najmem analizatora :

Czy Zamawiający przyzna 10 pkt Automatycznemu skanowaniu całej płytki przy użyciu skanera? Faworyzowania densytometru naszym zdaniem nie ma podstaw merytorycznych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie nr 34: Dot. Pakietu nr 1 Pytania do umowy (Załącznik nr 7 a): §4 ust. 2

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby czas naprawy wynosił 48 h w dni robocze?

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie 20 powyżej

Pytanie nr 35: Dot. Pakietu nr 1 Pytania do umowy (Załącznik nr 7 a):

§2 ust. 17 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie kart charakterystyki produktów na płycie CD?

Odpowiedź:

Zamawiający nie narzuca w jakiej formie Wykonawca ma złożyć karty SSD a zatem złożenie w formie wskazanej przez Wykonawcę jest dopuszczalne.

Pytanie nr 36: Dot. Pakietu nr 1 Pytania do umowy (Załącznik nr 7 a):

§8 ust. 1 d) - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do 30 zł. za każdy dzień opóźnienia?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 37: Dot. Pakietu nr 1 Pytania do umowy (Załącznik nr 7 a):

§8 ust. 1 e) - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do 30 zł. za każdy dzień opóźnienia?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 38: Dot. Pakietu nr 1 Pytania do umowy (Załącznik nr 7 a):

§8 ust. 1 f) - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do 15 zł. za każdy dzień opóźnienia?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 39: Dot. Pakietu nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozbudowanie tabeli ofertowej (załącznik nr 4) o dodatkową kolumnę zawierającą informację o ilości zaoferowanych opakowań odczynników i innych produktów oraz o przeliczenie wartości netto przedmiotu zamówienia poprzez iloraz ilości oferowanych opakowań i ceny jednostkowej netto opakowania, ponieważ jednostką miary jest opakowanie a nie test i tylko pełne opakowanie może być zaoferowane oraz zamawiane przez Zamawiającego?

Odpowiedź:

W zakresie części I tabeli: „I. Rodzaj badania” Zamawiający nie wyraża zgody, ponieważ odczynniki wskazane w części I mają być wycenione w oznaczeniach. W zakresie części II i III tabeli Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 40: Dot. Pakietu nr 1

Prosimy o potwierdzenie, że analizatory, które dopuszczają, jako materiał badany surowice, osocze, mocz i inne płyny o lepkości mieszczącej się w zakresie lepkości surowicy spełniają wymagania SIWZ. Prosimy też o potwierdzenie, że w przypadku testów, które Zamawiający będzie wykonywał w płynie z jam ciała dopuszcza się zaoferowanie odczynników, które nie posiadają w ulotce odczynnikowej informacji, że są przeznaczone do wykonywania oznaczeń w płynie z jam ciała.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w związku z czym zmienia załącznik nr 4 do SIWZ (formularz asortymentowo-cenowy) oraz nr 5 do SIWZ (zestawienie parametrów technicznych) zgodnie z dołączoną do niniejszych odpowiedzi modyfikacją załączników w zakresie w/w pakietu.



Pytanie nr 41: Dot. Pakietu nr 1

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie odczynników do oznaczania ASO, które w ulotce odczynnikowej zawierają informacje, że przeznaczone są do wykonywania oznaczeń jedynie w surowicy.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w związku z czym zmienia załącznik nr 4 do SIWZ (formularz asortymentowo-cenowy) zgodnie z dołączoną do niniejszych odpowiedzi modyfikacją załącznika w zakresie w/w pakietu.

Pytanie nr 42: Dot. Pakietu nr 1

Prosimy o podanie rozdziału badań między obie placówki. Informacja o tym, które parametry będą rutynowo wykonywane na obu analizatorach, a które jedynie na jednym jest niezbędna dla oszacowania prawidłowych ilości materiałów zużywalnych w ofercie.

Odpowiedź:

Na podstawie obecnie wykonywanych oznaczeń Zamawiający wskazuje obecny podział wykonywanych oznaczeń. Ze względu na specyfikę szpitala rzeczywisty podział może odbiegać od wskazanego poniżej.

L.p	Rodzaj badania	Lokalizacja I Ceglana 35	Lokalizacja II Ligota Medyków 14	Wymagana ilość oznaczeń na 24 miesięcy
1.	Białko całkowite (surowica, osocze, płyn z jam ciała)	5 000	31 000	36 000
2.	Bilirubina całkowita (surowica, osocze)	20 000	54 000	74 000
3.	Bilirubina Bezpośrednia		6 000	6 000
4.	AST (surowica, osocze)	20 000	58 000	78 000
5.	ALT (surowica, osocze)	21 000	62 500	83 500
6.	CK (surowica, osocze)	2 000	19 000	21 000
7.	CK-MB (surowica, osocze)	2 000	15 100	17 100
8.	Kreatynina (surowica, osocze)	32 000	81 000	113 000
9.	Wapń całkowity (surowica, osocze, mocz)	10 000	19 000	29 000
10.	Fosforany nieorganiczne (surowica, osocze, mocz)	3 500	6 500	10 000
11.	Cholesterol całkowity	5 000	25 000	30 000
12.	HDL-Cholesterol, metoda bezpośrednia (surowica, osocze)	2 000	18 000	20 000
13.	LDL-Cholesterol, metoda bezpośrednia (surowica, osocze)	2 000		2000
14.	Trójglicerydy (surowica, osocze)	5 000	25 000	30 000
15.	Amylaza (surowica, osocze, mocz)	2 000	22 000	24 000
16.	ASO – ilościowo (surowica, osocze)	3 000		3 000
17.	Białko (mocz, płyn mózgowo-rdzeniowy)	1 000	2 000	3 000
18.	C 3 (surowica, osocze)	3 000		3 000
19.	C 4 (surowica, osocze)	3 000		3 000
20.	IgG (surowica, osocze, płyn mózgowo-rdzeniowy)	2 500	1 500	4 000
21.	IgA (surowica, osocze)	2 000	1 000	3 000



22.	IgM (surowica, osocze)	2 000	1 000	3 000
23.	Żelazo (surowica, osocze)	2 000	5 000	7 000
24.	Fosfataza alkaliczna (surowica, osocze, płyn z jam ciała)	3 000	32 000	35 000
25.	Kwas moczowy (surowica, osocze, mocz)	3 000	14 000	17 000
26.	GGTP (surowica, osocze)	3 000	51 000	54 000
27.	Magnez (surowica, osocze)	4 000	17 000	21 000
28.	Mocznik/ BUN (surowica, osocze)	2 500	8 500	11 000
29.	Glukoza (surowica, osocze, mocz, płyn z jam ciała, płyn mózgowo-rdzeniowy)	38 000	100 000	138 000
30.	CRP – ilościowo (surowica, osocze)	9 000	78 000	87 000
31.	Albumina (surowica, osocze)	3 500	18 500	22 000
32.	LDH (surowica, osocze, płyn z jam ciała)	3 500	8 500	12 000
33.	UIBC		4 600	4 600
34.	Lipaza		16 500	16 500
35.	Transferyna		1 000	1 000
36.	Mleczany		2 200	2 200
37.	Łańcuchy Kappa		600	600
38.	Łańcuchy Lambda		600	600
39.	AAT		700	700
40.	Ceruloplazmina		1 500	1 500
41.	IgE	2 500	2 500	5 000
42.	ISE (sód, potas, chlorki)		86 000	86 000

Pytanie nr 43: Dot. Pakietu nr 1

Prosimy o potwierdzenie, że zapis: „Pełna kompatybilność aparatów z odczynnikami, oryginalne aplikacje skierowane pod oferowane analizatory” oznacza, że analizator i zaoferowane odczynniki powinny stanowić spójny system analityczny i pochodzić od tego samego producenta i być dedykowane do użycia na oferowanym analizatorze.

Odpowiedź:

Zamawiający poprzez zapis „Pełna kompatybilność aparatów z odczynnikami, oryginalne aplikacje skierowane pod oferowane analizatory” wymaga zaoferowania odczynników posiadających aplikacje producenta odczynników umożliwiające ich użycie na oferowanym sprzęcie.

Pytanie nr 44: Dot. Pakietu nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby 2 odczynniki i przynależne im kalibratory pochodziły od innego producenta niż producent aparatu z zastrzeżeniem, że posiadają aplikacje producenta odczynników umożliwiające ich użycie na oferowanym sprzęcie?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.



Pytanie nr 45: Dot. Pakietu nr 1

Z uwagi na to, że zgodnie z rekomendacjami materiałem do znaczeń parametrów 37 i 38 jest surowica i moc prosimy o wykreślenie osocza, jako materiału badanego dla tych oznaczeń.

Odpowiedź:

Zamawiający poprawia omyłkę w związku z czym zmienia załącznik nr 4 do SIWZ (formularz asortymentowo-cenowy) zgodnie z dołączoną do niniejszych odpowiedzi modyfikacją załącznika w zakresie w/w pakietu.

Pytanie nr 46: Dot. Pakietu nr 1

Czy Zamawiający uznaje za przygotowanie odczynników sytuację, jeśli odczynniki są gotowe do użycia, ale przed wstawieniem do aparatu należy je przelać do odpowiedniej butelki? Jeśli tak, to prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie 7 odczynników, dla których należy wykonać czynność przygotowania (także, jeśli jest to tylko ich przelanie do innej butelki).

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w związku z czym zmienia załącznik nr 4 do SIWZ (formularz asortymentowo-cenowy) zgodnie z dołączoną do niniejszych odpowiedzi modyfikacją załącznika w zakresie w/w pakietu.

Pytanie nr 47: Dot. Pakietu nr 1

W tabeli asortymentowo-cenowej występuje jedynie pozycja UIBC, zaś w pozycji 14 tabeli parametrów technicznych znajdują się UIBC oraz TIBC. Ponieważ parametr TIBC jest parametrem kalkulowanym prosimy o zgodę na wykreślenie tego oznaczenia z tabeli parametrów granicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia załącznik nr 5 do SIWZ (zestawienie parametrów technicznych) zgodnie z dołączoną do niniejszych odpowiedzi modyfikacją załącznika w zakresie w/w pakietu.

Pytanie nr 48: Dot. Pakietu nr 1

Prosimy o potwierdzenie, że analizator wyposażony w termostatowany rotor o temperaturze reakcji 37 st.C spełnia wymagania Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 49: Dot. Pakietu nr 1

Prosimy o potwierdzenie, że analizator wyposażony w detektor skrzepów, w którym pomiędzy dozowaniem poszczególnych próbek igła próbkowa jest płukana od wewnątrz i z zewnątrz wodą dejonizowaną spełnia wymagania punktu 20 parametrów granicznych w odniesieniu do analizatora biochemicznego.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza i niniejszym zmienia załącznik nr 5 do SIWZ (zestawienie parametrów technicznych) zgodnie z dołączoną do niniejszych odpowiedzi modyfikacją załącznika w zakresie w/w pakietu.

Pytanie nr 50: Dot. Pakietu nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w przypadku niektórych odczynników biochemicznych zaproponować możliwość ich porcjowania do oferowanych przez wykonawcę mniejszych opakowań i zaoferować ich ilości zgodnie z podaną w ulotce odczynnikowej informacją o trwałości odczynnika po otwarciu przechowywanego w analizatorze?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zgodnie z dołączoną do niniejszych odpowiedzi modyfikacją załącznika nr 4 (formularz asortymentowo - cenowy) w zakresie w/w pakietu, z zastrzeżeniem iż, odczynniki wskazane w części I tabeli mają być wycenione w oznaczeniach.



Pytanie nr 51: Dot. Pakietu nr 1

Prosimy o potwierdzenie, że analizator posiadający możliwość dostawiania próbek rutynowych i citowych w trakcie trwania pracy analizatorów w statywach do podajnika każdego z analizatorów oraz dodatkowo próbek Cito do dedykowanej karuzeli Cito spełnia wymagania Zamawiającego odnośnie punktu 8 parametrów granicznych SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza i niniejszym zmienia załącznik nr 5 do SIWZ (zestawienie parametrów technicznych) zgodnie z dołączoną do niniejszych odpowiedzi modyfikacją załącznika w zakresie w/w pakietu.

Pytanie nr 52: Dot. Pakietu nr 1

Czy jeśli w instrukcji obsługi podano jedynie okres gwarancji, jakim objęta jest lampa, a jej wymiana w procedurach konserwacyjnych zalecana jest, „co roku lub w razie potrzeby” jej wymianę można założyć kierując się najlepszą wiedzą i doświadczeniami producenta?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 53: Dot. Pakietu nr 1

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku, jeśli serwis producenta analizatora zobowiązuje się do wszelkich procedur konserwacyjnych elektrody referencyjnej nie ma konieczności oferowania w postępowaniu przetargowym jakichkolwiek płynów niezbędnych do konserwacji tej elektrody. Płynty te są dostarczane przez serwis producenta w czasie konserwacji tej elektrody.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w przypadku, jeśli serwis producenta analizatora zobowiązuje się do wszelkich procedur konserwacyjnych elektrody referencyjnej nie ma konieczności oferowania w postępowaniu przetargowym jakichkolwiek płynów niezbędnych do konserwacji tej elektrody.

Pytanie nr 54: Dot. Pakiet nr 3

W nawiązaniu do Warunki graniczne systemu do skanowania i interpretacji żelu - punkt 15 „Jednostka sterująca urządzeniem skanującym, komputer zewnętrzny PC (zgodnie z punktem 17 poniżej), drukarka, UPS , z możliwością instalowania oprogramowania wskazanego w punkcie 17 poniżej” – czy Zamawiający wymaga tego samego komputera do sterowania urządzeniem skanującym, aparatem oraz na którym ma być wygrane oprogramowanie baza danych i system informatyczny? To wyjaśnienie pozwoli oferentom na skalkulowanie oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga tego samego komputera do sterowania urządzeniem skanującym, aparatem oraz na którym ma być wygrane oprogramowanie baza danych i system informatyczny **w związku z czym zmienia załącznik nr 5 do SIWZ (zestawienie parametrów technicznych) zgodnie z dołączoną do niniejszych odpowiedzi modyfikacją załącznika w zakresie w/w pakietu.**

Pytanie nr 55: Dot. Pakiet nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dla pozycji nr 1 ilościowego panelu pokarmowego o składzie:

- f1 Białko jaja
- f75 Żółtko jaja
- f2 Mleko krowie
- f45 Drożdże piekarskie
- f4 Mąka pszenna
- f5 Mąka żytnia
- f9 Ryż
- f14 Soja
- f13 Orzeszki ziemne



f17 Orzech laskowy
f20 Migdał
f49 Jabłko
f84 Kiwi
f237 Morela
f25 Pomidor
f31 Marchew
f35 Ziemniak
f85 Seler
f3 Dorsz
f23 Krab

CCD

Kalibrator 5

Kalibrator 4

Kalibrator 3

Kalibrator 2

Kalibrator 1?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 56: Dot. Pakiet nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr ilościowego 2 panelu wziewnego o składzie:

g1 Tomka wonna
g3 Kupkówka pospolita
g6 Tymotka łąkowa
g12 Żyto
t2 Olcha
t3 Brzoza
t4 Leszczyna
t7 Dąb
w1 Ambrozja
w6 Bylica
w9 Babka lancetowata
d1 Dermatophagoides pteronyssinus
d2 Dermatophagoides farinae
e1 Kot
e2 Pies
e3 Koń
m1 Penicillium notatum
m2 Cladosporium herbarum
m3 Aspergillus fumigatus
m6 Alternaria alternata
Marker CCD
Kalibrator 5
Kalibrator 4
Kalibrator 3
Kalibrator 2
Kalibrator 1

lub półilościowego panelu inhalacyjnego pediatrycznego o składzie:



g6	Tymotka łąkowa
g12	Żyto
t2	Olcha
t3	Brzoza
t4	Leszczyna
w6	Bylica
w8	Mniszek lekarski
w9	Babka lancetowata
d1	Dermatophagoides pteronyssinus
d2	Dermatophagoides farinae
e1	Kot
e2	Pies
e3	Koń
e6	Świnka morska
e82	Królik
e84	Chomik
m1	Penicillium notatum
m2	Cladosporium herbarum
m3	Aspergillus fumigatus
m6	Alternaria alternata

Marker CCD?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 57: Dot. Pakiet nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji nr 3 „Paski diagnostyczne o panelu antybiotyki” i utworzenie z tej pozycji oddzielnego pakietu? Zamieszczenie tej pozycji w pakiecie uniemożliwia złożenie konkurencyjnych ofert, ponad jednego dostawcę posiadającego w swoim portfolio wymieniony produkt.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 58: Dot. Pakiet nr 5

Czy ze względu na brak wymagań w metodyce przeprowadzenia oznaczeń do używania materiału kontrolnego, Zamawiający odstąpi od konieczności zaoferowania materiału kontrolnego w pozycji nr 4 i 5? Czy w przypadku wyrażenia zgody, Zamawiający zaaprobuje wpis w tych pozycjach” nie jest wymagany” lub samodzielne uwzględni opis „jeżeli dotyczy”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie odstępował od wymogu.

Pytanie nr 59: Dot. Dotyczy SIWZ, Rozdział IV, Pkt. 4. 2 ppkt. a):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę i instalację analizatorów hematologicznych (pakiet nr 2) w terminie do 3 tygodni od daty zawarcia umowy, co wynika z faktu, że analizatory te są wysoce specjalistyczne i sprowadzane są na potrzeby konkretnego zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody ale niniejszym modyfikuje § 3 ust. 1 tiret 2 załącznika nr 7 (a) do SIWZ (wzór umowy) w zakresie pakietu 2, który przyjmuje następujące brzmienie:

*„ - (W zakresie pakietu 2- do **14 dni** kalendarzowych od dnia rozpoczęcia obowiązywania umowy a w przypadku gdzie dotychczasowy Wykonawca oferuje używane przez Zamawiającego Urządzenia – w terminie **1 dnia** od rozpoczęcia realizacji umowy*”*



Równocześnie Zamawiający zmienia punkt IV.4.2. SIWZ na następujące brzmienie:

„4.2. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć oraz zainstalować (jeśli dotyczy) w ramach najmu na okres trwania umowy Analizatory w ilościach i terminach wskazanych w WYMAGANYCH WARUNKACH W ZAKRESIE NAJMOWANYCH APARATÓW I ICH OBSŁUGI SERWISOWEJ (stanowiących załącznik nr 3 do umowy), opisanych w: zakresie pakietu 1 – 4, 6-7 Zestawieniu Parametrów Technicznych a w pakiecie 5 formularzu asortymentowo-cenowym.”

Jednocześnie Zamawiający zmienia załącznik nr 3 do umowy (WYMAGANE WARUNKI W ZAKRESIE NAJMOWANYCH APARATÓW I ICH OBSŁUGI SERWISOWEJ) w zakresie wszystkich pakietów zgodnie z dołączoną do niniejszych odpowiedzi modyfikacją załącznika w zakresie pakietu 1 – 7.

Pytanie nr 60: Dotyczy SIWZ, Pakiet 2, Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 4 do SIWZ:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie analizatorów hematologicznych, do których odczynniki posiadają ważność min. 5 miesięcy od daty dostawy przed otwarciem, z wyłączeniem krwi kontrolnej, która ma ważność minimum 2 miesiące od daty dostawy zgodnie z harmonogramem dostaw (pkt. 4 pod tabelą)?

Jeżeli tak prosimy o odpowiednią modyfikację zapisu oraz dodanie wyrażenia: „z wyłączeniem krwi kontrolnej dla której termin ważności jest zgodny z harmonogramem dostaw materiału kontrolnego”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w związku z czym zmienia załącznik nr 4 do SIWZ (formularz asortymentowo-cenowy) zgodnie z dołączoną do niniejszych odpowiedzi modyfikacją załącznika w zakresie w/w pakietu.

Pytanie nr 61: Dotyczy SIWZ, Pakiet 2, Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 4 do SIWZ:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania materiału kontrolnego do oznaczania płynów z jam ciała, a jeżeli tak - z jaką częstotliwością zamierza te kontrole wykonywać?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga zaoferowania materiału kontrolnego do oznaczania płynów z jam ciała.

Pytanie nr 62: Dotyczy SIWZ, Pakiet 2, Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 4 do SIWZ:

Zamawiający wymaga zaoferowania analizatorów hematologicznych z możliwością oznaczania płynów z jam ciała. Czy Zamawiający może w przybliżeniu podać ile płynów na każdym z analizatorów zamierza wykonać na każdym z analizatorów?

Odpowiedź:

Liczba oznaczeń w okresie 24 miesięcy trwania umowy:

- a) lokalizacja Medyków 14 – 150 oznaczeń
- b) lokalizacja Ceglana 35 – Zamawiający nie zamierza wykonywać oznaczeń.

Pytanie nr 63: Dotyczy SIWZ, Pakiet 2, Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 4 do SIWZ:

Zamawiający wymaga zaoferowania dwóch analizatorów hematologicznych do dwóch różnych lokalizacji. W tabeli cenowej Zamawiający podał ogólną liczbę badań CBC i CBC+5DIFF. Czy Zamawiający może sprecyzować ile badań zamierza wykonać na każdym z analizatorów w każdej z podanych lokalizacji oraz czy podana ilość badań uwzględnia ewentualne powtórki, co jest istotne do dokładnej kalkulacji oferty?



Odpowiedź:

Na podstawie obecnie wykonywanych oznaczeń Zamawiający wskazuje obecny podział wykonywanych oznaczeń. Liczba badań uwzględnia ewentualne powtórki. Ze względu na specyfikę szpitala rzeczywisty podział może odbiegać od wskazanego poniżej.

Szacunkowa liczba badań	Ilość badań w okresie 24 m-cy
Laboratorium I – lokalizacja Ceglana:	
- CBC	6 000
- CBC+5 Diff	30 000
Laboratorium II – lokalizacja Medyków:	
- CBC	50 000
- CBC+5 Diff	43 000

Pytanie nr 64: Dotyczy SIWZ, Pakiet 2, Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 4 do SIWZ:

Zamawiający wskazuje w pkt. 8 (pod tabelą cenową) na obowiązek Wykonawcy dostarczania na swój koszt odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych w przypadku nieujęcia odpowiedniej ich ilości do oznaczenia deklarowanych przez Zamawiającego ilości badań. Prosimy o usunięcie ww. zapisu, ze względu na fakt, iż Wykonawca szacuje ilości odczynników biorąc pod uwagę wskazane przez Zamawiającego ilości przewidywanych badań i średnią ilość zużywania odczynnika na 1 badanie. Wykonawca nie ma wpływu i kontroli na faktyczną ilość zużywania odczynników przez Zamawiającego.

Ewentualnie prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia zapisem w brzmieniu:

„z wyłączeniem sytuacji, w której wzrost wykorzystania odczynników będzie spowodowany wzrostem ilości badań, niż deklarowano w SIWZ bądź użytkowaniem analizatorów w sposób niezgodny z instrukcją obsługi analizatorów”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanego zapisu ale **zmienia załącznik nr 4 do SIWZ (formularz asortymentowo-cenowy) zgodnie z dołączoną do niniejszych odpowiedzi modyfikacją załącznika w zakresie w/w pakietu.**

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje § 2 ust. 19 załącznika nr 7 (a) do SIWZ (wzór umowy), który przyjmuje następujące brzmienie:

„19. W przypadku gdyby Wykonawca w swojej ofercie źle oszacował ilość Wyrobów medycznych potrzebnych do wykonania wymaganej przez Zamawiającego ilości oznaczeń Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć brakujące Wyroby medyczne na zasadach określonych w § 7 ust. 4 z zastrzeżeniem sytuacji, w której wzrost wykorzystania odczynników będzie spowodowany wzrostem ilości badań deklarowanych w SIWZ”

Dodatkowo Zamawiający modyfikuje § 7 ust. 4 załącznika nr 7 (a) do SIWZ (wzór umowy), który przyjmuje następujące brzmienie:

„4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niezgodności określonej w § 2 ust. 19 umowy Wykonawca zobowiązany jest własnym staraniem, na własny koszt i bez dodatkowego wynagrodzenia dostarczyć Zamawiającemu w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie taką ilość Wyrobów medycznych, która pozwoli na wykonanie wymaganej przez Zamawiającego ilości oznaczeń z



zastrzeżeniem sytuacji, w której wzrost wykorzystania odczynników będzie spowodowany wzrostem ilości oznaczeń deklarowanych w SIWZ.”

Pytanie nr 65: Dotyczy SIWZ, Pakiet 2, Zestawienie parametrów technicznych oferowanego do najmu przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 5 do SIWZ:

Czy Zamawiający opisując minimalną wydajność dla zaoferowanych analizatorów rozumie wydajność w trybie CBC i CBC+5DIFF (pkt. 3)?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 66: Dotyczy SIWZ, Pakiet 2, Zestawienie parametrów technicznych oferowanego do najmu przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 5 do SIWZ:

Zamawiający wymaga w pkt. 6 zaoferowania analizatorów hematologicznych, w których pomiar PLT gwarantuje usunięcie interferencji ze strony RBC.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie analizatorów hematologicznych, w których pomiar płytek odbywa się rutynowo metodą impedancyjną? W przypadku występowania interferencji ze strony mikrocytów lub fragmentocytów potrzebna jest weryfikacja metodą optyczną, która wymaga zaoferowania dodatkowego kanału pomiarowego. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatorów bez możliwości takiej weryfikacji i brak możliwości usunięcia interferencji ze strony RBC lub w przypadku wymogu takiej weryfikacji, czy Zamawiający może podać orientacyjną ilość takich weryfikacji na każdym z analizatorów w celu odpowiedniej kalkulacji oferty?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie analizatorów hematologicznych, w których pomiar płytek odbywa się metodą impedancyjną. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie analizatorów bez możliwości weryfikacji metodą optyczną.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia załącznik nr 5 do SIWZ (zestawienie parametrów technicznych) zgodnie z dołączoną do niniejszych odpowiedzi modyfikacją załącznika w zakresie w/w pakietu.

Pytanie nr 67: Dotyczy SIWZ, Pakiet 2, Zestawienie parametrów technicznych oferowanego do najmu przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 5 do SIWZ:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie analizatorów hematologicznych, które aspirują 88 ul krwi w trybie CBC i CBC+5DIFF i umożliwiają wykonanie morfologii z próbek typu „mikro”, do których pobierane jest 200 ul krwi (pkt. 13)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w związku z czym zmienia załącznik nr 5 do SIWZ (zestawienie parametrów technicznych) zgodnie z dołączoną do niniejszych odpowiedzi modyfikacją załącznika w zakresie w/w pakietu.

Pytanie nr 68: Dotyczy SIWZ, Pakiet 2, Zestawienie parametrów technicznych oferowanego do najmu przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 5 do SIWZ:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie analizatorów hematologicznych, w których istnieje możliwość automatycznego powtarzania próbek patologicznych, jednak nie ma możliwości ich automatycznego rozcieńczania, które w zaoferowanych analizatorach nie jest tak istotne ze względu na bardzo wysokie zakresy liniowości (pkt. 17)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w związku z czym zmienia załącznik nr 5 do SIWZ (zestawienie parametrów technicznych) zgodnie z dołączoną do niniejszych odpowiedzi modyfikacją załącznika w zakresie w/w pakietu.

Pytanie nr 69: Dotyczy SIWZ, Pakiet 2, Zestawienie parametrów technicznych oferowanego do najmu przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 5 do SIWZ:



Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie analizatorów hematologicznych, w których system zabezpieczenia przed mikroskrzepami polega na flagowaniu wyników przy użyciu odpowiedniego komunikatu informującego o możliwości ich wystąpienia (pkt. 20)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w związku z czym zmienia załącznik nr 5 do SIWZ (zestawienie parametrów technicznych) zgodnie z dołączoną do niniejszych odpowiedzi modyfikacją załącznika w zakresie w/w pakietu.

Pytanie nr 70: Dotyczy SIWZ, Pakiet 2, Zestawienie parametrów technicznych oferowanego do najmu przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 5 do SIWZ:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie analizatorów hematologicznych, w których wyświetlanie wyników możliwe jest na ekranie jednego monitora w postaci odpowiednich zakładek: liczbowych oraz graficznych (pkt. 23)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w związku z czym zmienia załącznik nr 5 do SIWZ (zestawienie parametrów technicznych) zgodnie z dołączoną do niniejszych odpowiedzi modyfikacją załącznika w zakresie w/w pakietu.

Pytanie nr 71: Dotyczy SIWZ, Pakiet 2, Zestawienie parametrów technicznych oferowanego do najmu przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 5 do SIWZ:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie analizatorów hematologicznych, w których wszystkie czynności konserwacyjne są wykonywane automatycznie przez analizator, a Operator musi jedynie uruchomić odpowiednią czynność konserwacyjną wg harmonogramu konserwacji (pkt. 24)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w związku z czym zmienia załącznik nr 5 do SIWZ (zestawienie parametrów technicznych) zgodnie z dołączoną do niniejszych odpowiedzi modyfikacją załącznika w zakresie w/w pakietu.

Pytanie nr 72: Dotyczy SIWZ, Pakiet 2, Zestawienie parametrów technicznych oferowanego do najmu przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 5 do SIWZ:

Zamawiający wymaga w pkt. 30 zaoferowania krwi kontrolnej do analizatorów hematologicznych z uwzględnieniem ważności fiolki na opakowaniu, natomiast w Załączniku nr 4 (Formularz asortymentowo-cenowy) Zamawiający wymaga zaoferowania materiału kontrolnego z uwzględnieniem trwałości po otwarciu. Czy Zamawiający może potwierdzić, że wymaga zaoferowania materiału kontrolnego z uwzględnieniem ważności fiolki na opakowaniu?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że wymaga zaoferowania materiału kontrolnego z uwzględnieniem ważności fiolki na opakowaniu w związku z czym **zmienia załącznik nr 4 do SIWZ (formularz asortymentowo-cenowy) zgodnie z dołączoną do niniejszych odpowiedzi modyfikacją załącznika w zakresie w/w pakietu.**

Pytanie nr 73: Dotyczy SIWZ, Pakiet 2, Zestawienie parametrów technicznych oferowanego do najmu przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 5 do SIWZ:

Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane liniowości dla wybranych parametrów dotyczyły próbki pierwotnej, bez wstępnego rozcieńczenia (pkt. 31)?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga w związku z czym zmienia załącznik nr 5 do SIWZ (zestawienie parametrów technicznych) oraz załącznik nr 6 (wykaz do oceny parametrów technicznych) zgodnie z dołączoną do niniejszych odpowiedzi modyfikacją załączników w zakresie w/w pakietu.

Pytanie nr 74: Dotyczy SIWZ, Pakiet 2, Zestawienie parametrów technicznych oferowanego do najmu przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 5 do SIWZ:



Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie analizatorów hematologicznych, które posiadają menu w języku angielskim, jednak w postaci jasnych i przejrzystych w interpretacji ikon oraz posiada wbudowaną instrukcję w języku polskim (pkt. 35)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w związku z czym zmienia załącznik nr 5 do SIWZ (zestawienie parametrów technicznych) zgodnie z dołączoną do niniejszych odpowiedzi modyfikacją załącznika w zakresie w/w pakietu.

Pytanie nr 75: Dotyczy SIWZ, Pakiet 2, Zestawienie parametrów technicznych oferowanego do najmu przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 5 do SIWZ:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie analizatorów hematologicznych, w których w przypadku niskiej leukocytozy i braku rozdziału na poszczególne populacje istnieje możliwość powtórzenia próbki w trybie L-WBC Mode dla próbek leukopenicznych, z wydłużonym czasem zliczania leukocytów (pkt. 38)?

W przypadku braku występowania innych patologii istnieje duże prawdopodobieństwo uzyskania rozdziału automatycznego (nawet w przypadku leukocytoz poniżej 1000/ul). Ponieważ na uzyskanie rozdziału z analizatora wpływa większa liczba czynników, nie tylko całkowita leukocytoza, ale np. obecność komórek o zmienionej morfologii, uzyskanie wiarygodnego rozdziału nie może być zagwarantowane.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w związku z czym zmienia załącznik nr 5 do SIWZ (zestawienie parametrów technicznych) oraz załącznik nr 6 (wykaz do oceny parametrów technicznych) zgodnie z dołączoną do niniejszych odpowiedzi modyfikacją załączników w zakresie w/w pakietu.

Pytanie nr 76: Dotyczy SIWZ, Pakiet 2, Zestawienie parametrów technicznych oferowanego do najmu przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 5 do SIWZ:

Czy Zamawiający w pkt. 39 pisząc „niezbędny sprzęt komputerowy umożliwiający fizyczne połączenie aparatów z systemem LIS InfoMedica” ma na myśli komputery sterujące pracą aparatów czy dodatkowe stacje robocze, tzw. stanowiska systemowe LIS?

Odpowiedź:

Zamawiający ma na myśli komputery sterujące pracą aparatów w związku z czym zmienia załącznik nr 5 do SIWZ (zestawienie parametrów technicznych) zgodnie z dołączoną do niniejszych odpowiedzi modyfikacją załącznika w zakresie w/w pakietu.

Pytanie nr 77: Dotyczy SIWZ, Pakiet 2, Zestawienie parametrów technicznych oferowanego do najmu przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 5 do SIWZ:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie analizatorów hematologicznych, które są wyposażone w komputery sterujące, w których jednak nie ma możliwości instalowania przez Użytkownika dowolnych dodatkowych oprogramowań, co wynika z faktu, że mogą one uszkodzić oprogramowanie sterujące analizatorem i zaburzyć jego pracę (pkt. 40)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w związku z czym zmienia załącznik nr 5 do SIWZ (zestawienie parametrów technicznych) zgodnie z dołączoną do niniejszych odpowiedzi modyfikacją załącznika w zakresie w/w pakietu.

Pytanie nr 78: Dotyczy SIWZ, Pakiet 2, Zestawienie parametrów technicznych oferowanego do najmu przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 5 do SIWZ:

Czy w zakresie pakietu nr 2 Zamawiający wyrazi zgodę na czas naprawy zaoferowanych analizatorów hematologicznych w terminie do 48 godzin w dni robocze?

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie 20 powyżej



Pytanie nr 79: Dotyczy SIWZ, Wzór umowy – Załącznik nr 7(a) dla pakietów 1-4, 6-7, §2 ust. 11:

Prosimy o usunięcie ww. postanowienia umowy, gdyż pracownicy działu logistyki z uwagi na bardzo dużą liczbę wpływających zamówień nie są w stanie każdorazowo informować Zmawiającego o terminie dostawy. Z praktyki działania Wykonawcy zamówienia które wpłyną do godz. 13.30 wysyłane są tego samego dnia, tak aby Zamawiający otrzymał dostawę następnego dnia roboczego.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie w/w zapisu w związku z czym modyfikuje § 2 ust. 11 załącznika nr 7 (a) do SIWZ (wzór umowy), który przyjmuje następujące brzmienie:

„11. (wykreślono)”

Pytanie nr 80: Dotyczy SIWZ, Wzór umowy – Załącznik nr 7(a) dla pakietów 1-4, 6-7: §2 ust. 18:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystanie pełnego zakresu asortymentu. W związku z powyższym prosimy o zastrzeżenie, iż ograniczenie zamawianego asortymentu nie przekroczy 20% poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:

„, przy czym zmniejszenie zamawianego asortymentu nie przekroczy 20%”.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 17 powyżej

Pytanie nr 81: Dotyczy SIWZ, Wzór umowy – Załącznik nr 7(a) dla pakietów 1-4, 6-7: §2 ust. 19:

Prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia zapisem w brzmieniu:

„z wyłączeniem sytuacji, w której wzrost wykorzystania odczynników będzie spowodowany wzrostem ilości badań, niż deklarowano w SIWZ bądź użytkowaniem analizatorów w sposób niezgodny z instrukcją obsługi analizatorów”.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie 64 powyżej

Pytanie nr 82: Dotyczy SIWZ, Wzór umowy – Załącznik nr 7(a) dla pakietów 1-4, 6-7:

§3 ust. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę i instalację analizatorów hematologicznych (pakiet nr 2) w terminie do 3 tygodni od daty zawarcia umowy, co wynika z faktu, że analizatory te są wysoce specjalistyczne i sprowadzane są na potrzeby konkretnego zamówienia?

Jeżeli tak prosimy o zmianę zapisów w załączniku nr 3 do umowy (warunki serwisu).

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie 59 powyżej

Pytanie nr 83: Dotyczy SIWZ, Wzór umowy – Załącznik nr 7(a) dla pakietów 1-4, 6-7:

§4 ust. 1: Prosimy o uzupełnienie postanowienia poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:

„z wyłączeniem okoliczności, gdy konieczność dokonania napraw powstała z winy Zamawiającego na skutek nieprawidłowej eksploatacji przedmiotu umowy, koszty napraw i części zamiennych pokrywa Zamawiający”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowany zapis w związku z czym modyfikuje § 4 ust. 1 załącznika nr 7 (a) do SIWZ (wzór umowy), który przyjmuje następujące brzmienie:

„1. Wykonawca przez cały okres trwania umowy na własny koszt dokonuje napraw Urządzeń, jego przeglądów technicznych i wymiany części zamiennych z wyłączeniem okoliczności, gdy konieczność dokonania napraw powstała z winy Zamawiającego na skutek nieprawidłowej eksploatacji przedmiotu umowy, koszty napraw i części zamiennych pokrywa Zamawiający”.

Pytanie nr 84: Dotyczy SIWZ, Wzór umowy – Załącznik nr 7(a) dla pakietów 1-4, 6-7:

§4 ust. 2: Czy w zakresie pakietu nr 2 Zamawiający wyrazi zgodę na czas naprawy zaoferowanych analizatorów hematologicznych w terminie do 48 godzin w dni robocze?

Jeżeli tak prosimy o zmianę zapisów w załączniku nr 3 do umowy (warunki serwisu).



Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie 20 powyżej

Pytanie nr 85: Dotyczy SIWZ, Wzór umowy – Załącznik nr 7(a) dla pakietów 1-4, 6-7:

§4 ust. 4: Prosimy o uzupełnienie postanowienia poprzez dodanie po zwrocie „(...) *gdy liczba napraw*” zapisu w brzmieniu: „, , określonego elementu lub podzespołu”.

Jeżeli tak prosimy o zmianę zapisów w załączniku nr 3 do umowy (warunki serwisu).

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody - patrz odpowiedź na pytanie 21 powyżej.

Pytanie nr 86: Dotyczy SIWZ, Wzór umowy – Załącznik nr 7(a) dla pakietów 1-4, 6-7:

§5: Prosimy o dodanie postanowienia w następującym brzmieniu:

„W wypadku przekroczenia terminu zapłaty Wykonawca będzie uprawniony do naliczania odsetek ustawowych zgodnie z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. za każdy dzień opóźnienia w zapłacie.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 87: Dotyczy SIWZ, Wzór umowy – Załącznik nr 7(a) dla pakietów 1-4, 6-7:

§5: Prosimy o dodanie postanowienia w następującym brzmieniu:

„Nie dokonanie lub opóźnienie zapłaty należności za dostarczony towar nie upoważnia Wykonawcy do wstrzymania dostawy kolejnej partii towaru, chyba że zwłoka w zapłacie przekracza 45 dni.”

W stosunkach zobowiązaniowych wynikających z umów wzajemnych jest regułą, że każda ze stron, zobowiązując się do świadczenia, czyni to w przekonaniu, iż otrzyma ekwiwalent swego świadczenia od kontrahenta, dlatego też zgodnie z art. 552 KC gdy kupujący dopuszcza się zwłoki z zapłatą ceny na dostarczony towar i powstaje przypuszczenie że zapłata za towar który będzie dostarczony później nie nastąpi, sprzedawca może powstrzymać się z dostarczeniem pozostałego towaru wyznaczając dodatkowy termin do zabezpieczenia zapłaty.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 88: Dotyczy SIWZ, Wzór umowy – Załącznik nr 7(a) dla pakietów 1-4, 6-7:

§7 ust. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikacje ww. postanowienia na zapis w brzmieniu:

„Wykonawca w terminie 3 dni roboczych (tj. od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty zgłoszenia reklamacji uzupełni braki ilościowe, natomiast wymieni wadliwe Wyroby medyczne na wolne od wad lub na zgodne ze złożoną ofertą niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji jakościowej i uznaniu jej za zasadną”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 89: Dotyczy SIWZ, Wzór umowy – Załącznik nr 7(a) dla pakietów 1-4, 6-7:

§7 ust. 4: Prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia wzoru umowy, poprzez dodanie zapisu „, , z zastrzeżeniem sytuacji, w której wzrost wykorzystania odczynników będzie spowodowany wzrostem ilości oznaczeń, niż deklarowano w SIWZ bądź użytkowaniem analizatorów w sposób niezgodny z instrukcją obsługi analizatorów”.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie 64 powyżej.

Pytanie nr 90: Dotyczy SIWZ, Wzór umowy – Załącznik nr 7(a) dla pakietów 1-4, 6-7:

§8 ust. 1 pkt. a)-b i d)-f): Prosimy o zmianę ww. postanowień wzoru umowy poprzez zastąpienie użytych sformułowań „za każdy dzień opóźnienia” zwrotem „za każdy dzień zwłoki”.



Opóźnienie oznacza uchybienie terminowi bez względu na przyczynę tego uchybienia, podczas gdy zwłoka (tzw. kwalifikowane opóźnienie) oznacza uchybienie terminowi spowodowane przyczynami, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność. Zdaniem Wykonawcy karę umowną należy kwalifikować jako zryczałtowane odszkodowanie, przy czym przesłanką warunkującą zapłatę tegoż odszkodowania mogą być wyłącznie okoliczności, za które dłużnik (w niniejszej sprawie Wykonawca) ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych. Z tych przyczyn kara umowna nie może być zastrzegana na wypadek niedotrzymania terminu wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. Stąd też Wykonawca wnosi o zastąpienie pojęcia: „opóźnienia” określeniem „zwłoki”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 91: Dotyczy SIWZ, Wzór umowy – Załącznik nr 7(a) dla pakietów 1-4, 6-7:

§8 ust. 1 pkt. a)-c): Prosimy o modyfikację ww. postanowienia umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto nie brutto.

VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 92: Dotyczy SIWZ, Wzór umowy – Załącznik nr 7(a) dla pakietów 1-4, 6-7:

§8 ust. 1 pkt. c): Prosimy o modyfikację ww. postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości pozostałej do realizacji umowy, nie zaś od wynagrodzenia umownego brutto określonego w §5 ust. 1 umowy.

W sytuacji gdy umowa dotyczy świadczeń ciągłych, a dostawa odczynników będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, odstąpienie do umowy może dotyczyć niewielkiej partii odczynników, w konsekwencji zastrzeżenie kary umownej naliczanej od wynagrodzenia umownego brutto będzie miało charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 93: Dotyczy SIWZ, Wzór umowy – Załącznik nr 7(a) dla pakietów 1-4, 6-7:

§8 ust. 2: Prosimy o modyfikację ww. postanowienia poprzez dodanie zdania w następującym brzmieniu: *„Przed zastosowaniem jednak powyższego środka, Zamawiający zobowiązany jest wezwać Wykonawcę do spełnienia świadczenia, wyznaczając mu odpowiedni termin do wykonania obowiązku umownego.”*

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 94: Dotyczy SIWZ, Wzór umowy – Załącznik nr 7(a) dla pakietów 1-4, 6-7:

§8: Prosimy o uzupełnienie zapisu poprzez dodanie zdania:

„Obowiązek naliczania kar umownych nie dotyczy okoliczności, gdy Wykonawca wstrzyma kolejne dostawy na skutek zwłoki Zamawiającego w zapłacie ceny zakupu ponad 45 dni licząc od terminu zapłaty.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 95: Dotyczy SIWZ, Wzór umowy – Załącznik nr 7(a) dla pakietów 1-4, 6-7:

§8: Prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia wzoru umowy poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:



„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy netto w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego, z wyłączeniem okoliczności, o której mowa w §10 ust. 1 niniejszej umowy”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 96: Dotyczy SIWZ, Wzór umowy – Załącznik nr 7(a) dla pakietów 1-4, 6-7:

§10 ust. 2 pkt. b) i c): Prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia umowy poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:

„za wyjątkiem okoliczności, gdy opóźnienie w dostawie wynika z faktu, iż Zamawiający zalega z płatnościami za dostarczony towar ponad 60 dni licząc od terminu zapłaty”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

UWAGA

Jednocześnie Zamawiający:

- a) modyfikuje wzór umowy powierzenia przetwarzania danych zgodnie ze zmodyfikowanym wzorem stanowiącym załącznik do niniejszych odpowiedzi.
- b) zmienia załącznik nr 5 do SIWZ (zestawienie parametrów technicznych) oraz załącznik nr 6 (wykaz do oceny parametrów technicznych) zgodnie z dołączoną do niniejszych odpowiedzi modyfikacją załączników w zakresie pakietu nr 4.

**Zamawiający przesunął termin składania ofert:
z 01.06.2018 r. godz. 10⁰⁰ na 04.06.2018 r. godz. 10⁰⁰
oraz przesunął termin otwarcia ofert
z 01.06.2018 r. godz. 10³⁰ na 04.06.2018 r. godz. 10³⁰**

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż przekazał Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej – Sprostowanie – Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji:

Zamawiający przesunął termin składania i otwarcia ofert zgodnie z informacją w uwadze powyżej.

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

mgr. Andrzej Rychowicz
Kierownik Działu Zamówień Publicznych