



DZP/381/66B/2017

Katowice / 04.07.2017

Do wszystkich Wykonawców

**Kierownik Działu
Zamówień
Publicznych**

mgr Andrzej Rechowicz

ul. Ceglana 35
40-514 Katowice

SEKRETARIAT

tel.: (32) 358 14 60

tel.: (32) 358 12 00

fax : (32) 251 84 37

sekretariat@uck.katowice.pl

Dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wideobronchoskopu z monitorem

PYTANIE 1 : Dotyczy zapisów umowy § 4 ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu na naprawę do 5 dni roboczych ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany do wzoru umowy.

PYTANIE 2 : Dotyczy zapisów umowy § 4 ust. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie urządzenia zastępczego w przypadku gdy naprawa trwa powyżej 5 dni roboczych?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany do wzoru umowy.

PYTANIE 3 : Dotyczy zapisów umowy § 4 ust. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym: „(...) Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnej wymiany tego podzespołu / elementu na nowy.” ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany do wzoru umowy.

PYTANIE 4 : Dotyczy zapisów umowy § 4 ust. 13 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie okresu dostępności części zamiennych do 8 lat ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany do wzoru umowy.

PYTANIE 5 : Dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 1a Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 50,00 zł do 20,00 zł ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany do wzoru umowy.

PYTANIE 6 : Dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 1b, 1c Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 20,00 zł do 10,00 zł ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany do wzoru umowy.

PYTANIE 7 : Dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 1b Czy Zamawiający zrezygnuje z naliczania kar umownych w przypadku dostarczenia urządzenia zastępczego na czas przedłużającej się naprawy ?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z zapisami § 5 ust. 1b Zamawiający naliczy kary umowne za opóźnienie w wykonaniu naprawy gwarancyjnej, o ile nie zostanie dostarczone tożsame urządzenie na czas przedłużającej się naprawy.

PYTANIE 8 : Dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 1d Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 10% do 5% ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany do wzoru umowy.

Z upoważnienia Dyrektora
[Podpis]
Kierownik Działu Zamówień Publicznych